

Important Safety Information

To assure correct use of the product, basic safety measures should always be followed, including the precautions listed below.

⚠ Warning: The following situations are potentially hazardous and, if not avoided, could result in death or serious injury.

- Conducting self-diagnosis based on the measurement results and/or treatment can be dangerous. Please follow the instructions of your doctor. Self-diagnosis may worsen the symptoms.
- A high or prolonged fever requires medical attention, especially for small children. Please contact your doctor.
- Keep the unit out of children's reach.
- Contains small parts that may cause a choking hazard if swallowed by infants.
- Do not throw batteries into a fire. The battery may explode.
- Remove the battery when the unit will not be used for three months or more. Failure to do so may lead to fluid leakage, heat generation or bursting, resulting in damage to the unit.
- Do not use the unit to measure any item with a temperature higher than 80.0°C (176.0°F).
- During measurement, make sure that no mobile phone or any other electrical devices that emit electromagnetic fields is within 30cm of this device. This may result in incorrect operation of the device and/or cause an inaccurate reading.

EN

General Precautions

- Do not use this unit other than for measuring the temperature in the human forehead or surface measurement.
- Do not apply a strong shock to, drop, step on, or vibrate the main unit.
- The main unit is not waterproof. Be careful when handling this unit so that no liquid (alcohol, water, or hot water) will get into the main unit. When the unit is wet with vapor, wait until it dries or wipe it lightly with a soft dry cloth.
- Do not disassemble, repair, or modify the unit.
- When the probe lens becomes dirty, wipe it lightly with a soft dry cloth or a cotton swab. Do not wipe the probe lens with tissue paper or a paper towel.
- If there is any temperature difference between the places where the unit is stored and where you are going to measure, leave the unit in the room where you are going to use it for more than 30 minutes to allow it to reach room temperature first, then measure.

1

19B0394


Important Safety Information

- If the forehead is cold, wait until the forehead is warmed up before taking a temperature measurement. The measured result may indicate low when you use an ice bag or an ice pack, or immediately after coming in from the outside in winter.
- Do not use the unit when wet after swimming, bathing, or through sweating after physical exercise, as skin temperature may have fallen. Wipe away moisture and allow 30 minutes for the body to acclimatize to room temperature before measuring.
- Do not touch the probe lens with a finger or breathe on it.
- Do not attempt measurements when the unit is wet as inaccurate readings may result.
- Check the icon on the display before and after the measurement so that the measurement is taken in the appropriate mode.
- When taking the temperature of an object with low emissivity such as gold or aluminum, inaccurate readings may result.
- When taking the temperature of something with low emissivity (such as milk) in surface measurement mode, slightly lower readings may result.
- When you inform your doctor of your temperature, make sure you state that you measured the temperature from the forehead.


2

1. Overview

Main unit:



Display:




EN

3


2. Preparation

2.1 Removing the Insulating Tape

When using the thermometer for the first time, pull the insulating tape out of the battery compartment.



The unit is turned on and after 1 minute the room temperature appears on the display.



- Notes:**
- The room temperature remains on the display even after the unit turns off.
 - Place the unit on a level surface, in a place that is at room temperature (away from direct sunlight or air conditioning, etc.).


2.2 Switching between °C and °F

This unit is set in °C as default.

1. While the room temperature is displayed, press and hold the START button.
2. While holding it down, press and hold the ON/MEM button until °F appears on the display with two beeps.

Notes:

- To select °C mode again, start from step1.
- When the unit is switched between °C and °F, all the readings stored in the memory are deleted.



2. Preparation

2.3 Setting the Buzzer

The buzzer is activated by default, but can be deactivated.


Note: The buzzer is only available in forehead measurement mode.

EN

1. Press the ON/MEM button to turn on the unit.


2. Press and hold the ON/MEM button for 3 seconds.

The “” icon flashes on the display.



3. Release the ON/MEM button.

The “” icon remains lit and the buzzer is deactivated.



Notes:

- If the ON/MEM button is pressed down for more than 5 seconds after the “” icon starts flashing, the unit turns off without deactivating the buzzer.
- To activate the buzzer again, start from step1.

5

3. Using the Unit

3.1 Taking a Reading

Forehead Measurement Mode

This mode displays the oral-equivalent value of the measured forehead temperature.

Always make sure the probe lens is clean and undamaged, and the forehead is clean with no sweat, cosmetics, scars, etc.


Prior to measurement, ensure that the patient has not taken a bath or exercised within the last 30 minutes, and has remained in a stable environment for at least 5 minutes.

It is recommended to perform measurement three times. If the three measurements are different, select the highest temperature.

- 1. Pull off the probe lens cap to remove it.**

- 2. Press the ON/MEM button.**

All indicators appear on the display for 1 second.
Then the display shown on the far right appears with two beeps.



3. Using the Unit

3. Hold the probe lens 1 to 3 cm away from the center of the forehead.

Notes:

- Holding the unit too long in the hand may cause a higher ambient temperature reading of the probe. This could make the body temperature measurement lower than usual.
- Keep still during measurement.



EN

4. Press the START button.

The measurement is complete in 1 second with a long beep.



7


3. Using the Unit

5. Move the unit away from the forehead and check the measurement result.

The display lights up for 5 seconds.

Notes:

- If the result is higher than 42.2°C (108.0°F), “Hi” appears on the display.
- If the result is lower than 34.0°C (93.2°F), “Lo” appears on the display.
- You can take another measurement after the display light turns off with two beeps. Make sure the “ \odot ” icon remains lit.
- After the second measurement, the first measurement is displayed in the right corner, while the second is displayed in the center.



6. Press and hold the ON/MEM button until “OFF” appears on the display to turn off the unit.

The unit stores the measurement in memory, then turns off with the room temperature on the display.
The unit also turns off automatically if no operation is performed for 1 minute.

3. Using the Unit

Surface Measurement Mode

Surface measurement mode shows the actual and unadjusted surface temperature of an object, which is different from the body temperature. This mode can help you determine if the object temperature is suitable for a patient or baby (such as baby milk).


The unit is set to forehead measurement mode as default. Follow the steps below to switch to surface measurement mode.

EN

1. Press the ON/MEM button to turn on the unit.

2. Press and hold the ON/MEM button. While holding it down, press the START button.

The “” icon appears on the display.



3. Move the unit close to the object and press the START button.

It measures continuously until the START button is released.



Notes:

- Move the probe lens as close to the object as possible when using in surface measurement mode (1 cm apart is recommended). Do not apply the probe lens to the object directly.
- Surface measurement mode shows the surface result. The surface and internal temperature may be different. Make sure it is safe when measuring an object with extremely high or low temperature.
- The display does not light up and the buzzer is off when using this mode.
- To switch to forehead measurement mode, go back to step 2 and make sure the  icon changes to the  icon.
- The unit automatically turns off if no operation is performed for 1 minute with the room temperature on the display. To manually turn off the unit, you can press and hold the ON/MEM button until “OFF” appears on the display.
- Surface measurement mode is not intended for body temperature measurement or medical use.

9

3. Using the Unit

3.2 Using the Memory Function

This unit automatically stores the last 25 measurement results (excluding Hi/Lo results).

Notes:

- If the memory is full, the unit will delete the oldest reading.
- When the unit is switched between °C and °F, all the readings stored in the memory are deleted.

1. Press the ON/MEM button to turn on the unit.

2. Press the ON/MEM button again.

The memory number appears on the display.



3. Release the ON/MEM button.

The most recent result appears on the display.
Press the ON/MEM button repeatedly to view the older results.



4. Press and hold the ON/MEM button until "OFF" appears on the display to turn off the unit.

The unit turns off with the room temperature on the display.

4. Troubleshooting and Maintenance



4.1 The Icons and Error Messages

In case of any of the below problems occur during measurement, first check that no other electrical device is within 30cm. If the problem persists, please refer to the table below.

EN

Error Display	Cause	Remedy
	Battery is low.	Replace the battery. (Refer to section 4.4)
	Measurement before unit stabilization.	Wait until all the icons stop flashing.
	The unit is showing a rapid ambient temperature change.	Allow the unit to rest in a room for at least 30 minutes at room temperature: 10°C–40°C (50°F–104°F).
	The ambient temperature is not within the range between 10°C–40°C (50°F–104°F).	Allow the unit to rest in a room for at least 30 minutes at room temperature: 10°C–40°C (50°F–104°F).

4. Troubleshooting and Maintenance

Error Display	Cause	Remedy
	Errors 5–9 indicate a malfunction of the unit.	Remove the battery, wait for 1 minute, reinsert the battery, and turn on the unit again. If the message reappears, please contact the OMRON retail outlet or distributor for having the unit checked.
 	<ul style="list-style-type: none">Forehead measurement mode: The temperature taken is higher than +42.2°C (108°F).Surface measurement mode: The temperature taken is higher than +80°C (176°F).	Use the unit within its measurable range. If a malfunction still exists, please contact an OMRON retailer.
 	<ul style="list-style-type: none">Forehead measurement mode: The temperature taken is lower than +34°C (93.2°F).Surface measurement mode: The temperature taken is lower than -22°C (-7.6°F).	Use the unit within its measurable range. If a malfunction still exists, please contact an OMRON retailer.
 	Device cannot be powered on to ready stage.	Change to a new battery. (Refer to section 4.4)

4. Troubleshooting and Maintenance

4.2 Questions and Answers

1. The temperature indicated is rather high.

- The unit has been stored in a cold room.

When the unit has been stored in a cold room, the measured temperature may be rather high if you measure the temperature shortly after bringing the unit to a room that is at normal temperature. Measure temperature after leaving the unit for 30 minutes in the room where it will be used. It is advisable to store the unit in the room where you are going to measure temperature.

- The probe lens has been exposed to direct sunlight.
- Measurement was taken shortly after the subject cried.
Crying can increase facial temperature.

EN

2. The temperature indicated is rather low.

- The body is sweaty.

Do not use the unit when wet after swimming, bathing, or through sweating after physical exercise, as skin temperature may have fallen. Wipe away moisture and allow 30 minutes for the body to acclimatize to room temperature before measuring.

- The probe lens is dirty.
Use a swab or soft cotton moistened with 70% alcohol to clean the probe lens.
- Measurement was taken in surface temperature mode.
Use forehead measurement mode.
- Measurement was taken shortly after the subject was outdoors in cold weather.
Wait until the forehead has warmed up.
- Measurement was taken at a location other than the forehead.
Be sure to measure exactly at the forehead, not surrounding areas such as the hairline.

13

4. Troubleshooting and Maintenance

3. There are variances in the measurement values.

- Measurements were not taken at the same location.
- The probe lens is dirty.

4. The temperature measured on this unit is not equivalent to oral-temperature.

- Forehead thermometers may not always calculate the exact oral-equivalent value.
It is recommended to take regular measurements on subjects such as family members, etc., who are in good physical condition, to know their normal temperature.

4.3 Maintenance

- Check the unit if it is dropped. If unsure, please contact the OMRON retail outlet or distributor for having the unit checked.
- Clean the probe lens carefully to avoid damaging it.
 - Use a 70% alcohol swab or soft cotton moistened with 70% alcohol to clean the probe lens.
 - Allow the probe lens to fully dry for at least 1 minute.
- Do not store the unit in the following types of places. Doing so may damage the unit.
 - Wet locations.
 - Locations with high heat and humidity or those that are exposed to direct sunlight. Areas close to heating equipment, dusty locations, or environments where there are high salt concentrations in the air.
 - Locations where the unit will be subjected to leaning over, falling, shock, or vibration.
 - Pharmaceutical storage areas or locations where corrosive gases are present.

EN

4. Troubleshooting and Maintenance


4.4 Replacing the Battery

Battery: CR2032 lithium button battery

Use the battery within recommended period mentioned to it.


Note: To protect the environment, discard the used batteries in accordance with the local regulations regarding waste disposal procedure. Disposal can be done at your retail store or at appropriate collection sites.

1. Release the screw and remove the battery cover.




2. Remove the battery with a pointed object.

Note: Do not use a metal tool as it may damage the surrounding parts.



3. Insert the new battery under the metal hook on the right side and press the left side of the battery down until it clicks.

Note: Replace the new battery with the plus (+) side on the top.



4. Close the battery cover and tighten the screw.

15

5. Technical Data

Product Category:	Infrared Forehead Thermometers
Product Description:	Infrared Forehead Thermometer
Model (code):	Gentle Temp 720 (MC-720-E)
Sensor:	Thermopile
Temperature Display:	4-digit, °F display in 0.1 degree increments 3-digit, °C display in 0.1 degree increments
Accuracy:	Forehead measurement mode $\pm 0.2^\circ\text{C}$ ($\pm 0.4^\circ\text{F}$) within 35.5°C to 42.0°C (95.9°F to 107.6°F), $\pm 0.3^\circ\text{C}$ ($\pm 0.5^\circ\text{F}$) for other range Surface measurement mode $\pm 0.3^\circ\text{C}$ ($\pm 0.5^\circ\text{F}$) within 22.0°C to 42.2°C (71.6°F to 108.0°F). Outside this range, it is $\pm 2^\circ\text{C}$ ($\pm 3.6^\circ\text{F}$) or $\pm 4\%$ (percentage of actual temperature), whichever is greater. Room temperature mode $\pm 2^\circ\text{C}$ ($\pm 3.6^\circ\text{F}$) within 10°C to 40°C (50°F to 104°F). Out of this range, the measurement result can not meet the accuracy aforementioned.
Measurement Range:	Forehead measurement mode 34.0°C (93.2°F) to 42.2°C (108.0°F) Surface measurement mode -22.0°C (-7.6°F) to 80.0°C (176.0°F) Room temperature mode 10°C (50°F) to 40°C (104°F)
Measurement Time:	Fast 1 Second Measurement
Memory:	25 Memories
Power Supply:	3.0V DC, 1 CR2032 lithium button battery
Power Consumption:	0.018 W
Durable Period:	3 years
Battery Life:	With a new battery, approx. 2,500 measurements or more
Operating Temperature and Humidity and Air Pressure:	10°C (50°F) to 40°C (104°F), $15 \leq RH \leq 85\%$, 70 to 106,0 kPa

5. Technical Data

Storage and Transport Temperature/Humidity: -20°C (-4°F) to 60°C (140°F), 10 ≤ RH ≤ 95%

Protection against electric shock: Internally powered ME equipment

IP Classification: IP22

Applied Part:

 = type BF (Around probe lens. See "Overview" part in page 3)

Weight: Approx. 90 g (with battery installed)

Outer Dimensions: 45(w) x 153(h) x 41(d) mm

Package Contents: Main unit, test battery (CR2032 installed), probe lens cap, instruction manual.

*IP classification is degrees of protection provided by IEC 60529.

This device is protected against solid foreign objects of diameter 12 mm such as a finger and greater.

This device is protected against oblique falling water drops which gives trouble to normal operation.

Notes:

- The specification may be changed without prior notice.
- This OMRON product is produced under the strict quality system of OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japan.
- This device fulfills the provisions of the EC directive 93/42/EEC (Medical Device Directive) and the European Standard EN ISO 80601-2-56:2012: Particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for body temperature measurement.
- The thermometer is calibrated at the time of manufacture. If at any time you question the accuracy of temperature measurements, please contact your authorised OMRON distributor. In General it is recommended to have the device inspected every 2 years to ensure correct functioning and accuracy.

EN

17

5. Technical Data

Description of symbols that, depending on a model, can be found on the product itself, product sales package or IM

	Applied part - Type BF Degree of protection against electric shock (leakage current)		Serial number
IP XX	Ingress protection degree provided by IEC 60529		LOT number
	CE Marking		Temperature limitation
	GOST-R symbol		Humidity limitation
	Symbol of Eurasian Conformity		Atmospheric pressure limitation
	Need for the user to consult the instructions for use		

Product production date is integrated in the Serial number, which placed on the product and/or sales package: the first 4 digits mean year of production, the next 2 digits mean months of production.

5. Technical Data

CE 0197

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. guarantees this product for 3 years after date of purchase. The guarantee does not cover battery, packaging and/or damages of any kind due to misusage (such as dropping or physical misuse) caused by the user. Claimed products will only be replaced when returned together with the original invoice/cash ticket.
Do not disassemble or modify the unit. Changes or modifications not approved by OMRON HEALTHCARE will void the user warranty.

EN

OMRON Infrared Forehead Thermometer
Model (code): Gentle Temp 720 (MC-720-E)

Important information regarding Electro Magnetic Compatibility (EMC)

MC-720-E manufactured by OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. conforms to EN60601-1-2:2015 Electro Magnetic Compatibility (EMC) standard. Further documentation in accordance with this EMC standard is available at OMRON HEALTHCARE EUROPE at the address mentioned in this instruction manual or at www.omron-healthcare.com. Refer to the EMC information for MC-720-E on the website.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Disposal of used batteries should be carried out in accordance with the national regulations for the disposal of batteries.



19

6. Some Useful Information

How the Gentle Temp 720 Works

This unit measures the temperature at the surface of the forehead by sensing infrared emission of the skin at the measured point, and then calculates the oral-equivalent value using a unique algorithm based on actual body temperature survey data.

About Body Temperature

Body temperature refers to the stable temperature of the inner body (also known as *core body temperature*). While temperature measurements at the armpit or mouth provides surface temperature values, holding the thermometer steadily at the measurement point for approx. 10 minutes provides a temperature measurement more closely representing that of core body temperature.


Since forehead temperature measurement involves no bodily support of the thermometer, the resulting measured temperature is typically lower than that of the armpit or mouth.

However, since the forehead has blood vessels that are much less prone to vascular constriction (a natural function of body temperature adjustment), it is supposedly a better measurement area for determining core body temperature, even in a lower temperature environment. By contrast, temperature measured at the arm or leg, for example, is not a suitable gauge of core body temperature, since such body areas are more subject to vascular constriction.

(Note that temperature measured at the forehead may still be influenced by other conditions, such as sweating, or wind from an air conditioner, etc. It is therefore advised to perform measurement in as stable an environment as possible.)

When measuring the temperature of an infant, note that infant body temperature is generally higher than adult body temperature and easily affected by external factors. For example, body temperature tends to increase after nursing or crying. Therefore, it is recommended to take measurements with the infant in calm and normal condition.

6. Some Useful Information



EN

This unit measures the temperature at the surface of the forehead by sensing infrared emission of the skin at the measured point, and then calculates the oral-equivalent value using a unique algorithm (forehead measurement mode) based on actual body temperature survey data.


21


6. Some Useful Information

Knowing One's Normal Temperature

In order to make a correct judgment of suspected fever conditions, it is important to know one's normal temperature. Normal temperature varies with the individual and also changes depending on the time through a day. In addition, measured body temperatures may vary depending on the thermometer or the body part where you measure (see the graph "Variances in core body temperatures obtained at the forehead and mouth"). To find out one's normal temperature, therefore, we recommend performing regular measurements under the following conditions:

- Measure with the same thermometer.
- Measure at the same area.
- Measure at the same time of day.





MC-720-E_A_M.book Page 23 Tuesday, June 5, 2018 1:43 PM








Table des matières

Merci d'avoir acheté le thermomètre frontal infrarouge OMRON Gentle Temp 720.

Utilisation prévue :

Le thermomètre OMRON Gentle Temp 720 permet une mesure confortable, sûre et rapide de la température au niveau du front.

En outre, le thermomètre permet également de mesurer la température superficielle d'un objet ainsi que la température ambiante.

Utilisateur prévu :

11 ans minimum (5 années d'expérience intensive de la lecture), pas de maximum.
Il est principalement conçu pour un usage domestique.

Informations importantes sur la sécurité	25	4. Dépannage et maintenance	35
1. Présentation générale	27	4.1 Icônes et messages d'erreur	35
2. Préparation	28	4.2 Questions et réponses	38
2.1 Retrait de la bande isolante	28	4.3 Maintenance	39
2.2 Commutation entre °C et °F	28	4.4 Remplacement de la pile	40
2.3 Réglage du vibreur	29	5. Données techniques	41
3. Utilisation du thermomètre	30	6. Informations utiles	45
3.1 Prise de la température	30		
3.2 Utilisation de la fonction de mémoire	34		



Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le thermomètre.
Conservez-le pour référence ultérieure. Pour toute information spécifique concernant
votre propre température, ADRESSEZ-VOUS A VOTRE MÉDECIN.

Informations importantes sur la sécurité

Pour garantir l'utilisation correcte du produit, il est important de suivre à chaque instant des mesures fondamentales de sécurité, dont les précautions sont indiquées ci-dessous.

⚠ Avertissement : les situations suivantes sont potentiellement dangereuses et, si elles ne sont pas évitées, peuvent entraîner la mort ou des blessures graves.

- Il peut être dangereux d'établir un auto-diagnostic et/ou un traitement sur la base des résultats des mesures. Suivre les recommandations du médecin. Un auto-diagnostic peut aggraver les symptômes.
- Une température élevée ou une fièvre prolongée nécessite une surveillance médicale, surtout s'il s'agit de jeunes enfants. Dans ce cas, consulter un médecin.
- Garder le thermomètre hors de la portée des enfants.
- Contient des petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion par les patients en bas âge.
- Ne pas jeter les piles dans le feu. Elles risquent d'explorer.
- Ôter la pile lorsque le thermomètre n'est pas utilisé pendant au moins trois mois. Sinon, des fuites de liquide, une génération de chaleur ou une explosion sont possibles, ce qui risquerait d'endommager le thermomètre.
- Ne pas utiliser le thermomètre pour mesurer la température d'objets dépassant 80,0 °C (176,0 °F).
- Pendant la mesure, veiller à ce qu'aucun téléphone mobile ou autre appareil électrique émettant des champs électromagnétiques ne soit situé à moins de 30 cm de cet appareil. Cela risquerait de perturber le fonctionnement de l'appareil et/ou de provoquer des résultats incorrects.

FR

Précautions générales

- Ne pas utiliser ce thermomètre à d'autres fins que la mesure de la température frontale ou de la température superficielle.
- Ne pas exposer le thermomètre à un choc violent ou à des vibrations, ne pas le laisser tomber, ne pas marcher dessus.
- Le thermomètre n'est pas étanche. Lors de l'utilisation du thermomètre, éviter toute pénétration de liquide (alcool, eau ou eau bouillante) dans le thermomètre. Si le thermomètre est recouvert de vapeur, le laisser sécher ou l'essuyer délicatement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier le thermomètre.

25

Informations importantes sur la sécurité

- Lorsque la lentille de la sonde est sale, la frotter légèrement à l'aide d'un chiffon sec ou d'un coton-tige. Ne pas essuyer la lentille de la sonde avec du papier essuie-tout ou une serviette en papier.
- En cas de différence de température entre l'endroit où le thermomètre est conservé et la pièce où la mesure sera effectuée, laisser le thermomètre à température ambiante dans cette dernière pendant un minimum de 30 minutes avant d'effectuer la mesure.
- Si le front est froid, le laisser se réchauffer avant de mesurer la température. La température mesurée peut être basse après utilisation d'une poche de glace, d'un bloc réfrigérant, ou immédiatement après être rentré de l'extérieur en hiver.
- Ne pas utiliser le thermomètre si le sujet est mouillé, après être allé à la piscine, après le bain ou s'il a transpiré après un exercice physique. La température de la peau peut en effet avoir baissé. Essuyer toute trace d'humidité et attendre 30 minutes que le corps s'habitue à la température ambiante avant de procéder à la mesure.
- Ne pas toucher la lentille de la sonde avec les doigts, et ne pas souffler dessus.
- Ne pas prendre de mesure lorsque le thermomètre est mouillé : la mesure pourrait être faussée.
- Vérifier l'icône sur l'affichage avant et après la mesure, de manière à effectuer la mesure dans le mode approprié.
- La mesure de la température d'un objet à faible pouvoir émissif, par exemple de l'or ou de l'aluminium, risque de fournir des résultats incorrects.
- La mesure de la température d'un objet à faible pouvoir émissif (par exemple du lait) en mode de mesure superficielle risque d'entraîner des mesures légèrement inférieures.
- En indiquant la température au médecin, toujours signaler que la mesure a été effectuée sur le front.

1. Présentation générale

Unité principale :

Embout de la lentille de la sonde
Affichage
Bouton ON/MEM (MARCHE/MEM)
Bouton START (DEMARRER)


Lentille de la sonde

Pièce appliquée (Type BF)

Compartiment de la pile

ON/OFF

Affichage :



FR

27

2. Préparation


2.1 Retrait de la bande isolante

Lors de la première utilisation du thermomètre, retirer la bande isolante du compartiment de la pile.

Le thermomètre est allumé et la température ambiante apparaît sur l'affichage après 1 minute.

Remarques :

- La température ambiante reste affichée même après que le thermomètre a été éteint.
- Placer le thermomètre sur une surface horizontale, à température ambiante (l'éloigner des rayons directs du soleil ou d'une source de conditionnement d'air, etc.).




2.2 Commutation entre °C et °F

Par défaut, le thermomètre est réglé en °C.

1. La température ambiante étant affichée, appuyer sur le bouton START et le maintenir enfoncé.
2. Tout en le maintenant enfoncé, appuyer sur le bouton ON/MEM jusqu'à ce que °F s'affiche. Deux bips sont émis.

Remarques :

- Pour revenir en mode °C, reprendre à l'étape 1.
- Lors du passage entre les modes °C et °F, toutes les mesures enregistrées en mémoire sont supprimées.



2. Préparation

2.3 Réglage du vibreur

Le vibreur est activé par défaut, mais il peut être désactivé.


Remarque : le vibreur n'est disponible qu'en mode de mesure de la température frontale.

1. Appuyer sur le bouton ON/MEM pour allumer le thermomètre.

FR


2. Appuyer sur le bouton ON/MEM et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes.

L'icône «  » clignote sur l'affichage.



3. Relâcher le bouton ON/MEM.

L'icône «  » reste allumée et le vibreur est désactivé.



Remarques :

- Si le bouton ON/MEM est maintenu enfoncé pendant plus de 5 secondes après que l'icône «  » s'est mise à clignoter, le thermomètre s'éteint sans désactiver le vibreur.
- Pour activer de nouveau le vibreur, reprendre à l'étape 1.

3. Utilisation du thermomètre

3.1 Prise de la température

Mode de mesure de la température frontale

Ce mode affiche la valeur équivalant à la mesure de la température orale de la température frontale mesurée. Toujours s'assurer que la lentille de la sonde est propre et non endommagée, et que le front est propre et exempt de transpiration, maquillage, cicatrice, etc.


Avant la mesure, veiller à ce que le patient n'ait pas pris de bain ni effectué des exercices physiques au cours des 30 dernières minutes, et soit resté dans un environnement constant pendant au moins 5 minutes.

Il est recommandé de prendre la mesure à trois reprises. Si les trois mesures donnent des résultats différents, choisir la température la plus élevée.

1. Soulever l'embout de la lentille de la sonde pour le retirer.

2. Appuyer sur le bouton ON/MEM.

Tous les indicateurs apparaissent sur l'affichage pendant 1 seconde.
L'affichage à l'extrême droite apparaît ensuite, accompagné de deux bips.



3. Utilisation du thermomètre

3. Maintenir la lentille de la sonde entre 1 et 3 cm du centre du front.

Remarques :

- Ne pas tenir le thermomètre trop longtemps en main : la sonde pourrait enregistrer une température ambiante trop élevée. La température corporelle mesurée pourrait alors être plus basse que la normale.
- Rester parfaitement immobile pendant la mesure.



FR

4. Appuyer sur le bouton START.

La mesure est terminée après 1 seconde. Un bip long est émis.



31


3. Utilisation du thermomètre

5. Éloigner le thermomètre du front et lire le résultat de la mesure.

L'affichage s'allume pendant 5 secondes.

Remarques :

- Si le résultat est supérieur à 42,2 °C (108,0 °F), « Hi » apparaît sur l'affichage.
- Si le résultat est inférieur à 34,0 °C (93,2 °F), « Lo » apparaît sur l'affichage.
- Une nouvelle mesure peut être effectuée après que l'affichage s'est éteint, avec deux bips. Veiller à ce que l'icône « \odot » reste allumée.
- Après la deuxième mesure, la première apparaît dans l'angle droit, et la deuxième au centre de l'affichage.



6. Pour éteindre le thermomètre, appuyer sur le bouton ON/MEM et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que « OFF » s'affiche.

Le thermomètre mémorise la mesure, puis s'éteint en affichant la température ambiante.

Le thermomètre s'éteint également automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute.

3. Utilisation du thermomètre

Mode de mesure de la température superficielle

Le mode de mesure de la température superficielle affiche la température superficielle réelle et non ajustée d'un objet, qui est différente de la température corporelle. Ce mode peut aider à déterminer si la température de l'objet convient au patient ou à un bébé (pour du lait par exemple).


Par défaut, le thermomètre est réglé en mode de mesure de la température frontale. Procéder comme suit pour passer en mode de mesure de la température superficielle.

1. Appuyer sur le bouton ON/MEM pour allumer le thermomètre.

FR

2. Appuyer sur le bouton ON/MEM et le maintenir enfoncé. Tout en le maintenant enfoncé, appuyer sur le bouton START.

L'icône «  » s'affiche.



3. Approcher le thermomètre de l'objet et appuyer sur le bouton START.

La mesure se poursuit jusqu'à ce que le bouton START soit relâché.

Remarques :

- En mode de mesure de la température superficielle, approcher la lentille de la sonde le plus près possible de l'objet (distance recommandée : 1 cm). Ne pas appliquer la lentille de la sonde directement sur l'objet.
- Le mode de mesure de la température superficielle indique la température à la surface. Les températures superficielle et interne peuvent être différentes. Prendre toutes les précautions utiles lors de la mesure d'objets présentant une température extrêmement élevée ou basse.
- Dans ce mode, l'affichage ne s'allume pas et le vibrer est éteint.
- Pour passer en mode de mesure de la température frontale, revenir à l'étape 2 et veiller à ce que l'icône  se change en .
- Le thermomètre s'éteint automatiquement en affichant la température ambiante si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute. Pour éteindre manuellement le thermomètre, vous pouvez maintenir enfoncé le bouton ON/MEM jusqu'à ce que « OFF » apparaisse sur l'affichage.
- Le mode de mesure de la température superficielle n'est pas destiné à la prise de la température corporelle ni à une utilisation médicale.

3. Utilisation du thermomètre

3.2 Utilisation de la fonction de mémoire

Ce thermomètre mémorise automatiquement les 25 derniers résultats de la mesure (sauf les résultats Hi/Lo).

Remarques :

- Lorsque la mémoire est pleine, la mesure la plus ancienne est supprimée.
- Lors du passage entre les modes °C et °F, toutes les mesures enregistrées en mémoire sont supprimées.

1. Appuyer sur le bouton ON/MEM pour allumer le thermomètre.

2. Appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/MEM.

Le numéro de l'enregistrement en mémoire s'affiche.



3. Relâcher le bouton ON/MEM.

Le résultat le plus récent s'affiche.

Appuyer de manière répétée sur le bouton ON/MEM pour afficher les résultats plus anciens.



4. Pour éteindre le thermomètre, appuyer sur le bouton ON/MEM et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que « OFF » s'affiche.

Le thermomètre s'éteint en affichant la température ambiante.


4. Dépannage et maintenance

4.1 Icônes et messages d'erreur


Si l'un des problèmes ci-dessous se produit pendant la mesure, vérifier avant tout qu'aucun autre appareil électrique ne se trouve à moins de 30 cm. Si le problème persiste, veiller à se reporter au tableau ci-dessous.

Affichage d'erreur	Cause	Solution	FR
	La pile est déchargée.	Remplacer la pile. (Se reporter à la section 4.4)	
	Mesure avant la stabilisation du thermomètre.	Attendre que toutes les icônes arrêtent de clignoter.	
	Le thermomètre indique un changement rapide de la température ambiante.	Laisser le thermomètre pendant au moins 30 minutes dans un local à température ambiante, entre 10 °C et 40 °C (50 °F - 104 °F).	

4. Dépannage et maintenance

Affichage d'erreur	Cause	Solution
	La température ambiante n'est pas comprise entre 10 °C et 40 °C (50 °F - 104 °F).	Laisser le thermomètre pendant au moins 30 minutes dans un local à température ambiante, entre 10 °C et 40 °C (50 °F - 104 °F).
	Les erreurs 5 à 9 indiquent un dysfonctionnement du thermomètre.	Retirer la pile, attendre 1 minute, remettre la pile en place, puis rallumer le thermomètre. Si le message s'affiche à nouveau, prendre contact avec le point de vente ou le distributeur OMRON pour faire vérifier le thermomètre.
	<ul style="list-style-type: none"> Mode de mesure de la température frontale : la température prise est supérieure à +42,2 °C (108 °F). Mode de mesure de la température superficielle : la température prise est supérieure à +80 °C (176 °F). 	Utiliser le thermomètre dans les limites de sa plage de mesure. Si le dysfonctionnement persiste, contacter un revendeur OMRON.

4. Dépannage et maintenance

Affichage d'erreur	Cause	Solution
	<ul style="list-style-type: none">Mode de mesure de la température frontale : la température prise est inférieure à +34 °C (93,2 °F).Mode de mesure de la température superficielle : la température prise est inférieure à -22 °C (-7,6 °F).	Utiliser le thermomètre dans les limites de sa plage de mesure. Si le dysfonctionnement persiste, contacter un revendeur OMRON.
	Impossible de mettre le thermomètre en service.	Remplacer la pile par une neuve. (Se reporter à la section 4.4)

FR

4. Dépannage et maintenance

4.2 Questions et réponses

1. La température indiquée est plutôt élevée.

- Le thermomètre a été stocké dans une pièce froide.
Dans ce cas, la température mesurée peut être plutôt élevée si elle est prise peu de temps après que le thermomètre est placé dans une pièce dont la température est normale. N'effectuer une mesure qu'après avoir laissé le thermomètre 30 minutes dans la pièce où sera prise la température. Nous conseillons de ranger le thermomètre dans la pièce où sera prise la température.
- La lentille de la sonde a été exposée aux rayons directs du soleil.
- La mesure a été prise peu après des pleurs du sujet.
Les pleurs peuvent augmenter la température faciale.

2. La température indiquée est plutôt basse.

- Le corps est moite.
Ne pas utiliser le thermomètre si le sujet est mouillé après être allé à la piscine, après le bain ou s'il a transpiré après un exercice physique. La température de la peau peut en effet avoir baissé. Essuyer toute trace d'humidité et attendre 30 minutes que le corps s'habitue à la température ambiante avant de procéder à la mesure.
- La lentille de la sonde est sale.
À l'aide d'un coton-tige ou d'un disque de coton imbibé d'alcool à 70 %, nettoyer la lentille de la sonde.
- La mesure a été prise en mode de mesure de la température superficielle.
Utiliser le mode de mesure de la température frontale.
- La mesure a été prise peu de temps après que le sujet est sorti par temps froid.
Attendre que le front se réchauffe.
- La mesure a été prise à un autre endroit que le front.
Veiller à bien cibler le front et à ne pas prendre la mesure sur une zone voisine telle que la naissance des cheveux.

4. Dépannage et maintenance

3. Il existe des écarts dans les valeurs mesurées.

- Les mesures n'ont pas été prises au même endroit.
- La lentille de la sonde est sale.

4. La température mesurée avec ce thermomètre diffère de la température orale.

- Les thermomètres frontaux peuvent ne pas toujours calculer la valeur équivalant à la mesure de la température orale exacte.

Nous conseillons de prendre régulièrement la température de sujets en bonne santé, par ex. un membre de la famille, etc., pour connaître sa température normale.

FR

4.3 Maintenance

- Contrôler le thermomètre en cas de chute. En cas de doute, prendre contact avec le point de vente ou le distributeur OMRON pour faire vérifier le thermomètre.
- Nettoyer soigneusement la lentille de la sonde pour éviter de l'endommager.
 - À l'aide d'un coton-tige ou d'un disque de coton imbibé d'alcool à 70 %, nettoyer la lentille de la sonde.
 - Laisser la lentille sécher complètement au moins 1 minute.
- Ne pas stocker le thermomètre dans les endroits indiqués ci-dessous. Il risquerait d'être endommagé.
 - Endroits mouillés.
 - Endroits soumis à une chaleur et une humidité élevées ou exposés à la lumière directe du soleil. Zones proches d'appareils de chauffage, endroits poussiéreux ou environnements soumis à des concentrations salines élevées dans l'air.
 - Endroits dans lesquels le thermomètre sera incliné ou risquerait de tomber ou d'être soumis à des chocs ou des vibrations.
 - Zones de stockage de produits pharmaceutiques ou endroits abritant des gaz corrosifs.

4. Dépannage et maintenance


4.4 Remplacement de la pile

Pile : pile bouton lithium CR2032

Utiliser la pile dans la période indiquée.


Remarque : pour protéger l'environnement, éliminer les piles usagées conformément aux règlements locaux en matière de mise au rebut des déchets. Les piles usagées peuvent être déposées au point de vente ou dans les sites de collecte appropriés.

- Desserrer la vis et retirer le couvercle du compartiment de la pile.**




- Extraire la pile à l'aide d'un objet pointu.**

Remarque : ne pas utiliser d'outil métallique, car cela pourrait endommager les pièces autour de cette zone.



- Insérer la pile neuve sous le crochet métallique du côté droit et appuyer sur le côté gauche de la pile jusqu'à enclenchement.**

Remarque : placer le côté positif (+) de la pile vers le haut.



- Refermer le compartiment de la pile et serrer la vis.**

5. Données techniques

Catégorie de produit :	Thermomètres frontaux infrarouge
Description du produit :	Thermomètre frontal infrarouge
Modèle (réf.) :	Gentle Temp 720 (MC-720-E)
Capteur :	Thermopile
Affichage de la température :	Affichage à 4 chiffres, °F par incrément de 0,1 degré Affichage à 3 chiffres, °C par incrément de 0,1 degré
Précision :	Mode de mesure de la température frontale $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4^{\circ}\text{F}$) entre $35,5^{\circ}\text{C}$ et $42,0^{\circ}\text{C}$ $(95,9^{\circ}\text{F}$ à $107,6^{\circ}\text{F}$), $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{F}$) en dehors de cette plage Mode de mesure de la température superficielle $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{F}$) entre $22,0^{\circ}\text{C}$ et $42,2^{\circ}\text{C}$ $(71,6^{\circ}\text{F}$ à $108,0^{\circ}\text{F}$) En dehors de cette plage, cela représente $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3,6^{\circ}\text{F}$) ou $\pm 4\%$ (pourcentage de la température réelle), selon la plus grande de ces valeurs. Mode de mesure de la température ambiante $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3,6^{\circ}\text{F}$) entre 10°C et 40°C (50°F à 104°F) En dehors de cette plage, le résultat de la mesure n'atteint pas le niveau de précision susmentionné.
Plage de mesure :	Mode de mesure de la température frontale Mode de mesure de la température superficielle Mode de mesure de la température ambiante Mesure rapide en 1 seconde 34,0 °C ($93,2^{\circ}\text{F}$) à $42,2^{\circ}\text{C}$ ($108,0^{\circ}\text{F}$) $-22,0^{\circ}\text{C}$ ($-7,6^{\circ}\text{F}$) à $80,0^{\circ}\text{C}$ ($176,0^{\circ}\text{F}$) 10°C (50°F) à 40°C (104°F)
Durée de mesure :	25 mémoires
Mémoire :	3,0 V CC, 1 pile bouton lithium CR2032
Alimentation électrique :	0,018 W
Consommation électrique :	3 ans
Durée de conservation :	Lorsque la pile est neuve, il est possible d'effectuer env. 2 500 mesures.
Durée de vie de la pile :	

FR

41

5. Données techniques

Température, humidité et pression atmosphérique de fonctionnement : 10 °C (50 °F) à 40 °C (104 °F), 15 ≤ HR ≤ 85 %, 70 à 106,0 kPa

Humidité/température de stockage et de transport : -20 °C (-4 °F) à 60 °C (140 °F), 10 ≤ HR ≤ 95 %

Protection contre les chocs électriques : Équipement ME à alimentation interne

Classification IP : IP22

Pièce appliquée :  = type BF (Près de la lentille de la sonde. Voir section « Présentation générale » à la page 27)

Poids : Environ 90 g (avec la pile)

Dimensions extérieures : 45 (L) x 153 (H) x 41 (P) mm

Contenu de l'emballage : Unité principale, pile test (CR2032 installée), embout de la lentille de la sonde et mode d'emploi.

* La classification IP indique le degré de protection offert conformément à la norme CEI 60529.

Cet appareil est protégé contre les corps étrangers solides de 12 mm de diamètre et plus, comme par exemple un doigt.
Cet appareil est protégé contre les chutes obliques de gouttes d'eau susceptibles de provoquer des problèmes pendant une utilisation normale.

Remarques :

- Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit OMRON est fabriqué selon le système de qualité strict de OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japon.
- Cet appareil est conforme aux dispositions de la directive CE 93/42/CEE (directive relative aux dispositifs médicaux) et de la norme européenne EN ISO 80601-2-56:2012 : Exigences particulières relatives à la sécurité fondamentale et aux performances essentielles des thermomètres médicaux pour mesurer la température de corps.
- Le thermomètre est étalonné au moment de la fabrication. Si vous doutez à un moment quelconque de la précision des mesures de température, veuillez vous adresser à votre revendeur OMRON agréé. Il est généralement recommandé de faire inspecter l'appareil tous les 2 ans afin de garantir son bon fonctionnement et sa précision.

5. Données techniques

Description des symboles pouvant figurer, en fonction du modèle, sur le produit même, le conditionnement de vente du produit ou dans le ME

	Pièce appliquée - Type BF Degré de protection contre les chocs électriques (courant de fuite)	SN	Numéro de série
IP XX	Indice de protection donné par la norme CEI 60529	LOT	Numéro de LOT
	Marquage CE		Limitation de température
	Symbole GOST-R		Limitation d'humidité
	Symbole de conformité eurasienne		Limitation de pression atmosphérique
	Nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi		

La date de production du produit est intégrée dans le numéro de série figurant sur le produit et/ou le conditionnement de vente : les 4 premiers chiffres indiquent l'année de production, les 2 suivants le mois de production.

5. Données techniques

CE 0197



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. garantit ce produit pendant 3 ans à compter de sa date d'achat. La garantie ne couvre pas la pile, l'emballage et/ou les dommages de toute nature dus à une mauvaise utilisation (chute ou mauvaise utilisation physique) de la part de l'utilisateur. Les produits faisant l'objet d'une réclamation ne seront remplacés que sur présentation de la facture/ticket de caisse d'origine. Ne pas démonter ou modifier le thermomètre. Toute modification ou altération non approuvée par OMRON HEALTHCARE entraîne l'annulation de la garantie.

Thermomètre frontal infrarouge OMRON

Modèle (réf.) : Gentle Temp 720 (MC-720-E)

Informations importantes concernant la compatibilité électromagnétique (CEM)

MC-720-E fabriqué par OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. est conforme à la norme EN60601-1-2:2015 Compatibilité électromagnétique (CEM). D'autres documents relatifs à la norme CEM sont disponibles auprès d'OMRON HEALTHCARE EUROPE à l'adresse indiquée dans le présent mode d'emploi ou sur www.omron-healthcare.com. Se reporter aux informations relatives à la norme CEM pour MC-720-E, disponibles sur le site Web.

Mise au rebut correcte de ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

Cette marque apposée sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne peut pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers à la fin de leur vie utile. Afin de prévenir tout danger pour l'environnement ou la santé humaine résultant d'une mise au rebut non contrôlée des déchets, séparer cet appareil des autres types de déchets et le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne peut pas être mélangé à d'autres déchets commerciaux pour mise au rebut.

La mise au rebut des piles usagées doit se faire conformément aux règlements nationaux relatifs à l'élimination des piles.



6. Informations utiles

Fonctionnement du Gentle Temp 720

Ce thermomètre mesure la température à la surface du front en détectant l'émission d'infrarouges de la peau à l'endroit de la mesure, puis calcule la valeur équivalant à la mesure de la température orale à l'aide d'un algorithme unique basé sur les données d'une enquête sur la température corporelle réelle.

À propos de la température corporelle

La température corporelle fait référence à la température constante de l'organisme (également connue sous le nom de *température centrale*). Tandis que les mesures de température axillaires ou buccales donnent des valeurs de températures superficielles, maintenir le thermomètre fixement au point de mesure pendant env. 10 minutes permet d'obtenir une mesure de la température plus proche de la température centrale.

Étant donné que la mesure de la température frontale n'implique aucun contact du thermomètre avec le corps, la température ainsi mesurée est généralement inférieure à la température axillaire ou buccale.

En revanche, étant donné que les vaisseaux sanguins du front sont beaucoup moins sujets à la constriction vasculaire (une fonction naturelle de la régulation de la température corporelle), on suppose qu'il s'agit d'une meilleure zone de mesure pour déterminer la température centrale, même si l'environnement est froid. Par contre, la température mesurée sur le bras ou la jambe, par exemple, ne permet pas d'évaluer correctement la température centrale, étant donné que ces zones sont davantage concernées par la constriction vasculaire.

(Noter que la température mesurée sur le front peut toujours être influencée par d'autres situations, par exemple la transpiration ou le souffle d'un conditionnement d'air, etc. Nous conseillons donc d'effectuer la mesure dans un environnement aussi stable que possible.)


Lors de la prise de température d'un nourrisson, il faut savoir que sa température corporelle est souvent plus élevée que celle d'un adulte et facilement influencée par des facteurs externes. Par exemple, la température corporelle a tendance à augmenter après des soins ou des pleurs. Il est par conséquent recommandé de prendre les mesures lorsque le nourrisson est calme et dans des conditions normales.

FR

45

6. Informations utiles

Differences entre les températures corporelle et frontale



Ce thermomètre mesure la température à la surface du front en détectant l'émission d'infrarouges de la peau à l'endroit de la mesure, puis calcule la valeur équivalant à la mesure de la température orale à l'aide d'un algorithme unique (mode de mesure de la température frontale) basé sur les données d'une enquête sur la température corporelle réelle.

6. Informations utiles


Connaître sa température normale

Afin de pouvoir déterminer correctement si le sujet a de la fièvre ou non, il est important de connaître sa température normale. La température normale varie d'un individu à l'autre et change également selon le moment de la journée. En outre, la température corporelle mesurée peut varier en fonction du thermomètre ou de la partie du corps utilisée pour la mesure (voir le graphique « Écarts de la température centrale obtenue par la prise de température frontale et buccale »). Par conséquent, pour connaître sa température normale, nous recommandons d'effectuer des mesures régulières dans les conditions suivantes :

- Effectuer les différentes mesures avec le même thermomètre.
- Effectuer les différentes mesures sur la même partie du corps.
- Effectuer les différentes mesures au même moment de la journée.

FR

Écarts de la température centrale obtenue par la prise de température frontale et buccale
(cas étudiés : 190, âge : entre 0 et 68 ans, température ambiante : $23 \pm 2^\circ\text{C}$)



47

Inhalt

Vielen Dank, dass Sie sich für das Infrarot-Stirnthermometer OMRON Gentle Temp 720 entschieden haben.

Verwendungszweck:

Das OMRON Gentle Temp 720 bietet eine sichere, bequeme und schnelle Temperaturmessung an der Stirn. Zusätzlich ist das Gerät auch zur Messung der Oberflächentemperatur von Gegenständen sowie zur Messung der Raumtemperatur geeignet.

Bestimmungsgemäße Anwender:

Mindestenstalter 11 Jahre (5 Jahre intensive Leseerfahrung), kein Höchstalter.
Es ist vorwiegend für den Hausgebrauch vorgesehen.

Wichtige Sicherheitsinformationen	49	4. Fehlersuche und -behebung und Wartung	59
1. Übersicht	51	4.1 Symbole und Fehlermeldungen	59
2. Vorbereitung	52	4.2 Fragen und Antworten	61
2.1 Entfernen des Isolierbands	52	4.3 Wartung	62
2.2 Umschalten zwischen °C und °F	52	4.4 Austauschen der Batterie	63
2.3 Einstellen des Summers	53	5. Technische Daten	64
3. Verwenden des Geräts	54	6. Nützliche Hinweise	68
3.1 Vornehmen einer Messung	54		
3.2 Verwenden der Speicherfunktion	58		



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
Bewahren Sie diese Anweisung zum zukünftigen Nachschlagen auf. KONSULTIEREN SIE IHREN ARZT zu genauen Angaben über Ihre eigene Temperatur.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Zur Sicherstellung einer korrekten Anwendung des Produktes sollten grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen einschließlich der unten aufgeführten befolgt werden.

⚠ Warnung: Die folgenden Situationen sind potenziell gefährlich und können, sofern sie nicht vermieden werden zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

- Eine Diagnose auf der Grundlage der Messergebnisse selbst zu stellen bzw. eine Behandlung auf dieser Grundlage vorzunehmen, kann gefährlich sein. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes. Eigendiagnosen können zur Verschlimmerung der Symptome führen.
- Hohes oder länger anhaltendes Fieber erfordert ärztliche Behandlung, insbesondere bei kleinen Kindern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Bewahren Sie das Thermometer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Enthält verschluckbare Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder darstellen können.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Die Batterie könnte explodieren.
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Thermometer, wenn es mindestens drei Monate nicht verwendet wird. Bei Nichtbeachtung könnten Flüssigkeiten austreten oder das Thermometer könnte Wärme entwickeln und bersten, was zu dessen Unbrauchbarkeit führen würde.
- Verwenden Sie das Thermometer nicht zum Messen von Objekten, deren Temperatur über 80,0°C (176,0°F) liegt.
- Stellen Sie während der Messung sicher, dass sich kein Mobiltelefon oder sonstige elektrische Geräte, die elektromagnetische Felder abstrahlen, im Umkreis von 30 cm um dieses Gerät befinden. Dies könnte zu einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts und/oder fehlerhaften Messwerten führen.

DE

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie dieses Thermometer nur für die Messung der Temperatur an der Stirn oder für Temperaturnmessungen an Oberflächen.
- Setzen Sie das Thermometer keinen heftigen Stößen oder Schwingungen aus, lassen Sie es nicht fallen, und treten Sie nicht darauf.


49

Wichtige Sicherheitshinweise


- Das Thermometer ist nicht wasserdicht. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit (Alkohol, Wasser oder heißes Wasser) in das Thermometer gelangen kann. Wenn das Thermometer mit Wasser dampf beschlagen ist, warten Sie, bis es trocken ist, oder wischen Sie es leicht mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Es ist nicht erlaubt, das Thermometer zu demontieren, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Wenn die Sonde verschmutzt ist, wischen Sie sie leicht mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem Wattestäbchen ab. Verwenden Sie zum Abwischen der Sonde keine Papiertaschentücher oder Küchentücher.
- Wenn ein Temperaturunterschied zwischen der Stelle besteht, an der Sie das Thermometer aufbewahren und an der Sie die Temperatur messen, sollten Sie das Thermometer vor dem Einsatz 30 Minuten in dem Raum liegen lassen, in dem Sie die Temperatur messen, damit das Thermometer die Raumtemperatur erreicht. Führen Sie erst dann die Messung durch.
- Wenn die Stirn kalt ist, warten Sie, bis die Stirn warm ist, bevor Sie die Temperatur messen. Das Messergebnis kann zu niedrig ausfallen, wenn Sie einen Eisbeutel verwenden oder im Winter gerade ins Haus gekommen sind.
- Verwenden Sie das Thermometer nicht, wenn Sie nach dem Schwimmen, Baden oder durch Schwitzen nach dem Sport nass sind, da die Hauttemperatur möglicherweise gesunken ist. Wischen Sie die Feuchtigkeit ab, und warten Sie vor dem Messen 30 Minuten, bis sich der Körper an die Raumtemperatur angepasst hat.
- Berühren Sie die Sonde nicht mit den Fingern und hauchen Sie sie nicht an.
- Versuchen Sie nicht, Messungen mit nassem Thermometer vorzunehmen, da dies zu ungenauen Ergebnissen führen könnte.
- Prüfen Sie das Symbol auf dem Display vor und nach der Messung, um sicherzustellen, dass die Messung im entsprechenden Modus vorgenommen wird.
- Beim Messen der Temperatur von Gegenständen mit niedrigem Emissionsgrad, wie zum Beispiel Gold oder Aluminium, können die Messwerte ungenau sein.
- Beim Messen der Temperatur von Oberflächen mit niedrigem Emissionsgrad (wie zum Beispiel Milch) können die Messwerte etwas niedriger ausfallen.
- Wenn Sie Ihrem Arzt Ihre Messwerte mitteilen, sagen Sie ihm auch, dass Sie die Körpertemperatur an der Stirn gemessen haben.

1. Übersicht

Thermometer:



Anwendungsteil
(Typ BF)



DE

2. Vorbereitung


2.1 Entfernen des Isolierbands

Ziehen Sie bei der ersten Verwendung des Thermometers das Isolierband aus dem Batteriefach.


Das Gerät wird eingeschaltet, und nach 1 Minute wird die Raumtemperatur im Display angezeigt.

Hinweise:

- Die Raumtemperatur wird auch nach dem Ausschalten des Geräts in der Anzeige angezeigt.
- Legen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche, an einem Ort mit Raumtemperatur (nicht in direktes Sonnenlicht oder in die Nähe einer Klimaanlage usw.).



Geräterückseite




2.2 Umschalten zwischen °C und °F

Das Thermometer ist standardmäßig auf Celsius eingestellt.

1. Während die Raumtemperatur angezeigt wird, halten Sie die START-Taste gedrückt.
2. Halten Sie bei gedrückter START-Taste die ON/MEM-Taste gedrückt, bis °F im Display angezeigt wird und zwei Signaltöne ausgegeben werden.

Hinweise:

- Um wieder °C auszuwählen, beginnen Sie mit Schritt 1.
- Wenn das Thermometer zwischen °C und °F umgeschaltet wird, werden alle im Memory gespeicherten Messungen gelöscht.



2. Vorbereitung

2.3 Einstellen des Summers


Der Summer ist in der Standardeinstellung aktiviert, kann jedoch deaktiviert werden.

Hinweis: Der Summer ist nur bei Stirnmessung verfügbar.

1. Drücken Sie die ON/MEM-Taste, um das Thermometer einzuschalten.

2. Halten Sie die ON/MEM-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.


Das Symbol „“ blinkt im Display auf.



DE

3. Lassen Sie die ON/MEM-Taste los.

Das Symbol „“ wird weiterhin im Display angezeigt. Der Summer ist nun deaktiviert.



Hinweise:

- Wenn die ON/MEM-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt wird, nachdem das Symbol „“ zu blinken beginnt, wird das Thermometer ausgeschaltet, ohne dass der Summer deaktiviert wird.
- Um den Summer wieder zu aktivieren, beginnen Sie mit Schritt 1.

3. Verwenden des Geräts

3.1 Vornehmen einer Messung

Stirnmessung

In diesem Modus wird der orale Gleichwert der gemessenen Stirntemperatur angezeigt.

Stellen Sie stets sicher, dass die Sonde sauber und unbeschädigt ist und dass die Stirn frei von Schweiß, Kosmetik, Narben usw. ist.

Vergewissern Sie sich vor der Messung, dass der Patient in den letzten 30 Minuten weder gebadet noch Sport getrieben hat und dass er sich mindestens 5 Minuten lang in einer stabilen Umgebung aufgehalten hat.


Es wird empfohlen, die Messung drei Mal durchzuführen. Wenn die drei Messungen unterschiedlich ausfallen, wählen Sie die höchste Temperatur.

- 1. Ziehen Sie die Sondenschutzkappe zum Entfernen ab.**

- 2. Drücken Sie die ON/MEM-Taste.**

Alle Symbole werden 1 Sekunde lang auf dem Display angezeigt.

Anschließend wird die Anzeige in der Abbildung ganz rechts angezeigt, und es werden zwei Signaltöne ausgegeben.



3. Verwenden des Geräts

3. Halten Sie die Sonde in einem Abstand von 1 bis 3 cm zur Stirnmitte.

Hinweise:

- Wenn Sie das Thermometer zu lange in der Hand halten, kann dies zu einem erhöhten Messwert der Raumtemperatur führen. Dadurch könnte die Messung der Körpertemperatur niedriger als normal ausfallen.
- Halten Sie während der Messung still.






DE

4. Drücken Sie die START-Taste.

Die Messung ist nach 1 Sekunde abgeschlossen. Dabei wird ein langer Signalton ausgegeben.



55




3. Verwenden des Geräts

5. Nehmen Sie das Thermometer von der Stirn weg, und überprüfen Sie das Messergebnis.

Das Display leuchtet 5 Sekunden lang auf.

Hinweise:

- Liegt das Ergebnis über 42,2°C (108,0°F), wird „Hi“ auf dem Display angezeigt.
- Liegt das Ergebnis unter 34,0°C (93,2°F), wird „Lo“ auf dem Display angezeigt.
- Nachdem sich die Beleuchtung des Displays ausgeschaltet hat und zwei Signaltöne ausgegeben wurden, können Sie eine weitere Messung vornehmen. Stellen Sie sicher, dass das Symbol „“ weiterhin leuchtet.
- Nach der zweiten Messung wird die letzte Messung in der Ecke oben rechts angezeigt und die zweite Messung in der Mitte.



6. Halten Sie die ON/MEM-Taste gedrückt, bis „OFF“ auf der Anzeige angezeigt wird, um das Thermometer auszuschalten.

Die Messung wird im Thermometer gespeichert, anschließend wird es ausgeschaltet und die Raumtemperatur im Display angezeigt.

Das Thermometer schaltet sich nach 1 Minute automatisch ab.

3. Verwenden des Geräts


Oberflächenmessung

Mit der Oberflächenmessung wird die aktuelle und unangepasste Oberflächentemperatur von Objekten ermittelt, die von der Körpertemperatur abweichen kann. In diesem Modus können Sie ermitteln, ob die Temperatur eines Objektes für einen Patienten oder ein Baby geeignet ist (zum Beispiel Milch für ein Baby). Das Thermometer ist standardmäßig auf Stirnmessung eingestellt. Folgen Sie den unten aufgeführten Schritten, um in den Modus Oberflächenmessung umzuschalten.

1. Drücken Sie die ON/MEM-Taste, um das Thermometer einzuschalten.

2. Halten Sie die ON/MEM-Taste gedrückt. Während Sie sie gedrückt halten, drücken Sie die START-Taste.

Das Symbol „“ wird im Display angezeigt.



3. Halten Sie das Gerät dicht an den Gegenstand und drücken Sie die START-Taste.

Das Gerät misst durchgehend, bis die START-Taste wieder losgelassen wird.



Hinweise:

- Halten Sie die Sonde bei der Oberflächenmessung so nah wie möglich an den Gegenstand heran (1 cm Abstand wird empfohlen). Halten Sie die Sonde nicht direkt an den Gegenstand.
- Die Oberflächenmessung ergibt einen Oberflächenmesswert. Die Oberflächen- und innere Temperatur können unterschiedlich sein. Stellen Sie sicher, dass Sie gefahrvolle Gegenstände mit einer extrem hohen oder niedrigen Temperatur messen können.
- Bei dieser Messung leuchtet das Display nicht auf und der Summer ist ausgeschaltet.
- Um zur Stirnmessung umzuschalten, wiederholen Sie ab Schritt 2 und stellen Sie sicher, dass das Symbol  zu Symbol  wechselt.
- Das Thermometer schaltet sich nach 1 Minute automatisch ab und die Raumtemperatur wird im Display angezeigt. Um das Thermometer manuell auszuschalten, halten Sie die ON/MEM-Taste solange gedrückt, bis „OFF“ auf der Anzeige angezeigt wird.
- Die Oberflächenmessung ist nicht zur Messung der Körpertemperatur oder medizinischen Verwendung vorgesehen.

3. Verwenden des Geräts

3.2 Verwenden der Speicherfunktion

Dieses Thermometer speichert automatisch die letzten 25 Messergebnisse (ohne Hi/Lo-Ergebnisse).

Hinweise:

- Wenn der Speicher voll ist, wird die älteste Messung gelöscht.
- Wenn das Thermometer zwischen °C und °F umgeschaltet wird, werden alle im Memory gespeicherten Messungen gelöscht.

1. Drücken Sie die ON/MEM-Taste, um das Thermometer einzuschalten.

2. Drücken Sie erneut die ON/MEM-Taste.

Der Speicherplatz wird auf der Anzeige angezeigt.



3. Lassen Sie die ON/MEM-Taste los.

Das neueste Messergebnis wird im Display angezeigt.

Drücken Sie wiederholt die ON/MEM-Taste, um ältere Messergebnisse aufzurufen.



4. Halten Sie die ON/MEM-Taste gedrückt, bis „OFF“ auf der Anzeige angezeigt wird, um das Thermometer auszuschalten.

Das Thermometer wird automatisch ausgeschaltet, und die Raumtemperatur wird im Display angezeigt.

4. Fehlersuche und -behebung und Wartung

4.1 Symbole und Fehlermeldungen

Falls während der Messung eines der nachfolgenden Probleme auftreten sollte, kontrollieren Sie bitte zunächst, ob sich im Umkreis von 30 cm keine anderen elektrischen Geräte befinden. Sollte das Problem weiterhin bestehen, beachten Sie bitte die Tabelle unten.

Fehleranzeige	Ursache	Abhilfe
	Batterie schwach.	Tauschen Sie die Batterie aus. (Siehe Abschnitt 4.4)
	Messung vor Thermometerstabilisierung.	Warten Sie, bis alle Symbole aufhören zu blinken.
	Das Thermometer zeigt einen schnellen Wechsel der Raumtemperatur an.	Lassen Sie das Thermometer mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur zwischen 10°C und 40°C (50°F–104°F) liegen.
	Die Raumtemperatur liegt nicht im Bereich 10°C–40°C (50°F–104°F).	Lassen Sie das Thermometer mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur liegen: 10°C–40°C (50°F–104°F).
	Die Fehler 5–9 weisen auf eine Fehlfunktion des Thermometers hin.	Nehmen Sie die Batterie heraus, warten Sie 1 Minute, legen Sie die Batterie wieder ein, und schalten Sie das Thermometer wieder ein. Wenn die Meldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich an den OMRON-Händler oder -Lieferanten, um das Thermometer prüfen zu lassen.

DE

59

4. Fehlersuche und -behebung und Wartung

Fehleranzeige	Ursache	Abhilfe
	<ul style="list-style-type: none">Stirnmessung: Die gemessene Temperatur liegt über +42,2°C (108°F).Oberflächenmessung: Die gemessene Temperatur liegt über +80°C (176°F).	Verwenden Sie das Thermometer im zulässigen Messbereich. Wenn die Fehlfunktion bestehen bleibt, wenden Sie sich an einen OMRON-Händler.
	<ul style="list-style-type: none">Stirnmessung: Die gemessene Temperatur liegt unter +34°C (93,2°F).Oberflächenmessung: Die gemessene Temperatur liegt unter -22°C (-7,6°F).	Verwenden Sie das Thermometer im zulässigen Messbereich. Wenn die Fehlfunktion bestehen bleibt, wenden Sie sich an einen OMRON-Händler.
	Thermometer geht nicht in den betriebsbereiten Zustand über.	Setzen Sie eine neue Batterie ein. (Siehe Abschnitt 4.4)

4. Fehlersuche und -behebung und Wartung

4.2 Fragen und Antworten

1. Die angezeigte Temperatur scheint zu hoch zu sein.

- Das Thermometer wurde in einem kalten Raum aufbewahrt.
Sie haben das Thermometer möglicherweise verwendet, nachdem es an einem kühlen oder kalten aufbewahrt wurde. Messen Sie die Temperatur erst, nachdem Sie das Thermometer mindestens 30 Minuten lang in dem Raum aufbewahrt haben, in dem es verwendet werden soll. Es ist ratsam, das Thermometer in dem Raum aufzubewahren, in dem Sie die Temperatur messen.
- Die Sonde war direktem Sonnenlicht ausgesetzt.
- Die Messung wurde kurz nach dem Weinen durchgeführt.
Weinen kann die Gesichtstemperatur erhöhen.

2. Die angezeigte Temperatur scheint zu niedrig zu sein.

- Der Körper ist verschwitzt.
Verwenden Sie das Thermometer nicht, wenn Sie nach dem Schwimmen, Baden oder durch Schwitzen nach dem Sport nass sind, da die Hauttemperatur möglicherweise gesunken ist. Wischen Sie die Feuchtigkeit ab, und warten Sie vor dem Messen 30 Minuten, bis sich der Körper an die Raumtemperatur angepasst hat.
- Die Sonde ist verschmutzt.
Reinigen Sie die Sonde mit einem in 70%igen Alkohol getränkten Wattestäbchen oder weichen Tuch.
- Die Messung wurde im Modus Oberflächenmessung durchgeführt.
Verwenden Sie Stirnmessung.
- Die Messung wird an einer Person durchgeführt, die sich kurz vor der Messung bei kaltem Wetter im Freien befunden hat.
Warten Sie, bis sich die Stirn aufgewärmt hat.
- Es wurde an einer anderen Körperstelle als der Stirn gemessen.
Achten Sie darauf, genau auf der Stirn zu messen, nicht in umliegenden Bereichen wie zum Beispiel dem Haaransatz.

DE

61

4. Fehlersuche und -behebung und Wartung

3. Die Messwerte schwanken.

- Die Messungen wurden nicht an der gleichen Körperstelle durchgeführt.
- Die Sonde ist verschmutzt.

4. Die mit diesem Thermometer gemessene Temperatur entspricht nicht der oralen Temperatur.

- Stirnthermometer berechnen möglicherweise nicht immer genau den oralen Gleichwert.
Es wird empfohlen, regelmäßig Messungen an gesunden Personen, wie zum Beispiel Familienangehörigen usw., durchzuführen, um deren normale Temperatur zu kennen.

4.3 Wartung

- Überprüfen Sie das Thermometer, sofern es Ihnen herunterfällt. Bei Unsicherheit wenden Sie sich an den OMRON-Händler oder -Lieferanten, um das Thermometer prüfen zu lassen.
- Reinigen Sie die Sonde vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.
 - Reinigen Sie die Sonde mit einem in 70%igen Alkohol getränkten Wattestäbchen oder weichen Tuch.
 - Lassen Sie die Sonde mindestens 1 Minute lang trocknen.
- Bewahren Sie das Thermometer nicht an folgenden Stellen auf, da es sonst beschädigt werden könnte.
 - Nasse Stellen
 - Stellen mit großer Wärme und Feuchtigkeit oder solche, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Bereiche in der Nähe von Heizgeräten, staubige Stellen oder Umgebungen mit einer hohen Salzkonzentration in der Luft.
 - Stellen, an denen die Gefahr des Darauflehrens, Herunterfallens oder von Stößen oder Vibrationen besteht.
 - Aufbewahrungsbereiche von pharmazeutischen Produkten oder Stellen, an denen korrosive Gase vorhanden sind.

4. Fehlersuche und -behebung und Wartung


4.4 Austauschen der Batterie

Batterie: CR2032 Lithium-Knopfbatterie

Die Batterie innerhalb des angegebenen Haltbarkeitszeitraums verwenden.

Hinweis: Entsorgen Sie zum Schutz der Umwelt verbrauchte Batterien nach den gültigen örtlichen Bestimmungen für die Beseitigung von Abfällen. Die Batterien können bei Ihrem Händler oder bei entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.


- 1. Lösen Sie die Schraube und nehmen Sie die Batterieabdeckung ab.**



DE


- 2. Entnehmen Sie die Batterie mit einem spitzen Gegenstand.**

Hinweis: Verwenden Sie kein Metallwerkzeug, da die umliegenden Teile beschädigt werden könnten.



- 3. Setzen Sie die neue Batterie zuerst unter den Metallhaken auf der rechten Seite ein, und drücken Sie dann die linke Seite der Batterie nach unten, bis sie hörbar einrastet.**

Hinweis: Setzen Sie die neue Batterie mit dem Pluszeichen (+) nach oben ein.



Metallhaken

- 4. Schließen Sie die Batterieabdeckung, und ziehen Sie die Schraube an.**

63

5. Technische Daten

Produktkategorie:

Infrarot-Stirnthermometer

Produktbeschreibung:

Infrarot-Stirnthermometer

Modell (Artikelnummer):

Gentle Temp 720 (MC-720-E)

Sensor:

Thermosäule

Temperaturanzeige:

4-stellig, Anzeige in °F in 0,1-Grad-Schritten
3-stellig, Anzeige in °C in 0,1-Grad-Schritten

Genauigkeit:

Stirnmessung ±0,2°C (±0,4°F) innerhalb 35,5°C bis 42,0°C (95,9°F bis 107,6°F), ±0,3°C (±0,5°F) für anderen Bereich
Oberflächenmessung ±0,3°C (±0,5°F) innerhalb von 22,0°C bis 42,2°C (71,6°F bis 108,0°F). Außerhalb dieses Bereichs ±2°C (±3,6°F) bzw.
±4% (Anteil der tatsächlichen Temperatur), je nachdem, welcher Wert größer ist.

Raumtemperatur ±2°C (±3,6°F) innerhalb von 10°C bis 40°C (50°F bis 104°F). Außerhalb dieses Bereichs ist das Messergebnis nicht so genau wie zuvor erwähnt.

Messbereich:

Stirnmessung 34,0°C (93,2°F) bis 42,2°C (108,0°F)
Oberflächenmessung -22,0°C (-7,6°F) bis 80,0°C (176,0°F)
Raumtemperatur 10°C (50°F) bis 40°C (104°F)

Messdauer:

Schnellmessung in 1 Sekunde

Speicher:

25 Werte

Stromversorgung:

3,0 V Gleichstrom, 1 CR2032 Lithium-Knopf batterie

Stromverbrauch:

0,018 W

Haltbarkeitsdauer:

3 Jahre

Batterielebensdauer:

Mit einer neuen Batterie ca. 2.500 Messungen oder mehr

Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck bei Betrieb:
10°C (50°F) bis 40°C (104°F), 15 ≤ relative Luftfeuchtigkeit ≤ 85%,
70 bis 106,0 kPa

5. Technische Daten

Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/Transport: -20°C (-4°F) bis 60°C (140°F), 10 ≤ relative Luftfeuchtigkeit ≤ 95%

Schutz vor Stromschlägen: Intern gespeistes medizinisches Gerät

IP-Schutzklasse: IP22

Anwendungsteil:



= Typ BF (Um die Sondenlinse. (Siehe „Übersicht“ auf Seite 51)

Gewicht: Ca. 90 g (mit eingelegter Batterie)

Außenabmessung: 45(B) x 153(H) x 41(T) mm

Packungsinhalt: Hauptgerät, Testbatterie (CR2032 eingelegt), Sondenschutzkappe, Gebrauchsanweisung.

* Die IP-Schutzklasse gibt den Schutzgrad gemäß IEC 60529 an.

Dieses Gerät ist gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von 12 mm oder größer geschützt, etwa einen Finger.

Dieses Gerät ist gegen Tropfwasser geschützt, das den normalen Betrieb beeinträchtigt.

Hinweise:

- Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
- Dieses OMRON-Produkt wurde unter Einhaltung des strengen Qualitätssystems von OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japan, hergestellt.
- Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen der EG-Richtlinie 93/42/EWG (Medizinproduktrichtlinie) und der Europäischen Norm EN ISO 80601-2-56:2012: Besondere Anforderungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von medizinischen Thermometern zum Messen der Körpertemperatur.
- Das Thermometer wird vor der Auslieferung im Werk kalibriert. Wenn Ihnen die Genauigkeit der Temperaturnachmessungen zu irgendeinem Zeitpunkt fraglich erscheint, kontaktieren Sie Ihren autorisierten OMRON-Lieferanten. Im Allgemeinen wird empfohlen, das Gerät alle 2 Jahre überprüfen zu lassen, um sein ordnungsgemäßes Funktionieren und seine Genauigkeit sicherzustellen.

DE

65

5. Technische Daten

Beschreibung der Symbole, die je nach Modell auf dem Produkt selbst, auf der Verkaufsverpackung des Produkts oder im Benutzerhandbuch abgebildet sind

	Anwendungsteil – Typ BF Schutzgrad gegen Stromschlag (Ableitstrom)	SN	Seriennummer
IP XX	Grad des Eintrittsschutzes gemäß IEC 60529	LOT	LOT-Nummer
	CE-Kennzeichen		Begrenzung Temperatur
	GOST-R-Kennzeichnung		Begrenzung Luftfeuchtigkeit
	EAC-Kennzeichnung (Eurasisches Konformitätszeichen)		Begrenzung Luftdruck
	Es wird dringend empfohlen vor der Anwendung die Bedienungsanleitung zu lesen.		

Das Herstellungsdatum ist der Seriennummer auf dem Produkt und/oder der Verkaufsverpackung zu entnehmen: die ersten 4 Ziffern bezeichnen das Herstellungsjahr, die folgenden 2 Ziffern den Herstellungsmonat.

5. Technische Daten

CE 0197

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 3 Jahren ab dem Kaufdatum. Diese Garantie gilt nicht für die Batterie, die Verpackung und/oder jegliche Beschädigungen, die durch Missbrauch (Fallenlassen oder falsche Anwendung) durch den Anwender verursacht wurden. Beanstandete Produkte werden nur dann ersetzt, wenn sie zusammen mit der Originalrechnung/dem Original-Kassenbon zurückgesandt werden. Es ist nicht erlaubt, das Thermometer zu demonstrieren oder zu modifizieren. Änderungen oder Modifizierungen, die nicht von OMRON HEALTHCARE zugelassen sind, führen zum Erlöschen der Gewährleistung.

OMRON Infrarot-Stirnthermometer

Modell (Artikelnummer): Gentle Temp 720 (MC-720-E)

Wichtige Informationen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

MC-720-E (Hersteller: OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.) entspricht der Norm über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Norm) EN60601-1-2:2015. Weitere Dokumentationen nach dieser EMV-Norm sind bei OMRON HEALTHCARE EUROPE unter der in dieser Gebrauchsanweisung genannten Adresse oder unter www.omron-healthcare.com erhältlich. Beachten Sie die EMV-Informationen bezüglich MC-720-E auf unserer Webseite.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)


Diese auf dem Produkt angebrachte oder in dessen Begleitdokumentation enthaltene Kennzeichnung gibt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu verhindern, trennen Sie diese Art Abfälle, und verwenden Sie die entsprechenden Rücknahmesysteme, so dass dieses Gerät ordnungsgemäß wiederverwertet werden kann.

Private Nutzer sollten sich beim Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder bei den zuständigen Behörden über die sach- und umweltgerechte Entsorgung des Gerätes informieren.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden, und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Die Entsorgung verbrauchter Batterien sollte in Übereinstimmung mit den nationalen Bestimmungen über die Entsorgung von Altbatterien erfolgen.

DE



67

6. Nützliche Hinweise

Funktionsweise des Gentle Temp 720

Dieses Thermometer misst die Temperatur berührungslos auf der Stirnoberfläche, indem die Infrarotstrahlung der Haut am Messpunkt erfasst und anschließend ein oraler Gleichwert mit einem speziellen Algorithmus, der auf Erhebungsdaten zur tatsächlichen Körpertemperatur basiert, berechnet wird.

Die Körpertemperatur

Körpertemperatur bezieht sich auf die stabile Temperatur im Körperinneren (auch bekannt als *Körperkerntemperatur*). Während bei der Temperaturnessung in der Achselhöhle oder im Mund Oberflächentemperaturwerte ermittelt werden, wird durch ca. 10-minütiges Halten des Thermometers am Messpunkt eine Temperaturnessung erhalten, die näher an der Körperkerntemperatur liegt.

Da es bei der Stirnmessung keinen Kontakt des Körpers mit dem Thermometer gibt, fallen die Messergebnisse meist niedriger aus als bei der Messung in der Achselhöhle oder im Mund.


Da in der Stirn jedoch Blutgefäße verlaufen, die viel weniger anfällig für Gefäßverengung (eine natürliche Funktion zur Anpassung der Körpertemperatur) sind, ist sie besser als Messbereich zur Bestimmung der Körperkerntemperatur geeignet, auch in Umgebungen mit niedrigerer Temperatur. Hingegen sind Temperaturen, die zum Beispiel am Arm oder Bein gemessen werden, zur Berechnung der Körperkerntemperatur nicht geeignet, da diese Körperbereiche stärkerer Gefäßverengung unterliegen.

(Beachten Sie, dass die an der Stirn gemessene Temperatur auch durch andere Bedingungen beeinflusst wird, zum Beispiel Schwitzen, Luftbewegungen durch eine Klimaanlage usw. Es wird daher empfohlen, die Messung in einer möglichst stabilen Umgebung durchzuführen.)

Beachten Sie beim Messen der Temperatur an einem Baby, dass die Körpertemperatur von Babys im Allgemeinen höher ist als von Erwachsenen und leicht durch äußere Faktoren beeinflusst wird. Zum Beispiel steigt die Temperatur nach dem Stillen oder Weinen meist an. Daher wird empfohlen, die Messung durchzuführen, wenn das Baby ruhig und entspannt ist.

6. Nützliche Hinweise

Temperaturunterschiede zwischen Körpertemperatur und Stirntemperatur



Dieses Thermometer misst die Temperatur auf der Stirnoberfläche, indem die Infrarotstrahlung der Haut am Messpunkt erfasst und anschließend ein oraler Gleichwert mit einem speziellen Algorithmus (Stirnmessung), der auf Erhebungsdaten zur tatsächlichen Körpertemperatur basiert, berechnet wird.

DE

69

6. Nützliche Hinweise


Die eigene Normaltemperatur kennen


Um korrekt beurteilen zu können, ob Fieber vorliegt, müssen Sie Ihre Normaltemperatur kennen.

Die Normaltemperatur ist von Person zu Person unterschiedlich und auch von der Tageszeit abhängig. Zusätzlich kann die gemessene Körpertemperatur je nach Thermometer oder Körperstelle, an der gemessen wird, (siehe Grafik „Schwankungen der Körperkerntemperatur gemessen an der Stirn und im Mund“) variieren. Um die eigene Normaltemperatur zu ermitteln, wird daher empfohlen, regelmäßig Messungen unter den folgenden Bedingungen durchzuführen:






- Messen mit demselben Thermometer.
- Messen an der gleichen Körperstelle.
- Messen zur gleichen Tageszeit.

Schwankungen der Körperkerntemperatur gemessen an der Stirn und im Mund
(Untersuchte Fälle: 190, Alter: 0–68, Umgebungstemperatur: $23 \pm 2^\circ\text{C}$)






MC-720-E_A_M.book Page 71 Tuesday, June 5, 2018 1:43 PM



71



Indice

Grazie per aver acquistato il termometro a infrarossi frontale OMRON Gentle Temp 720.

Destinazione d'uso:

Il termometro OMRON Gentle Temp 720 consente di misurare la temperatura corporea dalla fronte in tutta comodità e in modo sicuro, accurato e rapido.
Il dispositivo consente inoltre di misurare la temperatura della superficie degli oggetti, nonché la temperatura ambiente.

Utilizzatori a cui è destinato il prodotto:

Persone di almeno 11 anni di età (5 anni di esperienza nella lettura), nessuna età massima.
Questo dispositivo è progettato principalmente per l'utilizzo domestico.

Informazioni importanti sulla sicurezza	73	4. Risoluzione dei problemi e manutenzione	83
1. Presentazione del prodotto	75	4.1 Icône e messaggi di errore	83
2. Preparativi	76	4.2 Domande e risposte	85
2.1 Rimozione del nastro isolante	76	4.3 Manutenzione	86
2.2 Come alternare °C e °F	76	4.4 Sostituzione della batteria.	87
2.3 Impostazione dell'avviso acustico	77		
3. Uso dell'apparecchio	78	5. Dati tecnici	88
3.1 Misurazione	78	6. Informazioni utili	92
3.2 Uso della funzione di memoria	82		



Prima di usare l'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni.
Conservare il manuale per farvi riferimento in futuro. Per informazioni specifiche
riguardo alla propria temperatura, CONSULTARE IL MEDICO CURANTE.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Per garantire il corretto utilizzo del prodotto, è necessario attenersi sempre alle opportune misure di sicurezza, comprese quelle elencate di seguito.

⚠️ Avvertenza: le situazioni elencate di seguito sono potenzialmente pericolose e, se non evitate, possono causare lesioni gravi o la morte.

- Eseguire l'autodiagnosi in base ai risultati della misurazione e/o il trattamento può risultare pericoloso. Attenersi alle indicazioni del medico curante. L'autodiagnosi può causare il peggioramento dei sintomi.
- In caso di febbre alta o prolungata sono necessarie cure mediche, specialmente nel caso di pazienti in età pediatrica. Rivolgersi al medico curante.
- Tenere l'apparecchio al di fuori della portata dei bambini.
- Contiene componenti di piccole dimensioni che possono causare il soffocamento se ingeriti dai bambini.
- Non gettare le batterie nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere.
- Rimuovere la batteria se l'apparecchio dovrà rimanere inutilizzato per tre mesi o più. La mancata osservanza di questa precauzione può causare perdite di liquido, il surriscaldamento o l'esplosione delle batterie, danneggiando di conseguenza l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio per misurare oggetti con una temperatura superiore a 80,0 °C (176,0 °F).
- Durante la misurazione, verificare che non siano presenti, entro 30 cm di distanza, telefoni cellulari o altri dispositivi elettrici che emettono campi elettromagnetici. Questo potrebbe determinare il funzionamento errato dell'apparecchio e/o causare risultati imprecisi.

Precauzioni di carattere generale


- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dalla misurazione della temperatura umana della fronte o la misurazione di superfici.
- Non sottoporre l'unità principale a urti violenti o a vibrazioni, non farlo cadere né calpestarlo.
- L'unità principale non è impermeabile. Prestare attenzione quando si maneggia l'apparecchio, in modo da evitare la penetrazione di liquidi (alcol, acqua fredda o calda) all'interno dell'unità principale. Se l'apparecchio dovesse inumidirsi a causa del vapore, attendere che si asciughi oppure asciugarlo con un panno morbido e asciutto.
- Non smontare, riparare o modificare l'apparecchio.

Informazioni importanti sulla sicurezza


- Se la lente della sonda si sporca, pulirla delicatamente utilizzando un panno morbido e asciutto o un bastoncino di cotone. Non utilizzare fazzolettini o tovaglioli di carta per pulire la lente della sonda.
- Se il luogo di conservazione dell'apparecchio e l'ambiente in cui verrà eseguita la misurazione presentano temperature differenti, lasciare l'apparecchio per più di 30 minuti nell'ambiente in cui verrà utilizzato, in modo che possa prima raggiungere la temperatura ambiente; quindi, eseguire la misurazione.
- Se la fronte è fredda, attendere che si riscaldi prima di misurare la temperatura. Il valore della misurazione può risultare basso quando si utilizza una borsa del ghiaccio o se si proviene dall'esterno durante l'inverno.
- Non utilizzare l'apparecchio se la pelle è ancora umida dopo aver nuotato o fatto il bagno oppure se si è sudati dopo l'attività fisica, in quanto la temperatura cutanea potrebbe aver subito un abbassamento. Prima di eseguire la misurazione, asciugarsi bene e attendere 30 minuti, in modo che la temperatura corporea si adatti alla temperatura ambiente.
- Non toccare la lente della sonda con le dita né alitare su di essa.
- Non effettuare misurazioni con l'apparecchio umido, in quanto si potrebbero ottenere risultati imprecisi.
- Controllare l'icona sul display prima e dopo la misurazione, in modo da eseguire la misurazione nella modalità corretta.
- Quando si rileva la temperatura di un oggetto a bassa emittanza quale oro o alluminio, si potrebbero ottenere risultati imprecisi.
- Quando si rileva la temperatura di una sostanza a bassa emittanza (ad esempio latte) nella modalità di misurazione superfici, il valore della misurazione potrebbe risultare leggermente inferiore.
- Quando si comunica la temperatura al medico curante, assicurarsi di riferire che la temperatura è stata misurata dalla fronte.

1. Presentazione del prodotto

Unità principale:



Parte applicata
(tipo BF)



IT

75

2. Preparativi

2.1 Rimozione del nastro isolante

Quando si utilizza per la prima volta il termometro, rimuovere il nastro isolante dal vano batterie.

L'apparecchio si accende; dopo 1 minuto, viene visualizzata sul display la temperatura ambiente.

Note:

- La temperatura ambiente rimane visualizzata sul display anche dopo lo spegnimento dell'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio su una superficie piana, in una posizione a temperatura ambiente (lontano dalla luce diretta del sole o dall'aria condizionata, ecc.).


2.2 Come alternare °C e °F

Per impostazione predefinita, l'apparecchio è impostato su °C.


1. Mentre è visualizzata la temperatura ambiente, premere e mantenere premuto il pulsante START.
2. Mentre si tiene premuto START, premere e mantenere premuto il pulsante ON/MEM fino a visualizzare °F sul display e a udire due segnali acustici.

Note:

- Per selezionare nuovamente la modalità °C, ripetere dal punto 1.
- Quando l'apparecchio passa da °C a °F e viceversa, tutte le misurazioni archiviate in memoria vengono eliminate.



Lato posteriore dell'apparecchio



2. Preparativi

2.3 Impostazione dell'avviso acustico


L'avviso acustico è attivo per impostazione predefinita ma può essere disattivato.

Nota: L'avviso acustico è disponibile solo nella modalità di misurazione dalla fronte.

1. Premere il pulsante ON/MEM per accendere l'apparecchio.


2. Premere e mantenere premuto per 3 secondi il pulsante ON/MEM.

L'icona "鳴" lampeggiava sul display.



3. Rilasciare il pulsante ON/MEM.

L'icona "鳴" rimane accesa e l'avviso acustico viene disattivato.



Note:

- Se si tiene premuto il pulsante ON/MEM per più di 5 secondi dopo che l'icona "鳴" inizia a lampeggiare, l'apparecchio si spegne senza che l'avviso acustico venga disattivato.
- Per attivare nuovamente l'avviso acustico, ripetere dal punto 1.

3. Uso dell'apparecchio

3.1 Misurazione

Modalità di misurazione dalla fronte

In questa modalità viene visualizzato il risultato della misurazione della temperatura della fronte equivalente alla temperatura orale.

Assicurarsi sempre che la lente della sonda sia pulita e non presenti danni e che la fronte sia pulita e non presenti tracce di sudore, residui di cosmetici, ferite, ecc.

Prima di eseguire la misurazione, assicurarsi che il paziente non abbia fatto il bagno o attività fisica negli ultimi 30 minuti e che sia rimasto in un ambiente stabile per almeno 5 minuti.


Si consiglia di eseguire la misurazione per tre volte. Se i tre valori risultano differenti, scegliere la temperatura più alta.

- 1. Rimuovere il cappuccio dalla lente della sonda tirandolo.**

- 2. Premere il pulsante ON/MEM.**

Tutti gli indicatori appaiono sul display per 1 secondo.

Successivamente, viene visualizzata la schermata della figura più a destra e l'apparecchio emette due segnali acustici.



3. Uso dell'apparecchio

3. Tenere la lente della sonda a una distanza da 1 a 3 cm dal centro della fronte.

Note:

- Se l'apparecchio viene tenuto in mano a lungo, il valore di temperatura ambiente misurato dalla sonda può risultare più elevato. Questo potrebbe determinare un valore più basso del normale nella misurazione della temperatura corporea.
- Rimanere fermi durante la misurazione.



4. Premere il pulsante START.

La misurazione viene completata in 1 secondo e l'apparecchio emette un segnale acustico prolungato.





3. Uso dell'apparecchio

5. Allontanare l'apparecchio dalla fronte e controllare il risultato della misurazione.

Il display si illumina per 5 secondi.

Note:

- Se il risultato è superiore a 42,2 °C (108,0 °F), sul display appare l'indicazione "Hi".
- Se il risultato è inferiore a 34,0 °C (93,2 °F), sul display appare l'indicazione "Lo".
- È possibile eseguire un'altra misurazione non appena l'illuminazione del display si spegne e l'apparecchio emette due segnali acustici. Assicurarsi che l'icona "⊖" rimanga accesa.
- Dopo la seconda misurazione, il primo risultato viene visualizzato nell'angolo a destra, mentre il secondo viene visualizzato al centro.



6. Per spegnere l'apparecchio, premere e tenere premuto il pulsante ON/MEM finché sul display non viene visualizzata l'indicazione "OFF".

L'apparecchio conserva la misurazione in memoria, quindi si spegne con la temperatura ambiente sul display.

L'apparecchio si spegne automaticamente anche quando non vengono eseguite operazioni per 1 minuto.

3. Uso dell'apparecchio


Modalità misurazione superfici

La modalità misurazione superfici consente di visualizzare la temperatura effettiva e non tarata della superficie di un oggetto, che è diversa dalla temperatura corporea. Questa modalità può essere utile per determinare se la temperatura di un oggetto è adatta per un paziente o un bambino (ad esempio nel caso del latte per i neonati). Per impostazione predefinita, l'apparecchio è impostato sulla modalità di misurazione della fronte. Per passare alla modalità di misurazione superfici procedere come indicato di seguito.

1. Premere il pulsante ON/MEM per accendere l'apparecchio.

2. Premere e mantenere premuto il pulsante ON/MEM. Mentre si tiene premuto ON/MEM, premere il pulsante START.

L'icona "✉" appare sul display.



IT

3. Avvicinare l'apparecchio all'oggetto e premere il pulsante START.

La misurazione viene eseguita in modo continuativo finché il pulsante START non viene rilasciato.

Note:

- Quando l'apparecchio viene utilizzato nella modalità di misurazione superfici, avvicinare il più possibile all'oggetto la lente della sonda (si consiglia una distanza di 1 cm). Non appoggiare la lente della sonda direttamente sull'oggetto.
- La modalità di misurazione superfici visualizza il risultato relativo alla superficie. La temperatura della superficie può differire dalla temperatura interna. Prestare attenzione alla sicurezza quando si misura un oggetto che presenta una temperatura estremamente alta o bassa.
- Quando si utilizza questa modalità, il display non si illumina e l'avviso acustico non è attivo.
- Per passare alla modalità di misurazione dalla fronte, tornare al punto 2 e assicurarsi che l'icona ✉ passi all'icona ☺.
- L'apparecchio si spegne automaticamente se non vengono eseguite operazioni per 1 minuto con la temperatura ambiente sul display. Per spegnere l'apparecchio manualmente, è possibile premere e mantenere premuto il pulsante ON/MEM fino a visualizzare sul display l'indicazione "OFF".
- La modalità di misurazione superfici non è destinata alla misurazione della temperatura corporea né ad usi medici.

3. Uso dell'apparecchio

3.2 Uso della funzione di memoria

Questo apparecchio memorizza automaticamente gli ultimi 25 risultati di misurazione (ad esclusione dei risultati Hi/Lo).


Note:

- Se la memoria è piena, l'apparecchio elimina il risultato meno recente.
- Quando l'apparecchio passa da °C a °F e viceversa, tutte le misurazioni archiviate in memoria vengono eliminate.

1. Premere il pulsante ON/MEM per accendere l'apparecchio.

2. Premere nuovamente il pulsante ON/MEM.

Sul display viene visualizzato il numero di memoria.



3. Rilasciare il pulsante ON/MEM.

Sul display viene visualizzato il risultato più recente.
Premere più volte il pulsante ON/MEM per visualizzare i risultati più vecchi.



4. Per spegnere l'apparecchio, premere e tenere premuto il pulsante ON/MEM finché sul display non viene visualizzata l'indicazione "OFF".

L'apparecchio si spegne con la temperatura ambiente sul display.

4. Risoluzione dei problemi e manutenzione

4.1 Icone e messaggi di errore

Se durante la misurazione si dovesse verificare uno dei problemi riportati di seguito, controllare innanzitutto che non siano presenti altri dispositivi elettrici entro 30 cm di distanza. Se il problema persiste, fare riferimento alla tabella che segue.

Indicazione di errore	Causa	Rimedio
	Batteria in esaurimento.	Sostituire la batteria. (Fare riferimento alla sezione 4.4)
	La misurazione è stata eseguita prima della stabilizzazione dell'apparecchio.	Attendere fino a quando tutte le icone non avranno smesso di lampeggiare.
	L'apparecchio mostra un rapido cambiamento della temperatura ambiente.	Tenere l'apparecchio per almeno 30 minuti a questa temperatura ambiente: 10 °C–40 °C (50 °F–104 °F).
	La temperatura ambiente esula dall'intervallo 10 °C–40 °C (50 °F–104 °F).	Tenere l'apparecchio per almeno 30 minuti a questa temperatura ambiente: 10 °C–40 °C (50 °F–104 °F).
	Gli errori 5–9 indicano un malfunzionamento dell'apparecchio.	Rimuovere la batteria, attendere 1 minuto, reinserire la batteria, quindi riaccendere l'apparecchio. Se il messaggio viene visualizzato nuovamente, rivolgersi al rivenditore o al distributore OMRON per richiedere un intervento di assistenza tecnica per l'apparecchio.

4. Risoluzione dei problemi e manutenzione

Indicazione di errore	Causa	Rimedio
	<ul style="list-style-type: none">Modalità di misurazione dalla fronte: la temperatura rilevata è superiore a +42,2 °C (108 °F).Modalità di misurazione superfici: la temperatura rilevata è superiore a +80 °C (176 °F).	Utilizzare l'apparecchio per misurazioni che rientrino nell'intervallo previsto dalle specifiche. Se persistono malfunzionamenti, rivolgersi a un rivenditore OMRON.
	<ul style="list-style-type: none">Modalità di misurazione dalla fronte: la temperatura rilevata è inferiore a +34 °C (93,2 °F).Modalità di misurazione superfici: la temperatura rilevata è inferiore a -22 °C (-7,6 °F).	Utilizzare l'apparecchio per misurazioni che rientrino nell'intervallo previsto dalle specifiche. Se persistono malfunzionamenti, rivolgersi a un rivenditore OMRON.
	Non è stato possibile alimentare il dispositivo fino a renderlo pronto all'uso.	Sostituire la batteria con una nuova. (Fare riferimento alla sezione 4.4)

4. Risoluzione dei problemi e manutenzione

4.2 Domande e risposte

1. La temperatura indicata è piuttosto alta.

- L'apparecchio è stato conservato in un ambiente freddo.
Se l'apparecchio è stato conservato in un ambiente freddo, la temperatura misurata potrebbe risultare piuttosto alta se la misurazione viene eseguita subito dopo aver portato l'apparecchio in un ambiente con una temperatura normale. Prima di misurare la temperatura, lasciare l'apparecchio per 30 minuti nell'ambiente in cui verrà utilizzato. È consigliabile conservare l'apparecchio nello stesso ambiente in cui verrà misurata la temperatura.
- La lente della sonda è stata esposta alla luce diretta del sole.
- La misurazione è stata eseguita subito dopo che il soggetto ha pianto.
Il pianto può aumentare la temperatura del viso.

2. La temperatura indicata è piuttosto bassa.

- Il corpo è sudato.
Non utilizzare l'apparecchio se la pelle è ancora umida dopo avere nuotato o fatto il bagno oppure se si è sudati dopo l'attività fisica, in quanto la temperatura cutanea potrebbe aver subito un abbassamento. Prima di eseguire la misurazione, asciugarsi bene e attendere 30 minuti, in modo che la temperatura corporea si adatti alla temperatura ambiente.
- La lente della sonda è sporca.
Per pulire la lente della sonda utilizzare un bastoncino di cotone o un batuffolo di cotone inumidito con alcol al 70%.
- La misurazione è stata eseguita in modalità temperatura superfici.
Utilizzare la modalità di misurazione dalla fronte.
- La misurazione è stata eseguita non appena il soggetto è rientrato dall'esterno in presenza di temperature rigide.
Attendere che la fronte si sia riscaldata.
- La misurazione è stata eseguita in un punto diverso dalla fronte.
Assicurarsi di eseguire la misurazione esattamente sulla fronte e non nelle aree circostanti, ad esempio all'attaccatura dei capelli.

IT

85

4. Risoluzione dei problemi e manutenzione

3. I risultati di misurazione presentano variazioni.

- La misurazione non è stata eseguita nello stesso punto.
- La lente della sonda è sporca.

4. La temperatura misurata con questo apparecchio non è equivalente alla temperatura orale.

- È possibile che i termometri frontali non calcolino sempre l'esatto valore equivalente alla temperatura orale.
È consigliabile rilevare con cadenza regolare la temperatura di soggetti quali familiari, ecc. in buone condizioni di salute, in modo da conoscere la loro temperatura normale.

4.3 Manutenzione

- Verificare che l'apparecchio non sia caduto in terra. In caso di dubbi, rivolgersi al rivenditore o al distributore OMRON per richiedere un intervento di assistenza tecnica per l'apparecchio.
- Prestare attenzione quando si pulisce la lente della sonda, onde evitare di danneggiarla.
 - Per pulire la lente della sonda utilizzare un bastoncino o un batuffolo di cotone inumidito con alcol al 70%.
 - Attendere almeno 1 minuto in modo che la lente della sonda si asciughi completamente.
- Non conservare l'apparecchio nei luoghi indicati di seguito, onde evitare di danneggiarlo.
 - Luoghi umidi.
 - Luoghi con temperatura e umidità elevate o esposti alla luce diretta del sole. Aree in prossimità di apparecchiature per il riscaldamento, luoghi polverosi o ambienti con elevata concentrazione salina nell'atmosfera.
 - Luoghi in cui l'apparecchio potrebbe rischiare di scivolare o cadere oppure essere soggetto a forti urti o vibrazioni.
 - Luoghi in cui sono conservati medicinali o sono presenti gas corrosivi.

4. Risoluzione dei problemi e manutenzione


4.4 Sostituzione della batteria.

Batteria: batteria al litio a bottone CR2032

Usare la batteria entro la data consigliata indicata sulla confezione.

Nota: Per proteggere l'ambiente, smaltire le batterie usate attenendosi alle procedure previste dalla normativa locale vigente in materia di smaltimento dei rifiuti. Lo smaltimento può essere effettuato presso un rivenditore locale o i siti di raccolta appropriati.


- 1. Svitare la vite e rimuovere il coperchio del vano batteria.**



IT

- 2. Rimuovere la batteria utilizzando un oggetto appuntito.**

Nota: Non utilizzare strumenti in metallo per non danneggiare le parti circostanti.



- 3. Inserire la nuova batteria al di sotto del gancio di metallo posto sul lato destro, quindi premere il lato sinistro della batteria fino ad avvertire uno scatto.**

Nota: inserire la nuova batteria con il polo positivo (+) rivolto verso l'alto.



- 4. Chiudere il coperchio del vano batteria e stringere la vite.**

87

5. Dati tecnici

Categoria di prodotto:

Termometri da fronte a infrarossi

Descrizione del prodotto:

Termometro da fronte a infrarossi

Modello (codice):

Gentle Temp 720 (MC-720-E)

Sensore:

Pila termoelettrica

Display della temperatura:

display a 4 cifre in °F con incrementi di 0,1 gradi

display a 3 cifre in °C con incrementi di 0,1 gradi

Precisione: Modalità di misurazione dalla fronte $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4^{\circ}\text{F}$) nell'intervallo compreso fra

$35,5^{\circ}\text{C}$ e $42,0^{\circ}\text{C}$ ($95,9^{\circ}\text{F}$ e $107,6^{\circ}\text{F}$), $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{F}$) in altri intervalli

Modalità di misurazione superfici

$\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{F}$) con temperature comprese tra $22,0^{\circ}\text{C}$ e $42,2^{\circ}\text{C}$ ($71,6^{\circ}\text{F}$ e $108,0^{\circ}\text{F}$). Al di fuori di questo intervallo, è pari al valore maggiore tra $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3,6^{\circ}\text{F}$) e $\pm 4\%$ (percentuale della temperatura effettiva).

Modalità temperatura ambiente

$\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3,6^{\circ}\text{F}$) con temperature comprese tra 10°C e 40°C (50°F e 104°F). Al di fuori di questo intervallo, il risultato della misurazione può non corrispondere all'accuratezza di misurazione summenzionata.

Gamma di misurazione:

Modalità di misurazione dalla fronte da $34,0^{\circ}\text{C}$ ($93,2^{\circ}\text{F}$) a $42,2^{\circ}\text{C}$ ($108,0^{\circ}\text{F}$)

Modalità di misurazione superfici da $-22,0^{\circ}\text{C}$ ($-7,6^{\circ}\text{F}$) a $80,0^{\circ}\text{C}$ ($176,0^{\circ}\text{F}$)

Modalità temperatura ambiente da 10°C (50°F) a 40°C (104°F)

Tempo di misurazione: Misurazione rapida in 1 secondo

25 memorie

Memoria:

1 batteria al litio a bottone CR2032 da 3,0 V CC

Alimentazione:

0,018 W

Assorbimento:

3 anni

Durata prevista:

3 anni

88

5. Dati tecnici

Durata della batteria:

Temperatura, umidità e
pressione dell'aria di esercizio:

Temperatura/umidità di
conservazione e trasporto:

Protezione contro le
folgorazioni:

Classificazione IP:

Parte applicata:

Peso:

Dimensioni esterne:

Contenuto della confezione:

Con una nuova batteria è possibile eseguire circa 2.500 misurazioni o più

Da 10 °C (50 °F) a 40 °C (104 °F), 15 ≤ RH ≤ 85%, da 70 a 106,0 kPa

Da -20 °C (-4 °F) a 60 °C (140 °F), 10 ≤ RH ≤ 95%

Apparato ME alimentato internamente

IP22
 = tipo BF (Attorno alla lente della sonda. Vedere la sezione
"Presentazione del prodotto" a pagina 75)

circa 90 g (compresa la batteria)

45(l) x 153(a) x 41(p) mm

Unità principale, batteria di prova (tipo CR2032, installata), cappuccio della lente

IT

*La classificazione IP corrisponde al livello di protezione indicato da IEC 60529.

Il dispositivo è protetto contro i corpi estranei solidi con un diametro di 12 mm e oltre, ad esempio un dito.

Il dispositivo è protetto contro la caduta obliqua di gocce d'acqua che potrebbero causare problemi nel normale funzionamento.

Note:

- Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo prodotto OMRON è realizzato in base ai severi criteri di qualità adottati da OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Giappone.
- Questo dispositivo è conforme alle disposizioni della direttiva CE 93/42/CEE (Direttiva sui dispositivi medici) e della normativa europea EN ISO 80601-2-56:2012: Requisiti particolari per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali dei termometri clinici per la misurazione della temperatura del corpo.
- Il termometro viene calibrato nel momento della produzione. Se in qualsiasi momento si dovesse dubitare dell'accuratezza delle misurazioni della temperatura, contattare il distributore autorizzato OMRON. In linea generale si consiglia di far controllare il dispositivo ogni 2 anni, per garantire il corretto funzionamento e l'accuratezza.

5. Dati tecnici

Descrizione dei simboli che, in base al modello, possono essere riportati sul prodotto, sulla confezione di vendita o nel manuale di istruzioni

	Parte applicata - Tipo BF Grado di protezione contro le folgorazioni (corrente di dispersione)		Numero di serie
IP XX	Grado di protezione in ingresso indicato da IEC 60529		Numero di LOTTO
	Contrassegno CE		Limitazione di temperatura
	Simbolo GOST-R		Limitazione di umidità
	Simbolo di conformità EAC		Limitazione di pressione atmosferica
	L'utente deve consultare le istruzioni per l'uso		

La data di fabbricazione del prodotto è integrata nel numero di serie, indicato sul prodotto e/o sulla confezione di vendita:
le prime 4 cifre indicano l'anno di produzione, le 2 cifre successive indicano il mese di produzione.

5. Dati tecnici

CE 0197

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. garantisce questo prodotto per 3 anni a partire dalla data di acquisto. La garanzia non copre la batteria, la confezione e/o i danni di alcun tipo dovuti a uso errato (quali cadute accidentali o uso improprio) provocati dall'utilizzatore. Il prodotto difettoso sarà sostituito solo se restituito insieme alla ricevuta o allo scontrino originale.

Non smontare né modificare l'apparecchio. Eventuali modifiche o alterazioni non approvate da OMRON HEALTHCARE renderanno nulla la garanzia utente.

Termometro a infrarossi frontale OMRON

Modello (codice): Gentle Temp 720 (MC-720-E)

Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

MC-720-E, prodotto da OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., è conforme alla normativa EN60601-1-2:2015 sulla compatibilità elettromagnetica (EMC).

Ulteriore documentazione relativa a tale normativa EMC è disponibile presso OMRON HEALTHCARE EUROPE all'indirizzo indicato nel presente manuale di istruzioni oppure sul sito www.omron-healthcare.com. Fare riferimento alle informazioni sulla compatibilità elettromagnetica relativa a MC-720-E disponibili sul nostro sito web.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per limitare i possibili danni all'ambiente e alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare eventuali termini e condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Lo smaltimento delle batterie deve essere eseguito in osservanza della normativa nazionale per lo smaltimento delle batterie.



IT

91

6. Informazioni utili

Funzionamento del dispositivo Gentle Temp 720

Questo apparecchio misura la temperatura in corrispondenza della superficie della fronte rilevando l'emissione infrarossa della pelle in corrispondenza del punto di misurazione, quindi calcola l'equivalente al valore misurato in sede orale utilizzando un algoritmo esclusivo che si basa sui dati rilevati attraverso studi sulla temperatura corporea effettiva.

Informazioni sulla temperatura corporea

Il termine *Temperatura corporea* si riferisce alla temperatura stabile dell'interno del corpo (detta anche *temperatura corporea interna*). Mentre la misurazione della temperatura in corrispondenza dell'ascella o della bocca fornisce valori di temperatura di superficie, mantenere costantemente il termometro per circa 10 minuti in corrispondenza del punto di misurazione fornisce un valore di temperatura che rappresenta più da vicino quella della temperatura corporea interna.


Poiché la misurazione della temperatura dalla fronte non comporta il sostegno del termometro con il corpo, il valore di temperatura misurato risulta in genere inferiore rispetto alla temperatura misurata all'ascella o in bocca. Tuttavia, poiché la fronte presenta vasi sanguigni meno soggetti alla costrizione vascolare (una naturale funzione della regolazione della temperatura corporea), tale sito viene considerato migliore per la determinazione della temperatura corporea interna, anche negli ambienti con temperatura inferiore. Per contro, la temperatura misurata ad esempio in corrispondenza del braccio o della gamba, non costituisce un indicatore adeguato della temperatura corporea interna, in quanto queste parti del corpo sono più soggette a costrizione vascolare.

(Si tenga presente che la temperatura misurata in corrispondenza della fronte può comunque essere influenzata da altre condizioni, ad esempio la presenza di sudore o la corrente proveniente da un condizionatore d'aria, ecc. Si consiglia pertanto di eseguire la misurazione in un ambiente il più possibile stabile.)

Quando si misura la temperatura di un neonato, si tenga presente che la temperatura corporea dei neonati è in genere più alta rispetto a quella degli adulti e viene facilmente influenzata da fattori esterni. Ad esempio, la temperatura corporea tende ad aumentare dopo l'allattamento o il pianto. Si consiglia pertanto di eseguire la misurazione quando il bambino è calmo e in circostanze normali.

6. Informazioni utili

Differenze di temperatura tra la temperatura corporea e la temperatura della fronte



Questo apparecchio misura la temperatura in corrispondenza della superficie della fronte rilevando l'emissione infrarossa della pelle in corrispondenza del punto di misurazione, quindi calcola l'equivalente al valore misurato in sede orale utilizzando un algoritmo esclusivo (modalità di misurazione dalla fronte) che si basa sui dati rilevati attraverso studi sulla temperatura corporea effettiva.

6. Informazioni utili


Conoscere la propria temperatura normale

Al fine di valutare correttamente una sospetta condizione febbrale, è importante imparare a conoscere la propria temperatura normale.

La temperatura normale cambia da individuo a individuo, oltre a variare in funzione delle diverse ore del giorno. Inoltre, i valori di temperatura misurati possono variare in funzione del termometro o della parte del corpo in cui è stata eseguita la misurazione (si veda il grafico "Variazioni nelle temperature corporee interne ottenute con misurazioni dalla fronte e in bocca"). Per rilevare la propria temperatura normale è consigliabile eseguire misurazioni con cadenza regolare in presenza delle seguenti condizioni:

- Utilizzare lo stesso termometro per le misurazioni.
- Eseguire le misurazioni sulla stessa parte del corpo.
- Eseguire le misurazioni alla stessa ora del giorno.

Variazioni nelle temperature corporee interne ottenute con misurazioni dalla fronte e in bocca
(Partecipanti allo studio: 190, età: 0-68, temperatura ambiente: $23\pm2^{\circ}\text{C}$)




OMRON

Español

Termómetro de frente
por infrarrojos
Gentle Temp® 720 (MC-720-E)
Manual de instrucciones

All for Healthcare



Índice

Gracias por comprar un termómetro de frente por infrarrojos OMRON Gentle Temp 720.

Uso previsto:

El OMRON Gentle Temp 720 ofrece una medición de la temperatura en la frente cómoda, segura, precisa y rápida. Además, el dispositivo también es adecuado para medir tanto la temperatura de la superficie de objetos como la temperatura ambiente.

Uso previsto por:

Mayores de 11 años (al menos 5 años de experiencia lectora) sin límite de edad.
Está diseñado principalmente para su uso en el hogar.

Información importante de seguridad	97
1. Descripción general	99
2. Preparación	100
2.1 Cómo retirar el precinto	100
2.2 Cómo cambiar entre grados Celsius (°C) y Fahrenheit (°F)	100
2.3 Cómo activar el timbre	101
3. Cómo utilizar la unidad	102
3.1 Cómo realizar una medición	102
3.2 Cómo utilizar la función de memoria	106
4. Resolución de problemas y mantenimiento	107
4.1 Los iconos y mensajes de error	107
4.2 Preguntas y respuestas	110
4.3 Mantenimiento	111
4.4 Cómo cambiar la pila	112
5. Datos técnicos	113
6. Información útil	117



Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar esta unidad.
Consérvelo para consultarla en el futuro. Para obtener información específica sobre su propia temperatura, CONSULTE CON SU MÉDICO.

Información importante de seguridad

Para garantizar el uso correcto del producto, a continuación se enumeran las medidas de seguridad y precauciones básicas que deben tomarse.

⚠️ Advertencia: Las siguientes situaciones pueden resultar peligrosas y, de no evitarlas, podrían causar la muerte o lesiones graves.

- Llevar a cabo un autodiagnóstico basado en los resultados de una medición o tratamiento puede resultar peligroso. Siga las instrucciones de su médico. El autodiagnóstico puede empeorar los síntomas.
- Una fiebre alta prolongada requiere atención médica, especialmente en el caso de niños pequeños. Póngase en contacto con su médico.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- Contiene piezas pequeñas que pueden ser causa de atragantamiento en bebés si son ingeridas.
- No arroje pilas al fuego. La pila puede explotar.
- Retire la pila si la unidad no va a utilizarse durante un periodo de tres meses o más. Si no lo hace, podría tener lugar la fuga de líquido de la pila, el calentamiento del aparato o una explosión que podría dañar la unidad.
- No utilice la unidad para medir la temperatura de objetos que estén a temperaturas superiores a 80,0°C (176,0°F).
- Durante la medición, asegúrese de que ningún teléfono móvil ni ningún otro dispositivo eléctrico que emita campos electromagnéticos esté a 30 cm de este dispositivo. Podrían provocar un funcionamiento incorrecto del dispositivo o dar lugar a una lectura inexacta.

ES

Precauciones generales

- No utilice esta unidad para otro fin que no sea el de tomar la temperatura en la frente u otra superficie.
- No golpee, deje caer, pise ni haga vibrar la unidad.
- La unidad principal no es resistente al agua. Tenga especial cuidado al manipular esta unidad para que ningún líquido (alcohol, agua o agua caliente) entre en la unidad principal. Cuando la unidad esté mojada de vapor, espere a que se seque o pásele un paño suave y seco.
- No desmonte, repare o modifique la unidad.
- Cuando la lente del sensor se ensucie, pásele un paño suave y seco o un bastoncillo. No le pase a la lente del sensor un pañuelo ni una servilleta de papel.


97

Información importante sobre la seguridad

- Si existe alguna diferencia de temperatura entre los lugares en los que guarda la unidad y el lugar donde va a realizar la medición, deje la unidad en el lugar donde se va a utilizar durante más de 30 minutos para permitirle que alcance la temperatura ambiente antes de tomarla.
- Si la frente está fría, espere hasta que se haya calentado antes de tomar la temperatura. El resultado de la medición puede ser bajo si se ha utilizado una bolsa de hielo o una compresa fría, o inmediatamente al entrar desde el exterior en invierno.
- No utilice la unidad si la persona está mojada tras nadar o bañarse o si está sudando después de hacer ejercicio físico, ya que la temperatura de la piel podría haber disminuido. Antes de tomar la temperatura, seque completamente la humedad y deje que transcurran 30 minutos para que el cuerpo se aclimate a la temperatura ambiente de la habitación.
- No toque la lente del sensor con el dedo ni respire sobre ella.
- No intente medir la temperatura cuando el termómetro esté mojado, ya que puede obtener lecturas imprecisas.
- Compruebe el ícono en la pantalla antes y después de la medición para que ésta pueda tomarse del modo adecuado.
- Cuando tome la temperatura de un objeto con baja emisión como el oro o el aluminio, pueden obtenerse lecturas imprecisas.
- Cuando tome la temperatura de algo con baja emisión (como leche) con el modo de medición en superficie, se pueden obtener lecturas ligeramente más bajas.
- Cuando informe a su médico sobre su temperatura, asegúrese de que menciona que la medición se ha realizado en la frente.

1. Descripción general

Unidad principal:




Lente del sensor
(tipo BF)

Partes en contacto

(tipo BF)

Pantalla:



Temperatura de la
superficie

Temperatura ambiente

Última lectura

Icono de la pila

Icono de silencio

Modo de temperatura (°F)

Icono de la memoria

Modo de
temperatura (°C)

Temperatura de
la frente

2. Preparación


2.1 Cómo retirar el precinto

Cuando utilice el termómetro por primera vez, retire el precinto del compartimento de las pilas.

La unidad se enciende y, transcurrido un minuto, aparece la temperatura ambiente en la pantalla.

Notas:

- La temperatura ambiente permanece en la pantalla incluso después de apagar la unidad.
- Coloque la unidad en una superficie nivelada, en un lugar que esté a temperatura ambiente (alejado de la luz solar directa o del aire acondicionado, etc.).




2.2 Cómo cambiar entre grados Celsius (°C) y Fahrenheit (°F)

Por defecto, esta unidad viene ajustada en grados Celsius (°C).

1. Mientras la temperatura ambiente aparece en la pantalla, mantenga pulsado el botón START.
2. Mientras lo mantiene pulsado, mantenga también pulsado el botón ON/MEM hasta que aparezca °F en la pantalla con dos pitidos.

Notas:

- Para seleccionar de nuevo el modo Celsius (°C) comience por el paso 1.
- Cuando se cambia entre grados Celsius y Fahrenheit, se borran todas las lecturas guardadas en la memoria.



2. Preparación

2.3 Cómo activar el timbre


El timbre está activado por defecto, pero puede desactivarse.

Nota: El timbre sólo está disponible en el modo de medición en la frente.

1. Pulse el botón ON/MEM para encender la unidad.

2. Mantenga pulsado el botón ON/MEM durante 3 segundos.


El icono “” parpadea en la pantalla.



ES

3. Suelte el botón ON/MEM.

El icono “” permanece encendido y el timbre está desactivado.



Notas:

- Si el botón ON/MEM se pulsa durante más de 5 segundos después de que el icono “” comience a parpadear, la unidad se apaga sin desactivar el timbre.
- Para activar el timbre de nuevo, comience por el paso 1.

101

3. Cómo utilizar la unidad

3.1 Cómo realizar una medición

Modo de medición en la frente


Este modo muestra el valor equivalente a la temperatura medida en la boca de la temperatura medida en la frente. Asegúrese siempre de que la lente del sensor esté limpia, que no esté dañada y de que la frente esté limpia y no tenga sudor, cosméticos, cicatrices, etc.

Antes de la medición, asegúrese de que el paciente no se haya bañado ni haya hecho ejercicio en los últimos 30 minutos y de que permanezca en un entorno estable al menos 5 minutos.

Se recomienda realizar la medición tres veces. Si las tres mediciones son diferentes, escoja la más elevada.

- 1. Tire de la tapa de la lente del sensor para retirarla.**
- 2. Pulse el botón ON/MEM.**

Todos los indicadores aparecerán en la pantalla durante un segundo. A continuación, la pantalla que se muestra a la derecha aparece con dos pitidos.



3. Cómo utilizar la unidad

3. Sostenga la lente del sensor a una distancia de 1 a 3 cm del centro de la frente.

Notas:

- Sostener la unidad durante mucho tiempo en la mano puede hacer que la lectura de la temperatura ambiente del sensor sea más elevada. Esto podría hacer que la medición de la temperatura corporal sea más baja de lo habitual.
- Debe mantenerse inmóvil durante la medición.



4. Pulse el botón START.

La medición se realiza en 1 segundo y se oye un largo pitido al finalizar.



103


3. Cómo utilizar la unidad

5. Retire la unidad de la frente y compruebe el resultado de la medición.

La pantalla se ilumina durante 5 segundos.

Notas:

- Si el resultado es superior a 42,2°C (108,0°F), en la pantalla aparece "Hi".
- Si el resultado es inferior a 34,0°C (93,2°F), en la pantalla aparece "Lo".
- Podrá realizar otra medición cuando la luz de la pantalla se apague al oírse dos pitidos. Asegúrese de que el icono "⌚" permanece encendido.
- Tras realizar la segunda medición, la primera se muestra en la esquina derecha, mientras que la segunda se muestra en la zona central.



6. Para apagar la unidad, mantenga pulsado el botón ON/MEM hasta que aparezca "OFF" en la pantalla.

La unidad guarda la medición en la memoria y después se apaga a la vez que muestra la temperatura ambiente en la pantalla.

Asimismo, la unidad se apaga de forma automática si no se realiza ninguna operación durante un minuto.

3. Cómo utilizar la unidad

Modo de medición en superficie


El modo de medición en superficie muestra la temperatura de superficie real y no corregida de un objeto, la cual es distinta de la temperatura corporal. Este modo puede ayudarle a determinar si la temperatura del objeto es la adecuada para un paciente o para un bebé (por ejemplo, la leche para el bebé).

Por defecto, la unidad está configurada en modo de medición en la frente. Siga los pasos que se indican a continuación para cambiar al modo de medición en superficie.

1. Pulse el botón ON/MEM para encender la unidad.

2. Mantenga pulsado el botón ON/MEM. Mientras lo mantiene pulsado, pulse el botón START.

El icono “” aparece en la pantalla.



ES

3. Coloque la unidad cerca del objeto y pulse el botón START.

Realiza una medición continua hasta que se suelta el botón START.



Notas:

- Cuando utilice el modo de medición en superficie, coloque la lente del sensor tan cerca del objeto como pueda (se recomienda una distancia de 1 cm). No coloque la lente del sensor directamente en el objeto.
- El modo de medición en superficie muestra el resultado de la temperatura de superficie. La temperatura de superficie y la temperatura interna pueden ser distintas. Al realizar mediciones a un objeto cuya temperatura es extremadamente elevada o extremadamente baja, asegúrese de realizarlas de forma segura.
- La pantalla no se enciende y el timbre está apagado cuando se utiliza este modo.
- Para cambiar al modo de medición en la frente, vuelva al paso 2 y asegúrese de que el icono  cambia al icono .
- La unidad se apagará de forma automática si no se realiza ninguna operación durante un minuto y la pantalla mostrará la temperatura ambiente. Para apagar la unidad manualmente, puede mantener pulsado el botón ON/MEM hasta que aparezca “OFF” en la pantalla.
- El modo de medición en superficie no está pensado para la medición de la temperatura corporal ni para el uso médico.

105

3. Cómo utilizar la unidad

3.2 Cómo utilizar la función de memoria

Esta unidad guarda de forma automática los últimos 25 resultados (excepto los resultados Hi/Lo).


Notas:

- Si la memoria está llena, la unidad borrará la lectura más antigua.
- Cuando se cambia entre grados Celsius y Fahrenheit, se borran todas las lecturas guardadas en la memoria.

1. Pulse el botón ON/MEM para encender la unidad.

2. Pulse de nuevo el botón ON/MEM.

El número de memoria aparece en la pantalla.



3. Suelte el botón ON/MEM.

El resultado más reciente aparece en la pantalla.

Pulse el botón ON/MEM varias veces para visualizar resultados más antiguos.



4. Para apagar la unidad, mantenga pulsado el botón ON/MEM hasta que aparezca "OFF" en la pantalla.

La unidad se apaga con la temperatura ambiente en la pantalla.

4. Resolución de problemas y mantenimiento

4.1 Los iconos y mensajes de error



En caso de que se produzca alguno de los problemas siguientes durante la medición, compruebe primero que no haya ningún otro dispositivo eléctrico a 30 cm. Si el problema persiste, consulte la tabla siguiente.

Indicador de error	Causa	Remedio
	La pila está gastada.	Cambie la pila. (Consulte la sección 4.4)
	Medición anterior a la estabilización de la unidad.	Espera hasta que todos los iconos dejen de parpadear.
	La unidad está mostrando un cambio rápido en la temperatura ambiente.	Deje que la unidad permanezca en una habitación durante al menos 30 minutos a temperatura ambiente: entre 10°C y 40°C (50°F - 104°F).


ES

107

4. Resolución de problemas y mantenimiento

Indicador de error	Causa	Remedio
	La temperatura ambiente no está entre los 10°C y 40°C (50°F - 104°F).	Deje que la unidad permanezca en una habitación durante al menos 30 minutos a temperatura ambiente: entre 10 °C y 40 °C (50 °F - 104 °F).
	Los errores del 5 al 9 indican que la unidad presenta una avería.	Retire las pilas, espere un minuto, vuelva a colocar las pilas y encienda de nuevo la unidad. Si el mensaje vuelve a aparecer, póngase en contacto con el vendedor o el distribuidor de OMRON para que compruebe el funcionamiento de la unidad.
	<ul style="list-style-type: none">Modo de medición en la frente: la temperatura obtenida es superior a +42,2°C (108°F).Modo de medición en superficie: la temperatura obtenida es superior a +80°C (176°F).	Utilice la unidad dentro del rango de temperatura indicado. Si aún presenta una avería, póngase en contacto con un vendedor de productos OMRON.

4. Resolución de problemas y mantenimiento

Indicador de error	Causa	Remedio
	<ul style="list-style-type: none">Modo de medición en la frente: la temperatura obtenida es inferior a +34°C (93,2°F).Modo de medición en superficie: la temperatura obtenida es inferior a -22°C (-7,6°F).	Utilice la unidad dentro del rango de temperatura indicado. Si aún presenta una avería, póngase en contacto con un vendedor de productos OMRON.
	El dispositivo no está listo para la medición.	Cambie la pila por una nueva. (Consulte la sección 4.4)

ES

4. Resolución de problemas y mantenimiento

4.2 Preguntas y respuestas

1. La temperatura mostrada es más bien alta.

- La unidad se ha guardado en una habitación fría.
Cuando la unidad se ha guardado en una habitación fría, la temperatura obtenida puede ser más bien alta si se realiza la medición justo después llevar la unidad a una habitación que esté a una temperatura normal. Tome la temperatura tras dejar la unidad durante 30 minutos en la habitación en la que se va a utilizar. Se recomienda guardar la unidad en la habitación en la que va a tomar la temperatura.
- La lente del sensor ha estado expuesta a la luz solar directa.
- Se ha tomado la temperatura justo después de que el sujeto haya llorado.
El llanto puede aumentar la temperatura facial.

2. La temperatura mostrada es más bien baja.

- El cuerpo está sudoroso.
No utilice la unidad si la persona está mojada tras nadar o bañarse o si está sudando después de hacer ejercicio físico, ya que la temperatura de la piel podría haber disminuido. Antes de tomar la temperatura, seque completamente la humedad y deje que transcurran 30 minutos para que el cuerpo se aclimate a la temperatura ambiente de la habitación.
- La lente del sensor está sucia.
Para limpiar la lente, utilice un bastoncillo o un algodón suave humedecido con alcohol al 70%.
- Se ha tomado la temperatura en el modo de medición en superficie.
Utilice el modo de medición en la frente.
- Se ha tomado la temperatura justo después de que el sujeto estuviese en el exterior a bajas temperaturas.
Espere hasta que se haya calentado la frente.
- Se ha tomado la temperatura en un lugar distinto de la frente.
Asegúrese de tomar la temperatura exactamente en la frente, no en las zonas cercanas, como por ejemplo el nacimiento del pelo.

4. Resolución de problemas y mantenimiento

3. Existen variaciones en los valores medidos.

- Las mediciones no se han realizado en el mismo lugar.
- La lente del sensor está sucia.

4. La temperatura medida en esta unidad no equivale a la temperatura medida en la boca.

- Es posible que los termómetros de frente no calculen siempre el valor exacto de la temperatura medida en la boca.

Se recomienda que se realicen mediciones con regularidad en sujetos, por ejemplo familiares, que estén en buena forma física, para conocer su temperatura normal.

4.3 Mantenimiento

- Si se cae la unidad, compruébela. Si no está seguro, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor de OMRON para que compruebe el funcionamiento de la unidad.
- Limpie la lente del sensor con cuidado para no dañarla.
 - Para limpiar la lente, utilice un bastoncillo o un algodón suave humedecidos con alcohol al 70%.
 - Deje que la lente del sensor se seque completamente durante al menos un minuto.
- No debe guardar la unidad en lugares similares a los que se indican a continuación. De hacerlo así se puede dañar la unidad.
 - Lugares húmedos.
 - Lugares con calor y humedad elevados o expuestos a la luz solar directa. Áreas cercanas a sistemas de calefacción, lugares con polvo o ambientes con concentraciones elevadas de sal en el aire.
 - Lugares donde la unidad se encuentre sometida a inclinación, caídas, golpes o vibración.
 - Áreas o lugares de almacenamiento de productos farmacéuticos donde haya gases corrosivos.

ES

111

4. Resolución de problemas y mantenimiento


4.4 Cómo cambiar la pila

Pila: pila de botón de litio CR2032

Use la pila en el intervalo de tiempo recomendado que se indica en esta.


Nota: Para proteger el medio ambiente, tire las pilas usadas según las normativas locales que rigen los procedimientos de eliminación de residuos. La eliminación puede llevarse a cabo en su comercio habitual o en los lugares de recogida adecuados.

1. Quite el tornillo y retire la tapa de las pilas.



2. Saque la pila utilizando un objeto puntiagudo.

Nota: No utilice una herramienta de metal, ya que puede dañar las piezas cercanas.



3. Introduzca la pila nueva debajo del gancho metálico en la parte derecha y presione la parte izquierda de la pila hasta que se oiga un clic.

Nota: Coloque la pila nueva con el lado del símbolo (+) hacia arriba.



4. Cierre la tapa de las pilas y apriete el tornillo.

5. Datos técnicos

Categoría del producto:	Termómetros de frente por infrarrojos
Descripción del producto:	Termómetro de frente por infrarrojos
Modelo (código Intl.):	Gentle Temp 720 (MC-720-E)
Sensor:	Termopila
Pantalla de temperatura:	pantalla de 4 dígitos °F en incrementos de 0,1 grados pantalla de 3 dígitos °C en incrementos de 0,1 grados
Precisión:	Modo de medición en la frente ±0,2°C (±0,4°F) en un intervalo de 35,5°C a 42,0°C (de 95,9°F a 107,6°F), ±0,3°C (±0,5°F) para otro intervalo Modo de medición en superficie ±0,3°C (±0,5°F) entre 22,0°C y 42,2°C (71,6°F y 108,0°F). Fuera de estos intervalos de temperatura sería de ±2°C (±3,6°F) o del ±4% (porcentaje de la temperatura real), el que sea más alto.
Rango de medición:	Modo temperatura ambiente ±2°C (±3,6°F) entre 10°C y 40°C (50°F y 104°F). Fuera de este rango, el resultado de la medición puede no cumplir con el grado de precisión antes mencionado.
Duración de la toma:	Modo de medición en la frente de 34,0°C (93,2°F) a 42,2°C (108,0°F)
Memoria:	Modo de medición en superficie de -22,0°C (-7,6°F) a 80,0°C (176,0°F)
Alimentación:	Modo temperatura ambiente de 10°C (50°F) a 40°C (104°F)
Consumo de energía:	Corta, 1 segundo de duración
Vida útil:	25 registros
Duración de la pila:	3,0 V de CC, 1 pila de botón de litio CR2032 0,018 W 3 años Con una pila nueva, aprox. 2500 mediciones o más

ES

113

5. Datos técnicos

Temperatura, humedad y presión atmosférica de funcionamiento: de 10°C (50°F) a 40°C (104°F), 15 ≤ humedad relativa ≤ 85%, de 70 a 106,0 kPa

Temperatura/humedad de conservación y transporte: De -20°C (-4°F) a 60°C (140°F), 10 ≤ HR ≤ 95%

Protección contra descargas eléctricas: Equipo ME interno

Clasificación IP: IP22

Partes en contacto:  = tipo BF (alrededor de la zona del sensor. Consultar el apartado "Descripción general" en la página 99)

Peso: Aprox. 90 g (con la pila instalada)

Dimensiones externas: 45 (ancho) × 153 (alto) × 41 (fondo) mm

Contenido del envase: Unidad principal, pila de prueba (CR2032, ya colocada), tapa de la lente del sensor, manual de instrucciones.

*La clasificación IP hace referencia a los grados de protección previstos en la norma internacional IEC 60529.

Este dispositivo está protegido frente a la entrada de cuerpos sólidos extraños de 12 mm de diámetro, como pueden ser los dedos, o de diámetro mayor.

Este dispositivo está protegido frente a la entrada de gotas de agua en dirección oblicua, que de otro modo podrían causar problemas de funcionamiento.

Notas:

- Las especificaciones pueden cambiarse sin previo aviso.
- Este producto OMRON está fabricado bajo el exigente sistema de calidad de OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japón.
- Este dispositivo cumple con las disposiciones de la directiva de la CE 93/42/CEE (directiva sobre Productos sanitarios) y con el estándar europeo EN ISO 80601-2-56:2012: Requisitos especiales para la seguridad básica y el funcionamiento esencial de los termómetros clínicos para la medición de la temperatura corporal.
- El termómetro ha sido calibrado en el momento de la fabricación. Si, en cualquier momento, tiene dudas sobre la precisión de las tomas de temperatura, póngase en contacto con su distribuidor de OMRON autorizado. Como norma general, es recomendable revisar el dispositivo cada 2 años para asegurarse de que sigue funcionando correctamente y con precisión.

5. Datos técnicos

Descripción de los símbolos que, en función del modelo, pueden encontrarse sobre el producto mismo, el envase de venta o el manual de instrucciones

	Partes en contacto: Tipo BF Grado de protección contra descargas eléctricas (corriente de fuga)	SN	Número de serie
IP XX	Grado de protección de entrada según la norma internacional IEC 60529	LOT	Número de lote
	Marcado CE		Limitación de la temperatura
	Símbolo de GOST-R		Limitación de la humedad
	Símbolo de Conformidad Euroasiática		Limitación de la presión atmosférica
	Es necesario que el usuario consulte las instrucciones de uso		

La fecha de producción forma parte del número de serie indicado en el producto y/o el envase de venta: los primeros 4 dígitos corresponden al año de producción y los 2 dígitos siguientes corresponden al mes.

5. Datos técnicos

CE 0197

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. garantiza este producto durante 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre la pila, el empaquetado ni daños de cualquier índole debidos a un uso incorrecto del producto (como caídas o uso físico incorrecto) que lleve a cabo el usuario. Los productos reclamados sólo se sustituirán si se devuelven junto con la factura o recibo de compra original.

No desmonte ni modifique la unidad. Los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados por OMRON HEALTHCARE anularán la garantía para el usuario.

Termómetro de frente por infrarrojos OMRON

Modelo (código Int'l.): Gentle Temp 720 (MC-720-E)

Información importante sobre la compatibilidad electromagnética (EMC)

MC-720-E ha sido fabricado por OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. conforme al estándar EN60601-1-2:2015 de compatibilidad electromagnética (EMC). OMRON HEALTHCARE EUROPE pone a su disposición más documentación conforme al estándar de compatibilidad electromagnética (EMC) en la dirección mencionada en este manual de instrucciones o en www.omron-healthcare.com. Consulte la información sobre la Compatibilidad electromagnética (EMC) de MC-720-E en el sitio web.

Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de desecho)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separa este producto de otros tipos de residuos y recídele correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclando con otros residuos comerciales.

La eliminación de las pilas usadas debe realizarse según lo que establezca la normativa local al respecto.



6. Información útil

Cómo funciona Gentle Temp 720

Esta unidad mide la temperatura en la superficie de la frente captando la emisión infrarroja de la piel en el punto de medición. Despues calcula el valor equivalente en medición oral utilizando un algoritmo único que se basa en los datos de un sondeo sobre la temperatura corporal real.

Acerca de la temperatura corporal

La *temperatura corporal* se refiere a la temperatura estable del interior del cuerpo (también conocida como *temperatura corporal interna*). Mientras que las mediciones de temperatura en la axila o en la boca proporcionan valores de temperatura en superficie, si se mantiene el termómetro estable en el punto de medición durante 10 minutos aproximadamente, éste proporciona una medición de temperatura más próxima a la que sería la temperatura corporal interna.

Ya que la medición de la temperatura en la frente no involucra el apoyo del termómetro, normalmente la temperatura que se obtiene es inferior a la que se obtendría en la axila o en la boca.

No obstante, ya que los vasos sanguíneos que pasan por la frente son menos propensos a sufrir vasoconstricción (una función natural para el ajuste de la temperatura corporal), se supone que es una zona más adecuada para la medición de la temperatura corporal interna, aunque se realice la medición a temperaturas más bajas. Por el contrario, las temperaturas obtenidas en mediciones realizadas por ejemplo en el brazo o en la pierna, no representan un buen indicador de la temperatura corporal interna, ya que estas partes del cuerpo son más propensas a sufrir vasoconstricción.

(Tenga en cuenta que la temperatura medida en la frente puede verse afectada por otros factores, como el sudor, el aire acondicionado, etc. Por lo tanto, se recomienda tomar la temperatura en un entorno con la máxima estabilidad posible).


Al tomar la temperatura a un bebé, tenga en cuenta que, normalmente, la temperatura corporal de un bebé es más alta que la de un adulto y se ve afectada fácilmente por factores externos. Por ejemplo, la temperatura corporal tiende a aumentar tras la toma de leche o el llanto. De esta forma, se recomienda tomar la temperatura cuando el bebé esté calmado y en condiciones normales.

ES

117

6. Información útil

Diferencias de temperatura entre la temperatura corporal y la temperatura en la frente



Esta unidad mide la temperatura en la superficie de la frente captando la emisión infrarroja de la piel en el punto de medición. Despues calcula el valor equivalente en medición oral utilizando un algoritmo único (modo de medición en la frente) que se basa en los datos de un sondeo de temperatura corporal real.

6. Información útil


Cómo conocer su temperatura normal

Para poder juzgar correctamente los casos en los que se sospecha que se tiene fiebre, es importante conocer su temperatura normal.

La temperatura normal varía según cada individuo y también cambia dependiendo de la hora del día. Además, la temperatura corporal medida puede variar dependiendo del termómetro o de la parte del cuerpo en la que se mida (consulte el gráfico "Variaciones en la temperatura corporal interna obtenida en la frente y en la boca"). Así, para conocer su temperatura normal, recomendamos que se realicen mediciones regulares en las siguientes condiciones:

- Tome la temperatura con el mismo termómetro.
- Tome la temperatura en la misma zona.
- Tome la temperatura a la misma hora del día.

Variaciones en la temperatura corporal interna obtenida en la frente y en la boca
(casos estudiados: 190, edades: 0-68, temperatura ambiente: $23 \pm 2^\circ\text{C}$)



ES

119

Inhoud

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de OMRON Gentle Temp 720 voorhoofdthermometer met infraroodfunctie.

Beoogd gebruik:

De OMRON Gentle Temp 720 biedt een veilige, comfortabele en snelle meting van de temperatuur op het voorhoofd.

Daarnaast is het instrument tevens geschikt voor het meten van de oppervlaktemperatuur van objecten, alsmede van de kamertemperatuur.

Beoogd gebruiker:

Minimaal 11 jaar oud (5 jaar intensieve leeservaring), geen maximum.

Dit apparaat is hoofdzakelijk bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik.

Belangrijke veiligheidsinformatie	121
1. Overzicht	123
2. Voorbereiding	124
2.1 De isolatietape verwijderen	124
2.2 Schakelen tussen °C en °F	124
2.3 Zoemer instellen	125
3. Het apparaat gebruiken	126
3.1 Een meting verrichten	126
3.2 Gebruik van de geheugenfunctie	130

4. Onderhoud en problemen oplossen	131
4.1 Symbolen en foutmeldingen	131
4.2 Vragen en antwoorden	133
4.3 Onderhoud	134
4.4 De batterij vervangen	135
5. Technische gegevens	136
6. Nuttige informatie	140



Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voordat u dit apparaat gebruikt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. RAADPLEEG UW ARTS voor specifieke informatie over uw eigen temperatuur.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Om er zeker van te zijn dat u deze thermometer op de juiste wijze gebruikt, moet u zich altijd houden aan de veiligheidsmaatregelen, waaronder de volgende voorzorgsmaatregelen.

⚠ Waarschuwing: de volgende situaties zijn potentieel gevaarlijk en kunnen, indien niet vermeden, leiden tot de dood of ernstige verwondingen.

- Het kan gevaarlijk zijn om op basis van de gemeten waarden zelf een diagnose te stellen en/of een behandeling te starten. Volg de aanwijzingen van uw arts. Door zelfdiagnose kunnen de symptomen verergeren.
- Een hoge of langdurige koorts behoeft medische aandacht, met name bij kleine kinderen. Neem contact op met uw arts.
- Bewaar de thermometer buiten het bereik van kinderen.
- Bevat kleine onderdelen die mogelijk een verstikkingsgevaar opleveren bij inslikken door jonge kinderen.
- Gooi batterijen nooit in het vuur. De batterij kan ontploffen.
- Verwijder de batterij als u de thermometer drie maanden of langer niet zult gebruiken. Doet u dit niet, dan kan er vloeistoflekage ontstaan, hitte worden gegenereerd of kan de batterij uit elkaar barsten, waardoor de unit wordt beschadigd.
- Gebruik de thermometer niet voor het meten van objecten met een temperatuur hoger dan 80,0 °C (176,0 °F).
- Zorg er tijdens de meting voor dat er geen mobiele telefoons of andere elektrische apparaten met elektromagnetische velden binnen 30 cm van dit instrument worden gebruikt. Dit kan ertoe leiden dat het instrument niet goed werkt en/of een onnauwkeurige aflezing opleveren.

NL

Algemene voorzorgsmaatregelen

- Gebruik deze thermometer uitsluitend voor het meten van de temperatuur in het menselijk voorhoofd of voor oppervlaktemeting.
- Stel de hoofdeenheid niet bloot aan schokken of trillingen, laat de hoofdeenheid niet vallen en ga er niet op staan.
- De hoofdeenheid is niet waterbestendig. Zorg dat er bij het gebruik geen vloeistof (alcohol, water of heet water) in de hoofdeenheid kan komen. Wanneer de thermometer vochtig is door damp, moet u wachten totdat deze opdroogt of veegt u deze voorzichtig schoon met een zachte, droge doek.
- Demonteer, repareer of wijzig het apparaat niet.


121

Belangrijke veiligheidsinformatie


- Wanneer de sensorlens vuil is, veegt u die voorzichtig schoon met een zachte, droge doek of een wattenstaafje. Veeg de sensorlens niet schoon met een tissue of papieren zakdoek.
- Als er een temperatuurverschil is tussen de plaats waar u de thermometer bewaart en de plaats waar u de temperatuur gaat meten, moet u de thermometer voor de meting minimaal 30 minuten laten liggen in de kamer waar u de temperatuur meet.
- Als het voorhoofd koud is, moet u wachten totdat het voorhoofd warm is, voordat u de temperatuur meet. Het meetresultaat kan laag zijn wanneer u een ijskompres of ijssak gebruikt of vlak nadat u buiten bent geweest in de kou.
- Gebruik de thermometer niet wanneer u nat bent na het zwemmen, het nemen van een bad of door zweetvorming na fysieke inspanning, omdat de huidtemperatuur dan kan zijn gedaald. Veeg het vocht weg en wacht 30 minuten totdat het lichaam is gewend aan de kamertemperatuur voordat u gaat meten.
- Raak de sensorlens niet met uw vingers aan en adem er niet op.
- Probeer geen metingen uit te voeren als de thermometer nat is. Dit kan leiden tot onnauwkeurige meetresultaten.
- Controleer voor en na de meting het pictogram op het display zodat u de meting in de juiste modus uitvoert.
- Wanneer u de temperatuur wilt vaststellen van een voorwerp met een lage emissiegraad, zoals goud of aluminium, kan dit leiden tot onnauwkeurige meetresultaten.
- Wanneer u de temperatuur wilt vaststellen van iets met een lage emissiegraad (zoals melk) in de modus voor oppervlaktemeting, kan dit leiden tot enigszins lagere meetresultaten.
- Wanneer u uw arts informeert over uw temperatuur, moet u altijd vermelden dat u deze op het voorhoofd hebt gemeten.

1. Overzicht

Hoofdeenheid:




Weergave:



2. Voorbereiding


2.1 De isolatietape verwijderen

Als u de thermometer voor de eerste keer gebruikt, trek dan de isolatietape uit het batterijvak.



Achterkant van de thermometer

De thermometer wordt ingeschakeld en na 1 minuut wordt de kamertemperatuur weergegeven op het display.



Opmerkingen:

- De kamertemperatuur wordt nog steeds weergegeven op de weergave, zelfs nadat het instrument is uitgeschakeld.
- Plaats de thermometer op een vlak oppervlak en op een plek die op kamertemperatuur is (bijvoorbeeld niet in direct zonlicht of vlakbij airconditioning).

2.2 Schakelen tussen °C en °F

Deze thermometer is standaard ingesteld op °C.

1. Druk terwijl de kamertemperatuur wordt weergegeven op de knop START en houd deze ingedrukt.
2. Houd tegelijkertijd de knop ON/MEM ingedrukt totdat °F wordt getoond op het display met twee pieptonen.

Opmerkingen:

- Als u modus °C opnieuw wilt selecteren, begint u vanaf stap 1.
- Bij het schakelen tussen °C en °F worden alle meetwaarden uit het geheugen verwijderd.



2. Voorbereiding

2.3 Zoemer instellen


De zoemer is standaard ingeschakeld, maar kan worden uitgeschakeld.

Opmerking: de zoemer is alleen beschikbaar in de modus voor voorhoofdmeting.

1. Druk op de knop ON/MEM om de thermometer in te schakelen.


2. Houd de knop ON/MEM gedurende 3 seconden ingedrukt.

Op het display knippert het pictogram "FLASH".



3. Laat de knop ON/MEM los.

Het pictogram "FLASH" blijft branden en de zoemer is uitgeschakeld.



Opmerkingen:

- Als u de knop ON/MEM langer dan 5 seconden ingedrukt houdt nadat het pictogram "FLASH" begint te knipperen, wordt de thermometer uitgeschakeld zonder dat de zoemer wordt uitgeschakeld.
- Als u de zoemer weer wilt inschakelen, begint u vanaf stap 1.

3. Het apparaat gebruiken

3.1 Een meting verrichten

Modus voor voorhoofdmeting


Deze modus geeft de oraal equivalente waarde van de gemeten voorhoofdtemperatuur weer.
Zorg ervoor dat de sensorlens altijd schoon en onbeschadigd is, dat het voorhoofd schoon is en de meetplek vrij is van zweet, cosmetica, littekens, enz.

Voordat u een meting verricht, dient u ervoor te zorgen dat de patiënt de laatste 30 minuten geen bad heeft genomen, zich fysiek niet heeft ingespannen en de laatste 5 minuten in een stabiele omgeving heeft verkeerd. Het wordt aanbevolen de meting drie keer uit te voeren. Als de drie metingen verschillen, selecteert u de hoogste temperatuur.

1. Verwijder de dop van de sensorlens.

2. Druk op de knop ON/MEM.

Alle indicatoren worden gedurende 1 seconde getoond op het display.
Vervolgens wordt het uiterst rechts getoonde display weergegeven met twee pieptonen.



3. Het apparaat gebruiken

3. Houd de sensorlens 1 tot 3 cm verwijderd van het midden van het voorhoofd.

Opmerkingen:

- Wanneer u de thermometer te lang in uw hand houdt, kan dit leiden tot een hogere meting van de omgevingstemperatuur van de sensor. Hierdoor kan de meting van de lichaamstemperatuur lager zijn dan gebruikelijk.
- Tijdens het meten mag u niet bewegen.



4. Druk op de knop START.

De meting wordt in 1 seconde voltooid met een lange pieptoon.



NL

127


3. Het apparaat gebruiken

5. Haal de thermometer van het voorhoofd en controleer het meetresultaat.

Het display wordt gedurende 5 seconden verlicht.

Opmerkingen:

- Als het resultaat hoger is dan 42,2°C (108,0°F), wordt: "Hi" getoond op het display.
- Als het resultaat lager is dan 34,0°C (93,2°F), wordt: "Lo" getoond op het display.
- U kunt nog een meting uitvoeren nadat de displayverlichting met twee pieptonen wordt uitgeschakeld. Let erop dat het pictogram "⌚" verlicht blijft.
- Na de tweede meting wordt de eerste meting getoond in de rechterhoek, terwijl de tweede in het midden wordt getoond.



6. Houd de knop ON/MEM ingedrukt totdat "OFF" op de weergave wordt weergegeven om de thermometer uit te schakelen.

Het instrument slaat de meting op in het geheugen en schakelt vervolgens uit met de kamertemperatuur op het display.

Het instrument schakelt ook automatisch uit als er gedurende 1 minuut geen handeling wordt verricht.

3. Het apparaat gebruiken


Modus voor oppervlaktemeting

In de modus voor oppervlaktemeting worden de werkelijke en onaangepaste oppervlaktemperatuur van een voorwerp getoond. Deze wijkt af van de lichaamstemperatuur. Deze modus helpt u te bepalen of de voorwerptemperatuur geschikt is voor een patiënt of baby (zoals babymelk). De thermometer is standaard ingesteld op de modus voor voorhoofdmeting. Volg de stappen hieronder om de modus voor oppervlaktemeting in te schakelen.

1. Druk op de knop ON/MEM om de thermometer in te schakelen.

2. Druk op de knop ON/MEM en houd deze ingedrukt. Terwijl u deze ingedrukt houdt, drukt u op de knop START.

Op het display wordt het pictogram "⚡" getoond.



3. Plaats het instrument dicht bij het voorwerp en druk op de knop START.

Er wordt continu gemeten totdat de knop START wordt losgelaten.

Opmerkingen:

- Plaats de sensorlens zo dicht mogelijk bij het voorwerp bij gebruik van de modus voor oppervlaktemeting (1 cm afstand wordt aanbevolen). Vermijd direct contact tussen de sensorlens en het voorwerp.
- In de modus voor oppervlaktemeting wordt het resultaat van de meting van de oppervlaktemperatuur getoond. De temperatuur van het oppervlak en die van het inwendige kunnen verschillen. Controleer of het veilig is om een voorwerp met buitengewoon hoge of lage temperatuur te meten.
- Het display wordt niet verlicht en de zoemer is uitgeschakeld bij gebruik van deze modus.
- Als u de modus voor voorhoofdmeting wilt inschakelen, gaat u terug naar stap 2 en controleert u of het pictogram ⚡ wijzigt in het pictogram ☺.
- De thermometer schakelt automatisch uit als er gedurende 1 minuut met de kamertemperatuur op de weergave geen handeling wordt verricht. Als u de thermometer handmatig wilt uitschakelen, kunt u de knop ON/MEM ingedrukt houden totdat "OFF" wordt weergegeven op het display.
- De modus voor oppervlaktemeting is niet bedoeld voor de meting van lichaamstemperatuur of medisch gebruik.

NL

129

3. Het apparaat gebruiken

3.2 Gebruik van de geheugenfunctie

Deze thermometer slaat automatisch de laatste 25 meetresultaten op (exclusief Hi/Lo-resultaten).

Opmerkingen:

- als het geheugen van de thermometer vol is, wordt de oudste meetwaarde gewist.
- Bij het schakelen tussen °C en °F worden alle meetwaarden uit het geheugen verwijderd.

1. Druk op de knop ON/MEM om de thermometer in te schakelen.

2. Druk nogmaals op de knop ON/MEM.

Het geheugenummer wordt weergegeven op de weergave.



3. Laat de knop ON/MEM los.

Het recentste resultaat wordt getoond op het display.
Druk herhaaldelijk op de knop ON/MEM om de oudere resultaten te bekijken.



4. Houd de knop ON/MEM ingedrukt totdat "OFF" op de weergave wordt weergegeven om de thermometer uit te schakelen.

De thermometer schakelt uit met de kamertemperatuur op het display.

4. Onderhoud en problemen oplossen

4.1 Symbolen en foutmeldingen



Controleer in geval van onderstaande problemen tijdens de meting als eerste of er geen andere elektrische apparatuur binnen 30 cm van het instrument aanwezig is. Raadpleeg de volgende tabel als het probleem aanhoudt.

Foutweergave	Oorzaak	Remedie
	Batterij is bijna op.	Vervang de batterij. (Zie paragraaf 4.4.)
	Meting voordat thermometer is gestabiliseerd.	Wacht tot alle pictogrammen stoppen met knipperen.
	De thermometer laat een snelle verandering van de omgevingstemperatuur zien.	Laat de thermometer minimaal 30 minuten rusten op kamertemperatuur: tussen 10°C–40°C (50°F–104°F).
	De omgevingstemperatuur valt niet binnen het bereik van 10°C–40°C (50°F–104°F).	Laat de thermometer minimaal 30 minuten lang rusten op kamertemperatuur: tussen 10°C–40°C (50°F–104°F).
	Fouten 5–9 geven een storing van de thermometer aan.	Verwijder de batterij, wacht 1 minuut, plaats de batterij opnieuw en schakel de thermometer weer in. Als de melding opnieuw verschijnt, neemt u contact op met de OMRON-verkoper of -distributeur om de thermometer na te kijken.

NL

131

4. Onderhoud en problemen oplossen

Foutweergave	Oorzaak	Remedie
	<ul style="list-style-type: none">Modus voor voorhoofdmeting: de gemeten temperatuur is hoger dan +42,2°C (108°F).Modus voor oppervlaktemeting: de gemeten temperatuur is hoger dan +80°C (176°F).	Gebruik de thermometer binnen een meetbaar bereik. Als er nog steeds een storing is, neemt u dan contact op met een OMRON-verkoper.
	<ul style="list-style-type: none">Modus voor voorhoofdmeting: de gemeten temperatuur is lager dan +34°C (93,2°F).Modus voor oppervlaktemeting: de gemeten temperatuur is lager dan -22°C (-7,6°F).	Gebruik het instrument binnen een meetbaar bereik. Als er nog steeds een storing is, neemt u dan contact op met een OMRON-verkoper.
	De thermometer heeft onvoldoende voeding.	Vervang de batterij door een nieuwe. (Zie paragraaf 4.4.)

4. Onderhoud en problemen oplossen

4.2 Vragen en antwoorden

1. De weergegeven temperatuur is nogal hoog.

- De thermometer is bewaard in een koude ruimte.
Wanneer de thermometer is bewaard in een koude ruimte, kan de gemeten temperatuur nogal hoog zijn als u de temperatuur meet kort nadat u de thermometer naar een ruimte met normale temperatuur hebt gebracht. Meet de temperatuur pas nadat u de thermometer gedurende 30 minuten in de ruimte hebt gelaten waar deze wordt gebruikt. Het is aan te raden de thermometer te bewaren in de ruimte waarin u van plan bent de temperatuur te gaan meten.
- De sensorlens is blootgesteld aan direct zonlicht.
- Meting is verricht kort nadat de persoon heeft gehuild.
Huilen kan de gezichtstemperatuur verhogen.

2. De getoonde temperatuur is nogal laag.

- Het lichaam is bezweert.
Gebruik de thermometer niet wanneer u nat bent na het zwemmen, het nemen van een bad of door zweetvorming na fysieke inspanning, omdat de huidtemperatuur dan kan zijn gedaald. Veeg het vocht weg en wacht 30 minuten totdat het lichaam is gewend aan de kamertemperatuur voordat u gaat meten.
- De sensorlens is vuil.
Gebruik een wattentaaflje of zachte, katoenen doek bevochtigd met alcohol 70% om de sensorlens te reinigen.
- Meting is verricht in de modus voor oppervlaktemeting.
Gebruik de modus voor voorhoofdmeting.
- Meting is verricht kort nadat de persoon van buiten is gekomen bij koud weer.
Wacht tot het voorhoofd is opgewarmd.
- Meting is verricht op een andere plek dan het voorhoofd.
Zorg er voor dat u precies op het voorhoofd meet en niet op plekken in de buurt, zoals de haarlijn.

NL

133

4. Onderhoud en problemen oplossen

3. Er zijn variaties in de meetwaarden.

- Metingen zijn niet verricht op dezelfde plek.
- De sensorlens is vuil.

4. De gemeten temperatuur op deze thermometer is niet equivalent aan de orale temperatuur.

- Voorhoofdthermometers berekenen niet altijd de exacte orale equivalente waarde.
Het wordt aanbevolen om regelmatig metingen te verrichten bij personen, bijvoorbeeld familieleden, die in een goede fysieke toestand verkeren, om hun normale temperatuur te kennen.

4.3 Onderhoud

- Controleer of de thermometer is gevallen. Als u twijfelt, neemt u contact op met de OMRON-verkoper of -distributeur om het instrument na te laten kijken.
- Reinig de sensorlens voorzichtig om beschadiging te voorkomen.
 - Gebruik een wattenstaafje of zachte, katoenen doek bevochtigd met alcohol 70% om de sensorlens te reinigen.
 - Laat de sensorlens volledig drogen gedurende minimaal 1 minuut.
- Bewaar de thermometer niet op de volgende soorten plaatsen. Anders kan de thermometer beschadigd raken.
 - Natte plaatsen.
 - Plaatsen met hoge temperatuur en vochtigheid, en plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht. Plaatsen dicht bij de verwarming, stoffige plaatsen en omgevingen met hoge zoutconcentraties in de lucht.
 - Plaatsen waar de thermometer scheef staat of wordt blootgesteld aan vallen, schokken of trillingen.
 - Plaatsen waar geneesmiddelen worden bewaard of waar corrosieve gassen aanwezig zijn.

4. Onderhoud en problemen oplossen


4.4 De batterij vervangen

Batterij: CR2032-lithiumknoopcelbatterij

Gebruik de batterij binnen de hiervoor aanbevolen periode.


Opmerking: ter bescherming van het milieu levert u gebruikte batterijen in volgens de plaatselijke regelgeving betreffende afvalverwerking. Inleveren kan bij winkels of specifieke inzamelpunten.

- 1. Draai de schroef los en verwijder het kapje van de batterij.**



- 2. Verwijder de batterij met een puntig voorwerp.**


Opmerking: gebruik geen metalen gereedschap omdat het de omliggende onderdelen kan beschadigen.



NL

- 3. Plaats de nieuwe batterij onder het metalen haakje aan de rechterzijde en druk de linkerzijde van de batterij omlaag totdat deze vastklikt.**

Opmerking: plaats de nieuwe batterij met de pluszijde (+) bovenaan.



Metalen haakje

- 4. Sluit het kapje van de batterij en draai de schroef vast.**

135

5. Technische gegevens

Productcategorie:	Infrarood voorhoofdthermometers
Productbeschrijving:	Infrarood voorhoofdthermometer
Model (nummer):	Gentle Temp 720 (MC-720-E)
Sensor:	Thermozuil
Temperatuurweergave:	4-cijferige °F-weergave in stappen van 0,1 graad 3-cijferige °C-weergave in stappen van 0,1 graad
Nauwkeurigheid:	Modus voor voorhoofdmeting ±0,2°C (+0,4°F) binnen 35,5°C tot 42,0°C (95,9°F tot 107,6°F), ±0,3°C (+0,5°F) voor overige bereiken Modus voor oppervlaktemeting ±0,3°C (+0,5°F) van 22,0°C tot 42,2°C (71,6°F tot 108,0°F). Buiten dit bereik: ±2°C (±3,6°F) of ±4% (percentage van werkelijke temperatuur), afhankelijk van welke de hoogste is. Modus voor kamertemperatuur ±2°C (±3,6°F) van 10°C tot 40°C (50°F tot 104°F). Buiten dit bereik is het meetresultaat niet overeenkomstig de eerder vermelde nauwkeurigheidswaarden.
Meetbereik:	Modus voor voorhoofdmeting 34,0°C (93,2°F) tot 42,2°C (108,0°F) Modus voor oppervlaktemeting -22,0°C (-7,6°F) tot 80,0°C (176,0°F) Modus voor kamertemperatuur 10°C (50°F) tot 40°C (104°F) Snelle meting binnen 1 seconde
Meettijd:	25 waarden
Geheugen:	3,0V DC, 1 CR2032-lithiumknoopcelbatterij
Voeding:	0,018 W
Stroomverbruik:	3 jaar
Bruikbaarheidsperiode:	Met een nieuwe batterij minimaal 2.500 metingen
Levensduur batterij:	10°C (50°F) tot 40°C (104°F), 15 ≤ RV ≤ 85%, 70 tot 106,0 kPa
Temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk bij gebruik:	

5. Technische gegevens

**Temperatuur/
vochtigheid bij opslag
en vervoer:** -20°C (-4°F) tot 60°C (140°F), 10 ≤ RV ≤ 95%

**Bescherming tegen
elektrische schokken:** ME-apparaat met interne voeding

**IP-classificatie:
Toegepast onderdeel:** IP22
 = type BF (Rond sensorlens. Zie onderdeel "Overzicht" op pagina 123)

Gewicht: Ongeveer 90 g (met geplaatste batterij)
Buitenafmetingen: 45(b) x 153(h) x 41(d) mm

**Inhoud van de
verpakking:** Thermometer, testbatterij (CR2032 geïnstalleerd), sensorlensdop, gebruiksaanwijzing.

*IP-classificatie is de geboden mate van bescherming volgens IEC 60529.
Dit instrument is beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een diameter van 12 mm, zoals een vinger, of groter.
Dit instrument is beschermd tegen schuin vallende waterdruppels die problemen geven bij normaal gebruik.

Opmerkingen:

- De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Dit OMRON-product is vervaardigd conform het strenge kwaliteitssysteem van OMRON Healthcare Co. Ltd., Japan.
- Deze thermometer voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijn 93/42/EEC (Medische elektrische toestellen) en de Europese norm EN-ISO 80601-2-56:2012: Bijzondere eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van medische thermometers voor lichaamstemperatuurmeting.
- De thermometer is gekalibreerd tijdens de vervaardiging. Als u op enig moment twijfels hebt over de nauwkeurigheid van temperatuurmetingen, neemt u contact op met uw bevoegde OMRON-distributeur. In het algemeen wordt aanbevolen het instrument elke 2 jaar te laten inspecteren om de juiste werking en nauwkeurigheid te controleren.

NL

137

5. Technische gegevens

Beschrijving van symbolen die, afhankelijk van het model, te vinden zijn op het product zelf, de verkoopverpakking van het product of in de gebruiksaanwijzing

	Toegepast onderdeel - Type BF Mate van bescherming tegen elektrische schokken (lekstroom)	SN	Serienummer
IP XX	Mate van bescherming tegen binnendringen die wordt geboden volgens IEC 60529.	LOT	Partijnummer
	CE-keurmerk		Temperatuurbegrenzing
	GOST-R-symbool		Luchtvochtigheidsbegrenzing
	Symbol van Euraziatische conformiteit		Begrenzing van atmosferische druk
	Noodzaak voor de gebruiker om de gebruiksaanwijzing te raadplegen		

De productiedatum van het product is geïntegreerd in het serienummer, dat op het product en/of de verkoopverpakking is geplaatst: de eerste 4 cijfers geven het jaar van productie aan en de volgende 2 cijfers de maand van productie.

5. Technische gegevens

CE 0197

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. geeft op dit product een garantie van 3 jaar vanaf de datum van aankoop. Batterij, verpakking en/of schade voortkomend uit verkeerd gebruik (zoals laten vallen of fysiek verkeerd gebruik) veroorzaakt door de gebruiker, vallen niet onder de garantie. Geclaimde producten worden alleen vervangen wanneer deze worden gereturneerd samen met de originele factuur/kassabon. Demonteer of modificeer de thermometer niet. Wijzigingen of modificaties die niet zijn goedgekeurd door OMRON HEALTHCARE maken de gebruikersgarantie ongeldig.

OMRON Voorhoofdthermometer met infraroodfunctie
Model (nummer): Gentle Temp 720 (MC-720-E)

Belangrijke informatie met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

MC-720-E gefabriceerd door OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. voldoet aan de norm EN60601-1-2:2015 voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Meer documentatie met betrekking tot deze EMC-norm is verkrijgbaar bij OMRON HEALTHCARE EUROPE, op het adres dat in deze gebruiksaanwijzing staat vermeld of op www.omron-healthcare.com. Raadpleeg de EMC-informatie voor MC-720-E op de website.

Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden aan het einde van de gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycelen, zodat het duurzame hergebruik van materialbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vememmen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Afvoer en verwerking van gebruikte batterijen dient plaats te vinden overeenkomstig de nationale regelgeving hiervoor.



NL

139

6. Nuttige informatie

Hoe de Gentle Temp 720 werkt

Deze thermometer meet de temperatuur aan de oppervlakte van het voorhoofd door infraroodstraling van de huid te detecteren bij het meetpunt en berekent vervolgens de oraal equivalente waarde dankzij een uniek algoritme, dat is gebaseerd op onderzoeksgegevens over de werkelijke lichaamstemperatuur.

Over lichaamstemperatuur

Lichaamstemperatuur verwijst naar de stabiele temperatuur van het inwendige lichaam (ook wel de *kerntemperatuur van het lichaam* genoemd). Terwijl temperatuurmetingen in de oksel of mond waarden voor de oppervlaktetemperatuur opleveren, kunt u door gedurende ongeveer 10 minuten de thermometer stabiel bij het meetpunt te houden, een temperatuurmeting bereiken die veel nauwkeuriger de kerntemperatuur van het lichaam weergeeft.

Aangezien de meting van de voorhoofdtemperatuur geen lichamelijke ondersteuning van de thermometer vereist, is de resulterende gemeten temperatuur in de meeste gevallen lager dan die in de oksel of mond.


Het voorhoofd bevat echter bloedvaten die veel minder gevoelig zijn voor vasculaire constrictie (een natuurlijke functie van aanpassing aan de lichaamstemperatuur), waardoor het een verondersteld beter meetgebied voor bepaling van de kerntemperatuur van het lichaam is, zelfs in een omgeving met een lagere temperatuur. In tegenstelling daarmee is de temperatuur die bijvoorbeeld bij arm of been wordt gemeten niet geschikt als ijkpunt voor de kerntemperatuur van het lichaam, aangezien deze lichaamsdelen meer onderhevig zijn aan vasculaire constrictie.

(Let op dat de gemeten temperatuur op het voorhoofd kan nog steeds worden beïnvloed door andere omstandigheden, bijvoorbeeld zweten of de tochtstroom van een airconditioner. Het wordt daarom aanbevolen de meting te verrichten in een zo stabiel mogelijke omgeving.)

Wanneer u de temperatuur meet van een jong kind, moet u er rekening mee houden dat de lichaamstemperatuur van een jong kind meestal hoger is dan die van een volwassene en sneller wordt beïnvloed door externe factoren. De lichaamstemperatuur stijgt bijvoorbeeld meestal na het huilen of na een voeding. Het wordt dan ook aangeraden metingen te verrichten bij een jong kind onder rustige en normale omstandigheden.

6. Nuttige informatie

Temperatuurverschillen tussen lichaamstemperatuur en voorhoofdtemperatuur



Deze thermometer meet de temperatuur aan de oppervlakte van het voorhoofd door infraroodstraling van de huid te detecteren bij het meetpunt en berekent vervolgens de oraal equivalente waarde dankzij een uniek algoritme (modus voor voorhoofdmeting) dat is gebaseerd op onderzoeksgegevens over de werkelijke lichaamstemperatuur.


6. Nuttige informatie

Uw eigen normale temperatuur kennen

Om een juiste beoordeling te kunnen maken van vermeende koorts, is het belangrijk om uw eigen normale temperatuur te kennen. De normale temperatuur varieert per persoon en wijzigt ook gedurende de dag. Bovendien kunnen gemeten lichaamstemperaturen variëren afhankelijk van de thermometer of van het lichaamsdeel waar u meet (zie de grafiek "Variaties in kerntemperaturen van het lichaam verkregen op voorhoofd en in mond"). Als u uw eigen normale temperatuur wilt bepalen, bevelen wij daarom aan om regelmatig metingen te verrichten onder de volgende omstandigheden:

- Meet met dezelfde thermometer.
- Meet op dezelfde plek.
- Meet op hetzelfde tijdstip.


Variaties in kerntemperaturen van het lichaam verkregen op voorhoofd en in mond
(Onderzochte casussen: 190, leeftijden: 0–68, omgevingstemperatuur: $23\pm2^\circ\text{C}$)



OMRON

Термометр электронный
медицинский
Gentle Temp® 720 (MC-720-E)
(цифровой лобный термометр)
Руководство по эксплуатации

All for Healthcare



Русский

PG EAC

Содержание

Благодарим за приобретение термометра электронного медицинского OMRON Gentle Temp 720 (цифровой лобный термометр).

Назначение:

Термометр OMRON Gentle Temp 720 обеспечивает безопасное, удобное и быстрое измерение температуры на лбу.

Прибор предназначен для измерения взрослыми собственной температуры тела, а также температуры тела детей и младенцев. Кроме того, пользователь должен понимать основные принципы работы прибора и сведения, изложенные в руководстве по эксплуатации.

Данный термометр предназначен в основном для домашнего использования.

Важная информация по безопасности	145
1. Описание прибора	147
2. Подготовка к работе	148
2.1 Удаление изоляционной ленты	148
2.2 Переключение между °C и °F	148
2.3 Настройка звукового сигнала	149
3. Использование прибора	150
3.1 Проведение измерений	150
3.2 Использование функции памяти	154
4. Поиск и устранение неисправностей и уход	155
4.1 Значки и сообщения об ошибках	155
4.2 Вопросы и ответы	158
4.3 Уход	159
4.4 Замена элемента питания	160
5. Технические характеристики	161
6. Полезная информация	165



Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием этого прибора.
Сохраните данное руководство, чтобы обращаться к нему по мере необходимости. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ относительно конкретных значений вашей температуры тела.

Важная информация по безопасности

Чтобы гарантировать правильное использование термометра, необходимо неукоснительно соблюдать основные правила безопасности, включая приведенные ниже меры предосторожности.

⚠ Предупреждение! Следующие ситуации являются потенциально опасными, и если их не предотвратить, могут привести к смерти или серьезной травме.

- Самостоятельная постановка диагноза на основании результатов измерения и/или самолечение могут представлять опасность. Следуйте инструкциям вашего врача. Самостоятельный диагноз может привести к ухудшению симптомов.
- При высокой температуре, а также если температура не снижается в течение длительного времени, необходимо обратиться за медицинской помощью. Особенно это касается маленьких детей. Обратитесь к своему врачу.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Содержит мелкие детали, которые могут вызвать удушье при их проглатывании маленькими детьми.
- Не бросайте элементы питания в огонь. Элемент питания может взорваться.
- Если прибор не предполагается использовать три месяца и более, извлеките элемент питания. В противном случае возможны протекание, тепловыделение или взрыв элемента питания и повреждение прибора.
- Не используйте прибор для измерения поверхности объекта с температурой выше 80,0 °C (176,0 °F).
- Во время измерений убедитесь, что на расстоянии 30 см от прибора нет мобильных телефонов или любых других электрических устройств, излучающих электромагнитные волны. Это может привести к неправильной работе прибора и получению неточных результатов измерений.

Общие меры предосторожности

- Этот прибор используется исключительно для измерения температуры на лбу или температуры поверхности.
- Не подвергайте основной прибор сильным ударам или вибрациям, не роняйте его и не наступайте на него.
- Основной прибор не является водонепроницаемым. Обращайтесь с этим прибором осторожно, не допускайте попадания жидкости (спирта, воды или горячей воды) внутрь основного прибора. В случае попадания влаги на прибор дождитесь его высыхания или протрите его мягкой сухой тканью.
- Не разбирайте, не ремонтируйте прибор и не изменяйте его конструкцию.

RU

145

Важная информация по безопасности

- При загрязнении инфракрасного датчика осторожно протрите его мягкой сухой тканью или ватным тампоном. Не протирайте инфракрасный датчик санитарно-гигиенической бумагой или бумажной салфеткой.
- Если температура места хранения прибора отличается от температуры помещения, где выполняется измерение, оставьте прибор в комнате, в которой вы будете его использовать, более чем на 30 минут, чтобы прибор нагрелся до комнатной температуры перед измерением.
- Если лоб пациента холодный, то перед измерением температуры дождитесь, пока он нагреется. Результат измерения может оказаться низким при использовании холодного компресса или пакета со льдом, либо сразу после входа в помещение с улицы в холодное время года.
- Не используйте прибор после купания, приема ванны или при потоотделении после физических упражнений, поскольку в этих случаях температура кожи может понижаться. Прежде чем приступить к измерению, вытритесь насухо и подождите 30 минут, пока тело не акклиматизируется к комнатной температуре.
- Не прикасайтесь к инфракрасному датчику пальцем и не дышите на него.
- Не пытайтесь измерить температуру влажным прибором, поскольку показания могут быть неточными.
- До и после измерения убедитесь в том, что на дисплее отображается значок соответствующего режима измерения.
- При измерении температуры объекта с низкой теплоотдачей (например, из золота или алюминия) возможны неточные показания.
- При измерении температуры объектов с низкой теплоотдачей (например, молока) в режиме измерения температуры поверхности могут быть получены несколько заниженные результаты.
- Информиру врача о своей температуре, обязательно сообщите ему, что температура измерялась на лбу.


1. Описание прибора

Основной прибор:



Рабочая часть аппарата (Тип BF)

Дисплей:



2. Подготовка к работе

2.1 Удаление изоляционной ленты

При первом использовании термометра извлеките изоляционную ленту из отсека для элементов питания.

Через 1 минуту после включения прибора на дисплее отображается комнатная температура.

Примечания

- Комнатная температура продолжает отображаться на дисплее даже после выключения прибора.
- Поместите прибор на ровную поверхность при комнатной температуре в место, не подверженное воздействию прямого солнечного света, кондиционированного воздуха и т.п.

2.2 Переключение между °C и °F

По умолчанию этот прибор настроен на °C.

1. При отображении комнатной температуры нажмите и удерживайте кнопку START (ПУСК).
2. Не отпуская эту кнопку, нажмите и удерживайте кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ) до тех пор, пока на дисплее не отобразится °F в сопровождении двух звуковых сигналов.

Примечания

- Чтобы вновь выбрать режим °C начните настройку с шага 1.
- При переключении прибора между режимами °C и °F удаляются все показания, сохраненные в памяти.

2. Подготовка к работе

2.3 Настройка звукового сигнала


По умолчанию звуковой сигнал включен, но его можно отключить.

Примечание. Звуковой сигнал доступен только в режиме измерения температуры на лбу.

1. Нажмите кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ), чтобы включить прибор.


2. Нажмите и удерживайте кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ) в течение 3 секунд.

На дисплее мигает значок «».



3. Отпустите кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ).

Значок «» продолжает гореть, и звуковой сигнал отключается.



Примечания

- Если кнопка ON/MEM (ВКЛ/ПАМ) остается нажатой дольше 5 секунд после того, как начнет мигать значок «», прибор выключается без отключения звукового сигнала.
- Чтобы вновь включить звуковой сигнал, начните настройку с шага 1.

3. Использование прибора

3.1 Проведение измерений

Режим измерения температуры на лбу

В этом режиме отображается значение, полученное при измерении температуры на лбу, которое эквивалентно значению температуры во рту.

Постоянно следите за чистотой и целостностью инфракрасного датчика, а также за тем, чтобы лоб был чист, на нем отсутствовали следы пота, косметики, шрамы и т.д.


Перед измерением убедитесь в том, что пациент не принимал ванну, не выполнял физических упражнений в последние 30 минут и находился в состоянии покоя последние 5 минут.

Рекомендуется выполнять измерения три раза. Если результаты трех измерений различны, выберите самую высокую температуру.

1. Чтобы снять крышку зонда, потяните ее.

2. Нажмите кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ).

Все индикаторы отображаются на дисплее в течение 1 секунды.
Затем отображается показанный справа дисплей и подается два звуковых сигнала.



3. Использование прибора

3. Расположите инфракрасный датчик на расстоянии от 1 до 3 см от центра лба.

Примечания

- Слишком долгое удержание прибора в руке может привести к нагреванию инфракрасного датчика. Это может привести к более низкому значению измерения температуры тела, чем обычно.
- Сохраняйте неподвижность во время измерения.



4. Нажмите кнопку START (ПУСК).

Измерение завершается через одну секунду, и подается длинный звуковой сигнал.



RU

151

3. Использование прибора

5. Уберите прибор ото лба и проверьте результат измерения.

Подсветка дисплея загорается на 5 секунд.

Примечания

- Если результат выше 42,2 °C (108,0 °F), на дисплее отображается символ «Hi» (высокое значение).
- Если результат ниже 34,0 °C (93,2 °F), на дисплее отображается символ «Lo» (низкое значение).
- Следующее измерение возможно после отключения подсветки дисплея и подачи двух звуковых сигналов. Убедитесь в том, что значок «» продолжает гореть.
- После выполнения второго измерения значение первого измерения отображается в правом углу, значение второго – в центре.



6. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ) до появления «OFF» (ВЫКЛ) на дисплее.

Прибор сохраняет значения измерений в памяти, а затем выключается, и на его дисплее отображается комната температура.

Прибор также выключается автоматически, если в течение 1 минуты не выполняется никаких действий.

3. Использование прибора

Режим измерения температуры поверхности


В режиме измерения температуры поверхности отображается фактическая и нескорректированная температура поверхности объекта, которая отличается от температуры тела. Этот режим помогает определить, пригодна ли температура объекта для пациента или ребенка (например, молоко для вскармливания). По умолчанию прибор настроен на режим измерения температуры на лбу. Выполните шаги ниже, чтобы переключиться на режим измерения температуры поверхности.

1. Нажмите кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ), чтобы включить прибор.

2. Нажмите и удерживайте кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ).

Удерживая ее нажатой, нажмите кнопку START (ПУСК).

На дисплее отображается значок «».



3. Переместите прибор ближе к объекту и нажмите кнопку START (ПУСК).

Измерение выполняется непрерывно до отпускания кнопки START (ПУСК).

Примечания

- При использовании режима измерения температуры поверхности располагайте инфракрасный датчик как можно ближе к объекту (рекомендуемое расстояние: 1 см). Инфракрасный датчик не должен касаться объекта.
- В режиме измерения температуры поверхности отображается температура поверхности. Значения поверхностной и внутренней температуры могут различаться. Убедитесь в безопасности измерения температуры объекта с крайне высокой или крайне низкой температурой.
- В этом режиме подсветка дисплея не включается и подача звуковых сигналов отключена.
- Чтобы переключиться на режим измерения температуры на лбу, вернитесь к шагу 2 и убедитесь, что значок  изменился на значок .
- Прибор автоматически выключается, если в течение 1 минуты не выполняется никаких действий, и на дисплее отображается комнатная температура. Чтобы отключить прибор вручную, можно нажать и удерживать кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ) до отображения на дисплее сообщения «OFF» (ВЫКЛ).
- Режим измерения температуры поверхности не предназначен для измерения температуры тела или использования в медицинских целях.

RU

153

3. Использование прибора

3.2 Использование функции памяти

Этот прибор автоматически сохраняет результаты последних 25 измерений (исключая результаты «Hi»/«Lo»).

Примечания

- При заполнении памяти прибор удаляет самое старое показание.
- При переключении прибора между режимами °C и °F удаляются все показания, сохраненные в памяти.

1. Нажмите кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ), чтобы включить прибор.

2. Снова нажмите кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ)

На дисплее отображается номер ячейки памяти.



3. Отпустите кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ).

На дисплее отображается самый последний результат.

Несколько раз нажмите кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ) для просмотра более старых результатов.



4. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ) до появления «OFF» (ВЫКЛ) на дисплее.

Прибор выключается, и на дисплее отображается комнатная температура.

4. Поиск и устранение неисправностей и уход

4.1 Значки и сообщения об ошибках


При возникновении любых неполадок во время измерения, описанных ниже, прежде всего убедитесь, что на расстоянии 30 см от прибора нет электрических устройств. Если неполадку устранить не удается, см. таблицу ниже.

Условное обозначение ошибки	Причина	Способ решения
	Низкий уровень заряда элемента питания.	Замените элемент питания. (См. раздел 4.4)
	Попытка измерения до подтверждения готовности прибора к измерению.	Подождите, пока значки не перестанут мигать.
	Прибор показывает резкое изменение температуры окружающей среды.	Оставьте термометр в помещении минимум на 30 минут при комнатной температуре: 10 °C–40 °C (50 °F–104 °F)

RU

155

4. Поиск и устранение неисправностей и уход

Условное обозначение ошибки	Причина	Способ решения
	Температура окружающей среды не находится в диапазоне 10 °C–40 °C (50 °F–104 °F).	Оставьте термометр в помещении минимум на 30 минут при комнатной температуре: 10 °C–40 °C (50 °F–104 °F).
	Ошибки 5–9 указывают на неисправность прибора.	Извлеките элемент питания, подождите 1 минуту, вставьте элемент питания на место и включите прибор. Если сообщение продолжает появляться, обратитесь в розничную торговую точку компании OMRON или к дистрибутору для проверки прибора.
	<ul style="list-style-type: none">Режим измерения температуры на лбу: значение температуры выше +42,2 °C (108 °F).Режим измерения температуры поверхности: значение температуры выше +80 °C (176 °F).	Используйте прибор в его рабочем диапазоне измерения. Если неисправность устранить не удается, обратитесь в Центр технического обслуживания изделий торговой марки OMRON по адресу, указанному в гарантийном талоне.

4. Поиск и устранение неисправностей и уход

Условное обозначение ошибки	Причина	Способ решения
	<ul style="list-style-type: none">Режим измерения температуры на лбу: значение температуры ниже +34 °C (93,2 °F).Режим измерения температуры поверхности: значение температуры ниже -22 °C (-7,6 °F).	Используйте прибор в его рабочем диапазоне измерения. Если неисправность устранить не удается, обратитесь в Центр технического обслуживания изделий торговой марки OMRON по адресу, указанному в гарантийном талоне.
	Не удается включить питание прибора для стадии готовности.	Замените элемент питания на новый. (См. раздел 4.4)

RU

157

4. Поиск и устранение неисправностей и уход

4.2 Вопросы и ответы

1. Указанная температура довольно высокая.

- Прибор хранился в холодном помещении.
Если прибор хранился в холодном помещении, измеренная температура может оказаться завышенной, если она измеряется сразу после переноса прибора в помещение, в котором поддерживается нормальная температура. Перед проведением измерения температуры оставьте прибор на 30 минут в помещении, в котором он будет использоваться. Рекомендуется хранить прибор в помещении, в котором планируется измерять температуру.
- Инфракрасный датчик подвергался воздействию прямого солнечного света
- Измерение выполнялось вскоре после того, как ребенок плакал.
При плаче температура лица может повышаться.

2. Указанная температура довольно низкая.

- На теле выступил пот.
Не используйте прибор после купания, приема ванны или при потоотделении после физических упражнений, поскольку в этих случаях температура кожи может понижаться. Прежде чем приступить к измерению, вытритесь насухо и подождите 30 минут, пока тело не акклиматизируется к комнатной температуре.
- Инфракрасный датчик загрязнен.
Очистите инфракрасный датчик ватным тампоном или хлопковой тканью с мягким и чистым волокном, смоченным в 70 % растворе спирта.
- Измерение выполнялось в режиме измерения температуры поверхности.
Используйте режим измерения температуры на лбу.
- Измерение выполнялось вскоре после того, как пациент находился вне помещения в холодную погоду.
Подождите, пока лоб нагреется.
- Измерение выполнялось не на лбу.
Убедитесь в том, что измерение выполняется точно на лбу (в центральной части), а не на прилегающих областях (например, на границе волосяного покрова).

4. Поиск и устранение неисправностей и уход

3. Значения измерений различаются.

- Измерения выполнены не в одном месте.
- Инфракрасный датчик загрязнен.

4. Значение температуры, полученное с помощью этого прибора, не является эквивалентным значению температуры, измеренной оральным способом.

- Термометры для измерения на лбу могут не всегда точно вычислять температуру, эквивалентную значению, полученному при оральном измерении.
Рекомендуется выполнять регулярные измерения температуры у пациентов (например, членов семьи и т.д.), которые находятся в хорошем физическом состоянии, чтобы выяснить их нормальную температуру.

4.3 Уход

- Проверяйте исправность прибора в случае его падения. В случае сомнений обратитесь в розничную торговую точку компании OMRON или к дистрибутору для проверки прибора.
- Чистите инфракрасный датчик с осторожностью, чтобы избежать повреждения.
 - Для очистки инфракрасного датчика используйте ватный тампон или хлопковую ткань с мягким и чистым волокном, смоченные 70 % раствором спирта.
 - Дайте прибору высоконуть в течение не менее 1 минуты.
- Запрещается хранить прибор в следующих местах (в противном случае возможно повреждение прибора):
 - в сырых местах;
 - в местах с высокой влажностью и температурой, а также не защищенных от прямых солнечных лучей; вблизи нагревательных устройств, в среде с повышенной запыленностью или с высокой концентрацией соли в воздухе;
 - в местах, где прибор будет подвергаться давлению, падению, ударам или вибрации;
 - в местах хранения лекарственных препаратов или с наличием агрессивных газов.

RU

159


4. Поиск и устранение неисправностей и уход

4.4 Замена элемента питания


Элемент питания: литиевый элемент питания CR2032 таблеточного типа
Используйте элемент питания в течение рекомендованного времени, которое указано на нем.

Примечание. Для защиты окружающей среды утилизируйте использованные элементы питания в соответствии с местными нормами утилизации бытовых отходов. Утилизация осуществляется в магазине розничной торговли или в соответствующих пунктах сбора бытовых отходов.

- Извлеките винт и снимите крышку отсека для элементов питания.**




- Извлеките элемент питания с помощью остроконечного предмета.**



Примечание. Не используйте металлические инструменты, поскольку ими можно повредить прилегающие части прибора.

- Вставьте новый элемент питания под металлический крючок с правой стороны и нажмите на левую сторону элемента питания до щелчка.**



Примечание. Новый элемент питания вставляется положительным полюсом (+) вверх.

- Закройте крышку отсека для элементов питания и закрепите винт.**

5. Технические характеристики

Наименование

Термометр электронный медицинский OMRON

Модель

Gentle Temp 720 (MC-720-E)

Тип датчика

Инфракрасный датчик мгновенного действия

Место измерения

лоб, предметы, окружающая среда

Индикатор температуры

4 цифры, отображение °F

3 цифры, отображение °C

0,1 °C

±0,2 °C (±0,4 °F) в пределах от 35,0 до 42,0 °C (от 95,0 до 107,6 °F),

±0,3 °C (±0,5 °F) для другого диапазона

±0,3 °C (±0,5 °F) в пределах от 22,0 до 42,2 °C (от 71,6 до 108,0 °F),

±2 °C (±3,6 °F) или ±4% для другого диапазона

±2 °C (±3,6 °F) в пределах от 10 до 40 °C (от 50 до 104 °F)

Цена единицы наименьшего разряда индикатора

от 34,0 °C (93,2 °F) до 42,2 °C (108,0 °F)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры на лбу

от -22,0 °C (-7,6 °F) до 80,0 °C (176,0 °F)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры предметов

от 10 °C (50 °F) до 40 °C (104 °F)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры окружающей среды

Не более 1 сек.

Диапазон измерения температуры на лбу

25 измерений

Диапазон измерения температуры предметов

3,0 В постоянного тока, один литиевый элемент питания CR2032

Диапазон измерения температуры окружающей среды

таблеточного типа

Время измерения:

0,018 Вт

Память:

3 года

Питание от внутренних элементов питания с номинальным напряжением

Прибл. 2500 измерений или более с новым элементом питания

Потребляемая мощность**Срок службы:****Срок службы элемента питания**

RU

161

5. Технические характеристики

Условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха от 10 °C (50 °F) до 40 °C (104 °F)
относительная влажность от 15 % до 85 %
атмосферное давление от 70 до 106 кПа

условия хранения и транспортирования:

температура окружающего воздуха от -20 °C (-4 °F) до 60 °C (140 °F)
относительная влажность от 10 % до 95 %

Защита от поражения электрическим током

Классификация IP:

Рабочая часть аппарата

Масса (с элементом питания)

Габаритные размеры

Комплект поставки

от 10 °C (50 °F) до 40 °C (104 °F)
от 15 % до 85 %
от 70 до 106 кПа

от -20 °C (-4 °F) до 60 °C (140 °F)
от 10 % до 95 %

Медицинское электрооборудование с внутренним источником питания

IP22

Тип BF (Вокруг инфракрасного датчика. См. раздел «Описание прибора» на стр. 147)

Не более 90 г

Не более 45 мм (ш) × 155 мм (в) × 67 мм (г)

Термометр, элемент питания, тип CR2032, крышка зонда, руководство по эксплуатации, гарантийный талон

*Классификация IP представляет собой степень защиты в соответствии со стандартом IEC 60529.

Этот прибор защищен от проникновения твердых посторонних объектов диаметром 12 мм (например, палец) или больше.

Этот прибор снабжен защитой против падающих под наклоном капель воды, способных вызвать неполадки.

Примечания

- Данное изделие OMRON изготовлено в условиях применения системы строгого контроля качества компании OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Япония.
- Это устройство удовлетворяет положениям директивы EC 93/42/EEC (Директива о медицинских устройствах) и Европейскому стандарту EN ISO 80601-2-56:2012: Особые требования для обеспечения основ безопасности и функционирования медицинских термометров для измерения температуры тела.

5. Технические характеристики

Расшифровка условных обозначений, значков, символов и пиктограмм, которые, в зависимости от изделия и модели, могут располагаться на изделии, товарной упаковке и в сопроводительной документации

	Рабочая часть типа BF Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки)		Порядковый (серийный) номер
IP XX	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (МЭК 60529)		Код (номер) партии
	Знак соответствия директиве ЕС		Температурный диапазон
	Знак соответствия		Диапазон влажности
	Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза		Ограничение атмосферного давления
	Пользователю следует обратиться к руководству по эксплуатации		

Дата производства зашифрована в серийном номере или ЛОТ номере, который находится на корпусе прибора и/или товарной упаковке: первые 4 цифры обозначают год производства, следующие 2 цифры – месяц производства.

CE 0197

163

5. Технические характеристики

Компания OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. предоставляет гарантию на это изделие на 3 года с момента приобретения. Гарантия не покрывает элемент питания, упаковку и/или повреждения любого рода, возникшие вследствие ненадлежащего использования (например, падения или неправильной эксплуатации). Заявленные изделия будут заменены только в том случае, если они будут возвращены вместе с оригиналом счета-фактуры/кассового чека.
Не разбирайте прибор и не изменяйте его конструкцию. Изменения или модификации, не одобренные компанией OMRON HEALTHCARE, приведут к аннулированию гарантии пользователя. Для получения более подробной информации, см. гарантинный талон.
Вышеперечисленные общие гарантийные условия предоставляются производителем для всех потребителей продукции.
Верная и актуальная информация импортера (дистрибутора) по установленным гарантийным срокам, обязательствам, центрам технического обслуживания изложена в Гарантинном талоне.

Термометр электронный медицинский OMRON

Модель: Gentle Temp 720 (MC-720-E)

Важная информация об электромагнитной совместимости (EMC)

Gentle Temp 720 (MC-720-E) произведенный компанией OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., удовлетворяет требованиям стандарта EN60601-1-2:2015 относительно электромагнитной совместимости (EMC).
Дополнительная документация о соответствии стандарту EMC находится в офисе компании OMRON HEALTHCARE EUROPE по адресу, указанному в этом руководстве по эксплуатации, или же по адресу www.omron-healthcare.com.
См. информацию о EMC для Gentle Temp 720 (MC-720-E) на веб-сайте или в гарантинном талоне, в случае покупки прибора в России.


Правильная утилизация данного прибора (отходов электрического и электронного оборудования)

Данная маркировка, указанная на изделии или в его документации, означает, что изделие не подлежит утилизации с другими бытовыми отходами по завершении его срока службы. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека вследствие бесконтрольного удаления отходов отделите это изделие от других типов бытовых отходов и утилизируйте его с надлежащей ответственностью с целью экологически рационального повторного использования материальных ресурсов.

Бытовым потребителям следует обратиться либо в магазин розничной торговли, где было приобретено это изделие, либо в местное правительственные учреждение для получения подробных сведений о месте и способе экологически безопасной утилизации данного устройства.

Промышленные потребители должны обратиться к своему поставщику и проверить условия контракта на закупку. Данное изделие не подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами.

Для утилизации использованных элементов питания обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в вашем населенном пункте или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данные элементы питания для экологически безопасной переработки.



По окончании срока службы изделия, его необходимо утилизировать в соответствии с национальными и региональными нормативными актами. В медицинских учреждениях, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» изделие подлежит утилизации как изделие класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам).

6. Полезная информация

Принцип действия медицинского термометра Gentle Temp 720

Этот прибор измеряет температуру на поверхности лба, считывая инфракрасное излучение кожи в точке измерения, а затем рассчитывая значение эквивалента орального измерения с помощью уникального алгоритма на основе данных обследования фактической температуры тела.

О температуре тела

Под температурой тела понимается стабильная внутренняя температура внутренних органов (также называемая центральной температурой тела). Хотя при измерении температуры в подмышечной области или во рту обеспечивается получение значений температуры поверхности, стабильное удержание термометра в точке измерения в течение приблизительно 10 минут позволяет получить более точную центральную температуру тела. Поскольку при измерении температуры на лбу термометр не удерживается на теле, измеренная результатирующая температура обычно ниже, чем при измерении в подмышечной области или во рту. Однако поскольку кровеносные сосуды лба менее всего подвержены сужению (естественная функция регуляции температуры тела), эта область предположительно лучше подходит для измерений центральной температуры тела даже в условиях низких температур. Напротив, температура, измеренная, например, на руке или на ноге, не является надежным критерием для измерения центральной температуры, поскольку эти области тела более подвержены сужению сосудов.

(Обратите внимание, что на температуру, измеренную на лбу, все же могут оказывать воздействие другие условия (например потоотделение, поток воздуха из кондиционера и т.д.). Поэтому рекомендуется выполнять измерения в максимально стабильной среде.)


RU

При измерении температуры младенца обратите внимание на то, что температура тела младенца обычно выше, чем температура тела взрослого, а также подвержена значительному воздействию внешних факторов. Например, температура тела, как правило, повышается после кормления или плача. Поэтому рекомендуется измерять температуру в тот момент, когда ребенок спокоен и находится в нормальном состоянии.

165

6. Полезная информация

Температурные различия между температурой тела и температурой лба



Этот прибор измеряет температуру на поверхности лба, считывая инфракрасное излучение кожи в точке измерения, а затем рассчитывая значение эквивалента орального измерения с помощью уникального алгоритма (режим измерения температуры на лбу) на основе данных обследования фактической температуры тела.


6. Полезная информация

Нормальная температура тела пациента

Чтобы сделать вывод о том, что температура тела повышенна, важно знать, какова нормальная температура пациента. Нормальная температура различается у различных индивидуумов, а также изменяется в течение суток. Кроме того, измеренные температуры тела могут различаться в зависимости от термометра или части тела, на которой выполняется измерение (см. график «Различия в значениях центральной температуры тела, полученных при измерении на лбу и во рту»). Поэтому, чтобы определить нормальную температуру, рекомендуется выполнять регулярные измерения в следующих условиях:

- измерять одним и тем же термометром;
- измерять в одной и той же области;
- измерять в одно и то же время суток.

Различия в значениях центральной температуры тела, полученных при измерении на лбу и во рту
(число обследований: 190, возраст: 0–68, температура окружающей среды: $23\pm2^{\circ}\text{C}$)



RU

167

İçindekiler

OMRON Gentle Temp 720 Kızılıötesi Alın Termometresini satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Kullanım Yeri:

OMRON Gentle Temp 720, alından rahat, güvenli, hassas ve hızlı sıcaklık ölçümü sunar. Buna ek olarak, cihaz oda sıcaklığı ölçümünün yanı sıra nesne yüzeyi sıcaklık ölçümü yapmaya da elverişlidir.

Amaçlanan Kullanıcı:

En az 11 yaşında (5 yıl yoğun okuma deneyimi), üst sınır yok.
Bu temel olarak ev kullanımı için tasarlanmıştır.

Önemli Güvenlik Bilgileri	169	4. Sorun Giderme ve Bakım	179
1. Genel bakış	171	4.1 Simgeler ve Hata Mesajları	179
2. Hazırlık	172	4.2 Sorular ve Yanıtlar	182
2.1 Yalıtım Bandının Çıkarılması	172	4.3 Bakım	183
2.2 °C ile °F arasında seçim	172	4.4 Pilin Değiştirilmesi	184
2.3 Sesli İkazın Ayarlanması	173	5. Teknik Veriler	185
3. Ünitenin Kullanımı	174	6. Bazı Yararlı Bilgiler	189
3.1 Ölçüm Yapılması	174		
3.2 Bellek Fonksiyonunun Kullanımı	178		



Bu üniteyi kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu okuyun.
Gerektiğinde bilmek için saklayınız. Sıcaklığınız hakkında spesifik bilgiler için
HEKİMINİZE BAŞVURUN.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Ürünün düzgün şekilde kullanılması için temel güvenlik önlemlerine ve aşağıda belirtilen önlemlere uyulması gerekmektedir.

⚠ Uyarı: Aşağıdaki durumların tehlikeli olabileceğini söylemektedir. Bu durumlar söz konusudur ve kaçınılmazsa ölüm ya da ciddi yaralanmaya sebebiyet verebilir.

- Ölçüm sonuçları ve/veya tedaviye dayalı olarak kendiliğinden arıza teşhisin yapılması tehlikeli olabilir. Lütfen hekiminizin talimatlarını takip edin. Kendiliğinden arıza teşhisini belirtileri kötülestirebilir.
- Yüksek veya uzun süreli ateşli olma hali, özellikle küçük çocuklarda, tıbbi müdahale gerektirir. Lütfen doktorunuza başvurun.
- Üniteyi çocukların erişmeyeceği yerde tutun.
- Bebekler tarafından yutulursa boğulma tehlikesi yaratabilecek küçük parçalar içerir.
- Pilleri ateşe atmayın. Pil patlayabilir.
- Termometre üç ay veya daha uzun bir süre kullanılmayacaksça pil çikarın. Buna dikkat edilmemesi sıvı kaçağında, ısı oluşumuna veya patlamaya yol açarak ünitenin hasar görmesine yol açabilir.
- Üniteyi, sıcaklığı 80°C (176°F) üzerinde olan herhangi bir ögeyi ölçmek amacıyla kullanmayın.
- Ölçüm sırasında, cihaza 30 cm'lik mesafe içinde cep telefonu veya elektromanyetik alanlar yayan herhangi bir elektrikli cihaz bulunmadığından emin olun. Bu durum, cihazın yanlış çalışmasına yol açabilir ve/veya okumanın hatalı yapılmasına neden olabilir.

Genel Uyarılar

- Bu üniteyi insan alın veya yüzeysel sıcaklık ölçüyü dışında bir amaçla kullanmayın.
- Ana üniteye vurmayın, düşürmeyin, üzerine basmayın veya sarsmayın.
- Ana ünite su geçirmez değildir. Bu üniteyi kullanırken ana üniteye sıvı girmemesine çok dikkat edin (alkol, su ya da sıcak su). Ünite buharla islandıgında, kuruyana dek bekleyin ve yumuşak kuru bir bezle hafifçe silin.
- Üniteyi parçalarına ayırmayın, onarmayın ya da modifiye etmeyin.
- Prob camı kırıldığında, bunu yavaşça yumuşak kuru bez ya da pamukla silin. Prob camını kağıt mendil ya da havlu ile silmeyin.
- Ünitenin saklandığı yer ile ölçüm yapacağınız yer arasında sıcaklık farkı varsa, üniteyi kullanacağınız yerde 30 dakikadan fazla tutarak öncelikle oda sıcaklığına gelmesini sağlayın ve ardından ölçüm yapın.

TR


169

Önemli Güvenlik Bilgileri


- Alın soğuk ise, sıcaklık ölçümünden önce alın ısınmasını bekleyin. Ölçüm sonucu, bir buz torbası kullandığınızda ya da kışın dışarıdan yeni geldiğinizde düşük çıkabilir.
- Yüzmenin, banyonun ya da fiziksel egzersizin ardından terleme sonrası üniteyi kullanmayın, çünkü cilt sıcaklığı düşmüş olabilir. Nem silin ve ölçümden önce vücudun oda sıcaklığına uyumu için 30 dakika bekleyin.
- Prob camına parmakla dokunmayın ya da üzerine nefes vermeyin.
- Yanlış okumalara yok açabilecekinden ünite islamken ölçüm yapmaya çalışmayın.
- Ölçümün uygun moda alınması için ölçüm öncesi ve sonrasında ekrandaki simgeyi kontrol edin.
- Altın ya da alüminyum gibi düşük iletme sahip cisimlerin sıcaklığını ölçerken yanlış ölçümlerle karşılaşılabilir.
- Yüzey ölçüm modunda düşük iletme sahip şeylerin (süt gibi) sıcaklığını ölçerken biraz daha düşük değerler çıkabilir.
- Hekiminize sıcaklığı söylediğinizde, sıcaklığı alınızdan ölçtüğünüzü mutlaka belirtin.

1. Genel bakış

Ana ünite:



Ekran:



TR

171

2. Hazırlık



2.1 Yalıtım Bandının Çıkarılması

Termometreyi ilk kez kullanırken, yalıtım bandını pil bölmesinden çıkarın.

Ünite açılır ve 1 dakika sonra da oda sıcaklığı ekranda görünür.

Notlar:

- Ünite kapansa bile oda sıcaklığı ekranda kalır.
- Üniteyi oda sıcaklığında bir yerde düz bir yüzeye koyun (doğrudan güneş ışığı ya da klima, vb.'ne maruz kalmayan).



2.2 °C ile °F arasında seçim


Bu ünite varsayılan olarak °C konumuna ayarlıdır.

1. Oda sıcaklığı gösterilirken, BAŞLAT düğmesini basılı tutun.

2. Basılı tutarken, °F ekranda iki bip ile görünene dek AÇIK/BELLEK düğmesini basılı tutun.

Notlar:

- °C modunu yeniden seçmek için adım 1'den başlayın.
- Ünite, °C ile °F arasında geçiş yaptığında, bellekte saklanan tüm değerler silinir.



2. Hazırlık

2.3 Sesli İkazın Ayarlanması

Varsayılan olarak sesli ikaz çalışır fakat iptal de edilebilir.

Not: Sesli ikaz sadece alın ölçüm modunda mevcuttur.

1. Üniteyi açmak için AÇIK/BELLEK düğmesine basın.


2. 3 saniye süreyle AÇIK/BELLEK düğmesini basılı tutun.

Ekranda "⚡" simgesi yanıp söner.



3. AÇIK/BELLEK düğmesini bırakın.

"⚡" simgesi yanmayı sürdürür ve sesli ikaz kapanır.



TR

Notlar:

- AÇIK/BELLEK düğmesine "⚡" simgesinin yanıp sönmesinin ardından 5 saniyeden uzun süre basılırsa, ünite sesli ikazı devreye almadan kapanır.
- Sesli ikazı yeniden açmak için, adım 1'den başlayın.

173

3. Ünitenin Kullanımı


3.1 Ölçüm Yapılması

Alın Ölçüm Modu

Bu mod, ölçülen alın sıcaklığının oral-eşdeğer değerini görüntüler.
Prob camının daima temiz ve hasarsız olduğundan ve alında ter, kozmetik maddeler, yara izleri, vb. olmadığından emin olun.
Ölçüm öncesinde, son 30 dakika içinde hastanın banyo ya da egzersiz yapmaması ve en az 5 dakika stabil bir ortamda bulunması gereklidir.
Ölçümü üç kez yapmanız önerilir. Üç ölçüm farklısa, en yüksek sıcaklığı seçin.

- 1. Çıkarmak için prob camı kapağını çekin.**
- 2. AÇIK/BELLEK düğmesine basın.**

Tüm göstergeler ekranda 1 saniye süreyle görünür.
Ardından en sağda gösterilen ekran iki bip ile görünecektir.



3. Ünitenin Kullanımı

3. Prob camını alının ortasından 1 ila 3 cm uzakta tutun.

Notlar:

- Ünitenin elde uzun süre tutulması, probda daha yüksek ortam sıcaklığı değeri okunmasına neden olabilir. Bu durum, vücut sıcaklığı ölçümünü normalden aşağıda tutar.
- Ölçüm sırasında hareket etmeyin.



4. BAŞLAT düğmesine basın.

Ölçüm uzun bir bip sesiyle 1 saniyede tamamlanır.



TR

175


3. Ünitenin Kullanımı

5. Üniteyi alından uzaklaştırın ve ölçüm sonucunu kontrol edin.

Ekrana 5 saniye süreyle yanar.

Notlar:

- Sonuç 42.2°C den (108°F) yüksekse, ekranda "Hi" görünür.
Sonuç 34°C den (93.2°F) düşükse, ekranda "Lo" görünür.
- Ekrana ışığı iki bip ile söndükten sonra başka bir ölçüm yapabilirsiniz. "⊖" simgesinin yanındından emin olun.
- İkinci ölçümün ardından, ilk ölçüm sağ köşede gösterilirken ikincisi ise ortada gösterilir.



6. Üniteyi kapatmak için "OFF" (kapalı) ekranda görünene dek AÇIK/BELLEK düğmesini basılı tutun.

Ünite, ölçüyü bellekte saklar ve ardından oda sıcaklığı ile birlikte ekrandan gider.

1 dakika süreyle hiçbir işlem yapılmazsa ünite de otomatik kapanır.

3. Ünitenin Kullanımı

Yüzey Ölçüm Modu


Yüzey ölçüm modu, bir cismin vücut sıcaklığından farklı olan, gerçek ve ayarlanmamış yüzey sıcaklığını gösterir. Bu mod, nesne (bebek sütü gibi) sıcaklığının bir hasta ya da bebek için uygun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir.

Unite varsayılan olarak alın ölçüm moduna ayarlıdır. Yüzey ölçüm moduna geçmek için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Üniteyi açmak için AÇIK/BELLEK düğmesine basın.

2. AÇIK/BELLEK düğmesini basılı tutun. Basılı tutarken BAŞLAT düğmesine basın.

Ekranda “” simgesi görünür.



3. Üniteyi ilgili nesneye yakın tutun ve BAŞLAT düğmesine basın.

BAŞLAT düğmesi bırakılana dek sürekli olarak ölçüm yapar.

Notlar:

- Yüzey ölçüm modunda kullanırken prob camını nesneye olabildiğince yakın tutun (1 cm uzaklık önerilir). Prob camını doğrudan nesneye uygulamayın.
- Yüzey ölçüm modu yüzey sonucunu gösterir. Yüzey ve iç sıcaklık farklı olabilir. Aşırı yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklardaki bir nesneyi ölçerken bunun güvenli olduğunu emin olun.
- Bu modu kullanırken ekran yanmaz ve sesli ikaz kapanır.
- Alın ölçüm moduna geçmek için, adım 2'ye gidin ve  simgesinin  simgesine geçiş yaptığından emin olun.
- Oda sıcaklığı ekranda gösterilirken 1 dakika süreyle hiçbir işlem yapılmazsa unite otomatik olarak kapatılır. Birimi manuel olarak kapatmak için ekranada “OFF” görünene kadar ON/MEM düğmesine basın ve basılı tutun.
- Yüzey ölçüm modu, vücut sıcaklığı ölçümü ya da tıbbi kullanıma yönelik değildir.



TR

177

3. Ünitenin Kullanımı

3.2 Bellek Fonksiyonunun Kullanımı

Bu ünite otomatik olarak son 25 ölçüm sonucunu kaydeder (Hi/Lo sonuçlar hariç).

Notlar:

- Bellek doluya, ünite en eski değeri silecektir.
- Ünite, °C ile °F arasında geçiş yaptığında, bellekte saklanan tüm değerler silinir.

1. Üniteyi açmak için AÇIK/BELLEK düğmesine basın.

2. AÇIK/BELLEK düğmesine yeniden basın.

Bellek numarası ekranda görünür.



3. AÇIK/BELLEK düğmesini bırakın.

En son sonuç ekranda görünecektir.

En eski sonuçları görmek için AÇIK/BELLEK düğmesine ard arda basın.



4. Üniteyi kapatmak için "OFF" (kapalı) ekranda görünene dek AÇIK/BELLEK düğmesini basılı tutun.

Oda sıcaklığı ekrandayken ünite kapanır.

4. Sorun Giderme ve Bakım

4.1 Simgeler ve Hata Mesajları

Ölçüm sırasında aşağıdaki sorunlardan herhangi birinin görülmemesi halinde, öncelikle 30 cm'lik mesafe içinde başka bir elektrikli cihaz olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse lütfen aşağıdaki tabloya başvurun.

Hata Gösterimi	Neden	Çözüm
	Pil zayıf.	Pili değiştirin. (4.4 bölümüne bakın)
	Ünite stabilizasyonu öncesi ölçüm.	Tüm simgeler yanıp sönmeyi kesene dek bekleyin.
	Ünite, hızlı bir ortam sıcaklığı değişimi göstermekte.	Ünitemi bir odada, 10°C ile 40°C (50°F ile 104°F) arası sıcaklıkta en az 30 dakika bekletin.


TR

179

4. Sorun Giderme ve Bakım

Hata Gösterimi	Neden	Çözüm
	Ortam sıcaklığı 10°C–40°C (50°F–104°F) arası bir aralıktır değil.	Üniteyi bir odada, 10°C ile 40°C (50°F ile 104°F) arası sıcaklıkta en az 30 dakika bekletin.
	5–9 arası hatalar ünitede bir arızaya işaret eder.	Pili çıkarın, 1 dakika bekleyin, pili yeniden takın ve üniteyi yeniden açın. Mesaj yeniden görünürse, üniteyi kontrol ettmek için lütfen OMRON satıcısına ya da distribütörüne başvurun.
	<ul style="list-style-type: none">Alın ölçüm modu: Alınan sıcaklık +42,2°C'den (108°F) yüksek.Yüzey ölçüm modu: Alınan sıcaklık +80°C'den (176°F) yüksek.	Üniteyi ölçülebilir aralığında kullanın. Bir arıza hala varsa, bir OMRON bayisi ile temasla geçiniz.

4. Sorun Giderme ve Bakım

Hata Gösterimi	Neden	Çözüm
	<ul style="list-style-type: none">Alın ölçüm modu: Alınan sıcaklık +34°C'den (93,2°F) düşük.Yüzey ölçüm modu: Alınan sıcaklık -22°C'den (-7,6°F) düşük.	Üniteyi ölçülebilir aralığında kullanın. Bir arıza hala varsa, bir OMRON bayisi ile temasla geçiniz.
	Cihaz, hazırlık aşamasında açılamaz.	Yeni bir pile geçiş yapın. (4.4 bölümüne bakın)

TR

181

4. Sorun Giderme ve Bakım

4.2 Sorular ve Yanıtlar

1. Gösterilen sıcaklık oldukça yüksek.

- Ünite soğuk bir odada saklanmış.
Ünite soğuk bir odada saklanmışsa, üniteyi normal sıcaklıkta bir odaya getirdikten sonra sıcaklık ölçümü yaparsanız ölçülen sıcaklık yüksek çıkabilir. Üniteyi kullanacağı odada 30 dakika bırakıktan sonra sıcaklığı ölçün. Üniteyi, sıcaklık ölçümünü yapacağınız odada saklamamanız önerilir.
- Prob camı doğrudan güneş ışığına maruz kalmış.
- Ölüm hasta ağladıkten kısa süre sonra alınmış.
Ağlamak yüz sıcaklığını artırabilir.

2. Gösterilen sıcaklık oldukça düşük.

- Vücut terli.
Yüzmenin, banyonun ya da fiziksel egzersizin ardından terleme sonrası üniteyi kullanmayın, çünkü cilt sıcaklığı düşmüş olabilir. Nemli silin ve ölçümden önce vücudun oda sıcaklığına uyumu için 30 dakika be
- Prob camı kirli.
Prob camını temizlemek için %70 alkol ile nemlendirilmiş bir üstüyü ya da pamuk kullanın.
- Ölüm, yüzey sıcaklığı modunda alınmış.
Alın ölçümlü modunu kullanın.
- Ölçüm, hasta soğuk havada dışında kaldıktan kısa süre sonra alınmış.
Alın ısınana dek bekleyin.
- Ölçüm, alındıktan farklı bir yerde alınmış.
Saçın başladığı yer gibi yerlerden değil tam olarak alındıktan ölçüm yapmaya dikkat edin.

4. Sorun Giderme ve Bakım

3. Ölçüm sonuçlarında farklılıklar var.

- Ölçümler aynı yerden alınmamış.
- Prob camı kirli.

4. Bu ünitede ölçülen sıcaklık oral-sıcaklığa eşdeğer değil.

- Alın termometreleri her zaman tam doğru şekilde oral-eşdeğer değeri hesaplayamazlar.
Normal sıcaklığı öğrenmek için iyi fiziksel durumda aile bireyleri, vb. kişilerde düzenli ölçümler yapmanız önerilir.

4.3 Bakım

- Ünenin düşüp düşmediğini kontrol edin. Emin değilseniz, ünitesi kontrol ettirmek için OMRON satıcısına ya da distribütörünə başvurunuz.
- Zarar vermeden prob camını dikkatlice temizleyin.
 - Prob camını temizlemek için %70 alkol ile nemlendirilmiş bir üstüp ya da pamuk kullanın.
 - En az 1 dakika prob camının tam olarak kuruması için bekleyin.
- Ünitesi aşağıda belirtilen türde yerlerde saklamayın. Aksi takdirde, ünite zarar görebilir.
 - Islak alanlar.
 - Sıcaklığın ve nemin yüksek olduğu ya da doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerler. Isıtma cihazlarına, tozlu alanlara ya da havada yüksek tuz konsantrasyonu olan ortamlara yakın yerler.
 - Ünenin devrilmeye, düşmeye, darbeye ya da titreşime maruz kalacağı yerler.
 - İlaçların saklandığı alanlar ya da aşındırıcı gazların bulunduğu yerler.

TR

183

4. Sorun Giderme ve Bakım


4.4 Pilin Değiştirilmesi

Pil: CR2032 lityum düğme pil

Pili, önerilen ilgili süre içinde kullanın.


Not: Çevreyi korumak için, kullanılmış pilleri atık imha prosedürleriyle alaklı yönetmeliklerle uyumlu şekilde bertaraf edin. Bertaraf etme işlemi, kendi satış yerinizde ya da uygun toplama yerlerinde yapılabilir.

- 1. Vidayı çıkarın ve pil kapağını söküün.**




- 2. Pili sıvri bir cisimle çıkarın.**

Not: Çevresindeki parçalara zarar verebileceğinden ötürü metal bir alet kullanmayın.



- 3. Yeni pili sağdaki metal kanca altına takın ve yerine oturana dek pilin soluna bastırın.**

Not: Yeni pili artı (+) işaretini üstte olacak şekilde takın.



- 4. Pil kapağını kapatın ve vidayı sıkın.**

5. Teknik Veriler

Ürün Kategorisi:	Kızılıtesi Alın Termometreleri
Ürün Açıklaması:	Kızılıtesi Alın Termometresi
Model (kod):	Gentle Temp 720 (MC-720-E)
Sensör:	Termopil
Sıcaklık Ekranı:	4- hane, °F göstergesi, 0,1 derecelik artışlarla 3 hane, °C göstergesi, 0,1 derecelik artışlarla
Doğruluk:	Alın ölçüm modu $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4^{\circ}\text{F}$), $35,5^{\circ}\text{C}$ ila $42,0^{\circ}\text{C}$ ($95,9^{\circ}\text{F}$ ila $107,6^{\circ}\text{F}$) dahilinde, diğer aralık için $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{F}$) Yüzey ölçüm modu 22°C ila $42,2^{\circ}\text{C}$ ($71,6^{\circ}\text{F}$ ila 108°F) dahilinde $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{F}$). Bu aralık dışında, hangisi daha büyüğse $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3,6^{\circ}\text{F}$) ya da $\pm 4\%$ 'tü (gerçek sıcaklık yüzdesi). Oda sıcaklığı modu 10°C ila 40°C (50°F ila 104°F) dahilinde $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3,6^{\circ}\text{F}$). Bu aralığın dışındaki ölçüm sonuçları daha önce belirtilen doğruluk gerekliliklerini karşılamaz.
Ölçüm Aralığı:	Alın ölçüm modu 34°C ($93,2^{\circ}\text{F}$) ila $42,2^{\circ}\text{C}$ (108°F) Yüzey ölçüm modu -22°C ($-7,6^{\circ}\text{F}$) ila 80°C (176°F) Oda sıcaklığı modu 10°C (50°F) ila 40°C (104°F)
Ölçüm Süresi:	Hızlı 1 Saniyelik Ölçüm
Bellek:	25 Bellek
Güç Kaynağı:	3,0V DC, 1 CR2032 lityum düğme pil
Güç Tüketimi:	0,018 W
Dayanma Süresi:	3 yıl
Pil Ömrü:	Yeni bir pil ile, yaklaşık 2.500 ölçüm ya da daha fazlası

TR

185

5. Teknik Veriler

**Çalışma Sıcaklık,
Nem ve Hava Basıncı:** 10°C (50°F) ila 40°C (104°F), 15 ≤ RH ≤ %85, 70 ila 106,0 kPa

**Saklama ve Taşıma
Sıcaklığı / Nem:** -20°C (-4°F) ila 60°C (140°F), 10 ≤ RH ≤ %95

**Elektrik çarpmasına
karşı koruma:** Dahili güç kaynaklı ME ekipmanı

IP Sınıflandırması: IP22

Uygulanan Kısım:

 = tip BF (Prob camlarının etrafında. Bkz. "Genel bakış" bölümü, sayfa 171)

Ağırlık: Yaklaşık 90 g (pille birlikte)

Dış Boyutlar: 45(g) × 153(y) × 41(d) mm

Paketin İçindekiler: Ana ünite, test pil (CR2032 takılı), prob camı kapağı, kullanım kılavuzu.

*IP sınıflandırması IEC 60529 tarafından belirtilen koruma seviyesidir.

Bu cihaz, parmak gibi 12 mm çapında veya daha büyük katı yabancı cisimlere karşı korumalıdır.

Bu cihaz, normal kullanımda sorun yaratın eğik düşen su damallarına karşı korumalıdır.

Notlar:

- Özellikle önceden haber verilmeksızın değiştirilebilir.
- Bu OMRON ürünü siki OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japonya kalite sistemi altında üretilmektedir.
- Bu cihaz, EC yönergesi 93/42/EEC (Medikal Cihaz Yönergesi) ve Avrupa Standardı EN ISO 80601-2-56:2012: Vücut sıcaklığı ölçümüne yönelik klinik termometrelerin temel güvenliği ve gereklî performansı için özel gereksinimler.
- Termometre üretim zamanında kalibre edilmiştir. Herhangi bir zamanda sıcaklık ölçümünün doğruluğundan şüphe ederseñiz, lütfen yetkili OMRON distribütörünüz ile temas kurun. Genel olarak, uygun şekilde çalıştığından ve doğruluğundan emin olmak için cihazı 2 yılda bir kontrol ettirin.

5. Teknik Veriler

Modele bağlı olarak ürünün kendisi üzerinde, satış ambalajı üzerinde veya Kullanım Kılavuzunda bulunabilecek simgelerin açıklaması

	Uygulamalı parça - Tip BF Elektrik çarpmasına karşı koruma seviyesi (kaçak akım)	SN	Seri numarası
IP XX	IEC 60529 tarafından belirtilen girişe karşı koruma seviyesi	LOT	LOT numarası
	CE İşareti		Sıcaklık kısıtlaması
	GOST-R simgesi		Nem kısıtlaması
	Avrasya Uygunluk Simgesi		Atmosfer basıncı kısıtlaması
	Kullanıcıının kullanım talimatlarına başvurması gereklidir		

Ürün üretim tarihi, ürün ve/veya satış ambalajı üzerinde bulunan seri numarasına entegre edilmiştir: ilk 4 basamak üretim yılını, sonraki 2 basamak üretim ayını belirtir.

5. Teknik Veriler

CE 0197

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V., satın alma tarihinden sonra 3 yıl boyunca bu ürüne garanti sunar. Garanti pili, ambalajı ve/veya kullanıcının yanlış kullanımı sonucu verdiği hasarları (düşürme ya da fiziksel yanlış kullanım) kapsamaz. Söz konusu ürünler sadece orijinal fatura/fis ile birlikte iade edilirse değiştirilecektir.

Ünitesi parçalarına ayırmayın ya da modifiye etmeyin. OMRON HEALTHCARE tarafından onaylanmamış değişiklik ya da modifikasyonlar kullanıcı garantisini geçersiz kılacaktır.

OMRON Kızılıtesi Alın Termometresi
Model (kod): Gentle Temp 720 (MC-720-E)

Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) hakkında önemli bilgiler

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. tarafından üretilen MC-720-E, EN60601-1-2:2015 Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standartına uygundur. Bu EMC standartına uygun diğer belgeler OMRON HEALTHCARE EUROPE şirketinin bu talimat kılavuzunda belirtilen adresinde veya www.omron-healthcare.com sayfasında mevcuttur. MC-720-E için web sitesindeki EMC bilgilere başvurun.

Bu Ürünün Dizgünü Bertaraf Edilmesi (Atık Elektriki ve Elektronik Ekipman)

Üründe de literatüründe gösterilen bu işaret, bu ürünün kullanım ömrü sonunda diğer evsel atıklar ile birlikte çöpe atılmamasını belirtir. Kontrolsüz atık imhası nedeniyle çevreye ve insan sağlığına verilebilcek zararı önlemek için, lütfen bu ürünü diğer atık türlerinden ayıran ve madde kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanılmasını teşvik etmek için sorumlu şekilde geri dönüşümü tabii tutun.

Evdeki kullanıcıların, çevreye saygılı geri dönüşüm için bu ürünü nereye ve nasıl götürecekleri hakkında bilgi almak için bu ürünü satın aldıkları yere ya da yerel makamlara başvurmalan gerektir.

Ticari kullanıcılar, tedarikçileri ile temas kurmalı ve satın alma sözleşmesinin şartlarını kontrol etmelidirler. Bu ürün, bertaraf etmek için diğer ticari atıklar ile karıştırılmamalıdır.

Kullanılmış pillerin bertaraf edilmesi, pillerin bertarafına ilişkin ulusal yönetmelikler ile uyumu şekilde yapılmalıdır.



6. Bazı Yararlı Bilgiler

Gentle Temp 720'nin Çalışması

Bu ünite, ölçülen noktada ciltteki kızılıotesi emisyonunu algılayarak alın yüzeyindeki sıcaklığı ölçer ve ardından geçerli vücut sıcaklığı araştırma verisine dayalı olan eşsiz bir algoritmayı kullanarak oral-eşdeğer değerini hesaplar.

Vücut Sıcaklığı Hakkında

Vücut sıcaklığı, vücutun iç kısmının stabil sıcaklığını belirtir (*ana vücut sıcaklığı* olarak da bilinir). Koltuk altı ya da ağızdan sıcaklık ölçümüleri yüzey sıcaklık değerleri sağlarken, termometreyi ölçüm noktasında sabit şekilde yaklaşık 10 dakika tutmak ana vücut sıcaklığını daha yakın şekilde ifade eden bir sıcaklık ölçümü sağlar.

Alın sıcaklık ölçümü sırasında termometre vücuttan destek almadiğinden, çıkan sıcaklık değeri tipik olarak koltuk altı ya da ağızdan daha düşük olur.

Ancak, alında damar darlığına (vücut sıcaklık ayarlamasının doğal bir işlevi) daha az duyarlı kan damarları bulunduğuundan, daha düşük sıcaklıklı bir ortamda bile ana vücut sıcaklığının belirlenmesinde alın çok daha iyi bir bölgedir. Halbuki, örneğin kol ya da bacaktan sıcaklık ölçümü yapılması, bu tip vücut bölgeleri damar darlığına çok daha duyarlı olduğundan ana vücut sıcaklığı ölçümüne uygun değildir.

(Alında ölçülen sıcaklığın terleme ya da klima rüzgarı, vb. gibi başka koşullardan hala etkilenebileceğini göz önünde bulundurun. Bu nedenle, olabildiğince stabil bir ortamda ölçüm yapmanız önerilir.)


Bir bebeğin sıcaklığını ölçerken, bebek vücut sıcaklığının genel olarak yetişkin vücut sıcaklığından yüksek olduğunu ve dış faktörlerden kolayca etkilenebileceğini dikkate alın. Örneğin, emzirme ya da ağlama sonrasında vücut sıcaklığı artma eğilimi gösterir. Bundan ötürü, bebek sakinken ve normal durumdayken ölçümleri yapmanız önerilir.

TR

189

6. Bazı Yararlı Bilgiler

Vücut sıcaklığı ile alın sıcaklığı arasında sıcaklık farkları



Bu ünite, ölçülen noktada ciltteki kızılıtesi emisyonunu algılayarak alın yüzeyindeki sıcaklığı ölçer ve ardından geçerli vücut sıcaklığı araştırma verisine dayalı olan eşsiz bir algoritmayı (alın ölçüm modu) kullanarak oral-eşdeğer değerini hesaplar.

6. Bazı Yararlı Bilgiler


Birinin Normal Sıcaklığını Öğrenilmesi

Bir kişinin ateşyle ilgili doğru karar vermek için ilgili kişinin normal sıcaklığını bilmek gereklidir.

Normal sıcaklık kişiye göre ve gün içindeki zamana göre değişiklik gösterir. Ayrıca, ölçülen vücut sıcaklıklarını termometreye ya da ölçtüğünüz vücut uzvuna göre de değistir ("Alın ve ağızdan alınan ana vücut sıcaklıklarındaki değişimler" grafiğine bakın). Bu nedenle birinin normal sıcaklığını öğrenmek için, aşağıdaki koşullarda normal ölçüm yapmanızı öneririz:

- Aynı termometre ile ölçüm yapın.
- Aynı bölgeden ölçüm yapın.
- Gündün benzer zamanında ölçüm yapın.

Alın ve ağızdan alınan ana vücut sıcaklıklarındaki değişimler
(Araştırılan vaka: 190, yaşı: 0-68, ortam sıcaklığı: $23\pm2^{\circ}\text{C}$)



(Omron'un yaptığı araştırma)

TR

191

— | MC-720-E_A_M_AR.indb 1

05/06/2018 13:30:31

٦. بعض المعلومات الهامة

معرفة درجة الحرارة العادية للشخص

للحكم السليم على أعراض المي المشكوك فيه، من المهم معرفة درجة الحرارة العادية للشخص.


تختلف درجة الحرارة العادية من شخص لأخر، كما أنها تتغير من وقت لآخر خلال اليوم. علاوة على ذلك، قد تختلف درجات حرارة الجسم المقيدة حسب ميزان الحرارة أو جزء الجسم حيث يتم القياس (راجع مخطط "الفرق بين درجات حرارة الجسم المركزية التي يتم الحصول عليها من الجبين ومن الفم"). ونتيجة لذلك، لمعرفة درجة الحرارة العادية للشخص، نوصيك بإجراء قياسات منتظمة بالشروط التالية:

- قم بالقياس باستخدام نفس ميزان الحرارة.

- قم بالقياس عند نفس المنطقة.


- قم بالقياس في نفس الوقت خلال اليوم.

الفرق بين درجات حرارة الجسم المركزية التي يتم الحصول عليها من الجبين ومن الفم
(الحالات التي تم إجراء الاستبيان عليها: ١٩٠، الأعمار: ٦٨٠، درجة حرارة المكان: ٢٣ ± ٢ مئوية)



٢٢

٦. بعض المعلومات الهامة



يقيس هذا الجهاز درجة الحرارة عند سطح الجبين باستشعار ايناث الأذنعة فوق الحمراء للبشرة عند النقطة المقيسة، ثم حساب القيمة المكافئة لدرجة حرارة الفم باستخدام طريقة فريدة (وضع قياس درجة حرارة الجبين) تتمدد على بيانات استبيان درجة حرارة الجسم الفعلية.

٦. بعض المعلومات الهامة

كيف يعمل ميزان الحرارة Gentle Temp 720

يقيس هذا الجهاز درجة الحرارة عند سطح الجبين باستشعار ابعاد الأشعة فوق الحمراء للبشرة عند النقطة المقيسة، ثم حساب القيمة المكافحة لدرجة حرارة الفم باستخدام طريقة فريدة تعتمد على بيانات استبيان درجة حرارة الجسم الفعلية.

حول درجة حرارة الجسم

درجة حرارة الجسم تشير إلى درجة الحرارة المستقرة للجسم الداخلي (تعرف أيضًا باسم درجة حرارة الجسم المركزية). وبينما توفر قياسات درجة الحرارة عند الإبط أو الفم قيم درجة الحرارة السطحية، إلا أن إمساك ميزان الحرارة بيديك عند نقطة القياس لمدة 10 دقائق تقريبًا يوفر قياساً لدرجة حرارة الجسم المركزية. نظرًا لأن قياس درجة حرارة الجبين لا يتضمن أي دعم جسدي لميزان الحرارة، عادةً ما تكون درجة الحرارة المقيسة الناتجة أقل من نتيجة قياس درجة حرارة الإبط أو الفم. إلا أنه نظرًا لأن الجبين هو أوعية مورية أقل عرضة للتغيرات التالية بشكل كبير (وهي تعد وظيفة طبيعية لضبط درجة حرارة الجسم)، يفترض أن يمثل الجبين منطقة قياس أفضل لتحديد درجة حرارة الجسم المركزية حتى في الأماكن منخفضة درجة الحرارة. وبالمقارنة، تُعد درجة الحرارة المقيسة عند الذراع أو الساق، على سبيل المثال، مقياساً غير مناسب لدرجة حرارة الجسم المركزية، وذلك نظرًا لأن هذه المناطق من الجسم أكثر عرضة للتغيرات التالية.

(لاحظ أن درجة الحرارة المقيسة عند الجبين ربما تتأثر بظروف أخرى، مثل التعرق، أو تيار مكثف الهواء، الخ. ولذلك، تنسحبك بإجراء القياس في مكان درجة حرارته ثابتة بقدر الإمكان).

عند قياس درجة حرارة رضيع، لاحظ أن درجة حرارة جسم الرضيع تكون بوجه عام أعلى من درجة حرارة جسم البالغين، كما أنها تتأثر بالعوامل الخارجية بسهولة. على سبيل المثال، تميل درجة حرارة الجسم إلى الارتفاع بعد الرضاعة أو البكاء. ولذلك، يوصى بإجراء القياسات والرضيع في حالة هادئة وعادية.

يقيس هذا الجهاز درجة الحرارة عند سطح الجبين باستشعار ابعاد الأشعة فوق الحمراء للبشرة عند النقطة المقيسة، ثم حساب القيمة المكافحة لدرجة حرارة الفم باستخدام طريقة فريدة (وضع قياس درجة حرارة الجبين) تعتمد على بيانات استبيان درجة حرارة الجسم الفعلية.

AR


٢٠

٥. البيانات الفنية

CE 0197

تضمن OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. هذا المنتج لمدة ٣ أعوام من تاريخ الشراء، ولا يغطي الضمان البطاريه، وأو مواد التغليف، وأو التلف من أي نوع نتيجة لسوء الاستخدام (مثل المف躬ط أو سوء الاستخدام البيني) من قبل المستخدم، وإن استبدال المنتجات بموجب الضمان إلا عند إرجاعها مع الفاتورة/إيصال الشراء الأصلي، لا تقم بفكك الجهاز أو تعديله، سنتوي التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة من قبل OMRON HEALTHCARE إلى إلغاء ضمان المستخدم.

ميزان حرارة الجنين بالأشعة تحت الحمراء من
OMRON
نوع الطفاز: Gentle Temp 720 (MC-720-E)



٥. البيانات الفنية

وصف للرموز التي يمكن العثور عليها على المنتج ذاته أو عبوات المنتج المخصصة للبيع أو IM بناء على طراز الجهاز

الرقم التسلسلي	SN	الجزء التطبيقي - النوع BF درجة الحماية ضد الصدمات الكهربائية (تيار التسرب)	
رقم التشغيلة	LOT	درجة الحماية من المواد الدخيلة الذي يوفره المعيار الدولي IEC 60529	IP XX
حدود درجة الحرارة المناسبة		علامة الاعتماد من الاتحاد الأوروبي	
حدود الرطوبة		GOST-R	
حدود الضغط الجوي		رمز الاعتماد من دول أوروبا وأسيا	
		يحتاج المستخدم إلى مراجعة إرشادات الاستعمال	

تاریخ إنتاج المنتج مدمج في الرقم التسلسلي، والذي يتم وضعه على المنتج وأو عبوة المنتج المخصصة للبيع: أول ٤ أرقام تعبر عن سنة الصنع، والرقمين (٢) التاليين يعبران عن أشهر الإنتاج.

AR

١٨

٥. البيانات الفنية

فترة التحمل:

عمر البطارية:

درجة الحرارة والرطوبة وضغط الهواء

أثناء التشغيل:

درجة الحرارة/الرطوبة المسموح بها

للتخزين والنقل:

الحماية ضد الصدمات الكهربائية:

تصنيف الحماية من المواد الخليلة "IP": IP22

الجزء المطبي:

٣ سنوات


تُجري البطارية الجديدة ٢٥٠٠ قياس تقريرياً

٥١٠ مئوية (٥٠ فهرنهايت) إلى ٥٤٠ مئوية (٦٠ فهرنهايت)، ١٥ > رطوبة نسبية > ٨٥٪، ٧٠ إلى ١٠١،٠ كيلو باسكال

٥٢٠٠ مئوية (-٤٠ فهرنهايت) إلى ٥٦٠ مئوية (١٤٠ فهرنهايت)، ١٠ > رطوبة نسبية > ٩٥٪

جهاز طبي كهربائي يتم تصميمه داخلياً باتباع الكهربائي

= جزء تطبيقي من الفئة BF (في المساحة المحيطة بعدسة المستشعر. راجع جزء "نظرة عامة" صفة ٣)



الوزن: ٩ جم تقريرياً (مع تركيب البطارية)

الأبعاد الخارجية: ٤٠ (عرض) × ١٥٣ (ارتفاع) × ٤١ (عمق) م

محفوظات العبوة:

الجهاز الرئيسي، وبطارية اختبار (مع تركيب البطارية CR2032)، وعطاء عدسة المستشعر، ودليل الإرشادات.

*تصنيف الحماية من المواد الخليلة "IP" هو عبارة عن درجات الحماية التي يوفرها المعيار الدولي IEC 60529.

هذا الجهاز محمي ضد الأجسام الصلبة الغريبة بقطر يبلغ ١٢ ملم مثل الأصبع وما هو أكبر.

هذا الجهاز محمي ضد قطرات المياه الساقطة على نحو مائل والتي تتسبب في حدوث مشكلات بالتشغيل العادي للجهاز.

ملاحظات:

• يحق للشركة تغيير الموصفات دون إخطار مسبق.

• تم تصنيع منتج OMRON HEALTHCARE Co. Ltd. المحدودة في اليابان.

• في هذا الجهاز يشروع توجيه الاتحاد الأوروبي (EC) رقم 93/42/EEC (توجيه الأجهزة الطبية) والمعيار الأوروبي EN ISO 80601-2-56:2012.

المنتجات الخاصة بالسلامة الأساسية والأداء الأساسي لموازين الحرارة الطبية أقيمت درجة حرارة الجسم.

• لقد ثبتت معايرة ميزان الحرارة في وقت التصنيع. إذا شُكت في أي وقت من الأوقات من دقة قياسات درجة الحرارة، فيرجى الاتصال بوكيل OMRON المعتمد في منطقتك. ويشكل عام يوصى بفحص جهازك كل عامين (٢) أضمان صحة تشغيله ودقته.

٥. البيانات الفنية

مقياس حرارة الجبين بالأشعة تحت الحمراء
مقياس حرارة الجبين بالأشعة تحت الحمراء
Gentle Temp 720 (MC-720-E)

التابعة الحرارية

وصف المنتج:
وصف المنتج:
رمز الطراز:
المستشعر:

شاشة عرض درجة الحرارة:
الدقة:

٠.١

وضع قياس درجة حرارة السطح

وضع درجة حرارة الغرفة

نطاق القياس:
وقت القياس:
الذاكرة:
مصدر الطاقة:
استهلاك الطاقة:

AR

يتم عرض ٤ أرقام ودرجة فهرنهايت بزيادات تقدر بـ ١٠ درجة
يتم عرض ٣ أرقام ودرجة مئوية بزيادات تقدر بـ ١٠ درجة
وضع قياس درجة حرارة الجبين
٢٥٠ درجة مئوية (٩٥٠ فهرنهايت) في نطاق يتراوح بين ٣٥٠،٥
و ٤٢٠ درجة مئوية (١٧٠ فهرنهايت) درجة فهرنهايت و ١٠ درجة فهرنهايت (٣٥٠،٥)
و ٣٥٠ درجة مئوية (٦٥٠ فهرنهايت) درجة فهرنهايت في نطاق آخر
٣٥٠،٣ درجة مئوية (٥٠ فهرنهايت) في نطاق ٢٢٠،٠ درجة مئوية إلى ٤٢٠،٢ درجة مئوية
(٥٧١،١ فهرنهايت إلى ٨٠،٨ فهرنهايت).
ويبلغ خارج هذا النطاق ٥٠ درجة مئوية (٣٧،٧ فهرنهايت) أو ٤٪ (النسبة المئوية لدرجة الحرارة الفعلية، أيهما أعلى).
٣٥٠ درجة مئوية (٦٣،٦ فهرنهايت) في نطاق ٥٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية
(٥٠ فهرنهايت إلى ١٠ فهرنهايت).
أي نتائج للقياس تخرج عن هذا النطاق لا تتفق مع مستوى الدقة التي تمت
الإشارة إليها فيما سبق.

وضع قياس درجة حرارة الجبين
ووضع قياس درجة حرارة السطح
ووضع درجة حرارة الغرفة
القياس سريعاً لمدة ثانية واحدة
٢٥ ذاكرة
بطارية ليثيوم CR2032 واحدة (١)، بجهد ٣،٠ فولت من التيار المستمر
0.018 W

٥٣٤،٠ درجة مئوية (٩٣،٢ فهرنهايت) إلى ٥٤٢،٢ درجة مئوية (١٠٨،٠ فهرنهايت)
٥٢٠،٠ درجة مئوية (٧٠،٦ فهرنهايت) إلى ٨٠٠،٠ درجة مئوية (١٧٦،٠ فهرنهايت)
٥٠ درجة مئوية (٥٠ فهرنهايت) إلى ٤٠ درجة مئوية (٤٠ فهرنهايت)

٤. الصيانة وتحري الأخطاء وإصلاحها


٤-٤ استبدال البطارية

البطارية: بطارية ليثيوم CR2032 دائرية صغيرة.


استخدم البطارية في حدود الفترات الزمنية الموصي بها والمحضصة لها.

ملاحظة: لحماية البيئة، تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للقوانين المحلية الخاصة بإجراءات التخلص من النفايات. ويمكنك التخلص منها في مخزن البيع بالجزرية لديك أو أي من أماكن تجميع النفايات المناسبة.

- قم بفك المسamar، وقم بإزالة غطاء البطارية.



- ثم قم بإزالة البطارية بواسطة شيء مدبب.



ملاحظة: لا تستخدم أداة معدنية، فقد تؤدي إلى إتلاف الأجزاء المحيطة.

- ضع البطارية الجديدة أسفل الخطاف المعدني على الجانب الأيمن، واضغط على الجانب الأيسر من البطارية لأسفل حتى يصدر صوت طقطقة.



ملاحظة: ضع البطارية الجديدة والجانب الموجب (+) في الأعلى.

- أغلق غطاء البطارية، واربط المسamar.

٤. الصيانة وتحري الأخطاء وإصلاحها

- ٣. هناك فروق في قيم القياس.
- لم يتم إجراء القياسات عند نفس المكان.
- عدسة المستشعر مت肟ة.

٤. درجة الحرارة المقيدة على هذا الجهاز غير مكافحة لدرجة حرارة الفم.

- ربما لا تقوم دامياً موازين حرارة أجسام بحساب القيمة المكافحة لدرجة حرارة الفم بالضبط.
- يوصى بإجراء قياسات منتظمة على الأشخاص، مثل أفراد العائلة، إلخ، الذين يتمتعون بصحة جسدية جيدة لمعرفة درجات حرارتهم الطبيعية.

الصيانة

٣-٤

- افحص الجهاز إذا تعرض للسقوط. وإذا ساورك الشك، فيرجى الاتصال بمنفذ تابع لشركة OMRON أو الموزع لفحص الجهاز.
- قم بتنظيف عدسة المستشعر بعناية للتخلص من الأتلاقيا.
- استخدم ممسحة مبللة بالكحول بتركيز ٧٠٪ أو قطعة قطن ناعمة مبللة بالكحول بتركيز ٧٠٪ لتنظيف عدسة المستشعر.
- اترك عدسة المستشعر حتى تجف تماماً لمدة دقيقة واحدة (١) على الأقل.
- لا تقم بتخزين الجهاز في الأماكن التالية. فقد يؤدي ذلك إلى ثلف الجهاز.
- الأماكن الرطبة.
- الأماكن شديدة الرطوبة أو السخونة أو الأماكن المعرضة إلى ضوء الشمس المباشر. المناطق القريبة من أجهزة التدفئة أو المناطق التي تنتشر بها الأثيرية والغبار أو البيانات التي تزداد فيها تركيزات الأملاح في الهواء.
- المناطق التي يتعرض فيها الجهاز للضغط عليه، أو السقوط، أو الصدمات، أو الاهتزاز.
- مناطق تخزين المستحضرات الدوائية أو مناطق تواجد الغازات الضارة بالبيئة.

AR

١٤

٤. الصيانة وتحري الأخطاء وإصلاحها

٤-٤ أسئلة وأجوبة

١. درجة الحرارة المذكورة أعلى قليلاً.

- تم تخزين الجهاز في غرفة باردة.
- بعد تخزين الجهاز في غرفة باردة، ربما تكون درجة الحرارة المقيدة أعلى قليلاً من درجة الحرارة الفعلية إذا قمت بقياس درجة الحرارة خلال فترة قصيرة من نقل الجهاز إلى غرفة درجة حرارتها عالية. فمثلاً قياس درجة الحرارة بعد ترك الجهاز لمدة ٣٠ دقيقة في الغرفة التي سيستخدم فيها.
- وتحتمل تخزين الجهاز في الغرفة التي ستقوم بقياس درجة الحرارة فيها.
- تم تعريض عضة المستشعر لأشعة الشمس المباشرة.
- تم إجراء القياس بعد بكاء الشخص يوقف قصيراً.
- قد يؤدي البكاء إلى زيادة درجة حرارة الوجه.

٢. درجة الحرارة الموضحة منخفضة قليلاً.

- الجسم مثل.
- لا تستخدم الجهاز عندما تكون مبتلاً بعد السباحة، أو الاستحمام، أو أثناء التعرق بعد ممارسة التمارين الرياضية، فربما تكون درجة حرارة البشرة قد انخفضت. امسح الليل، وانتظر لمدة ٣٠ دقيقة حتى ينأى الجسم مع درجة حرارة الغرفة قبل إجراء القياس.
- عدمة المستشعر تشخي.
- استخدم ممسحة أو قطعة قطن ناعمة مع كحول بتركيز ٧٠٪ لتنظيف عدمة المستشعر.
- تم إجراء القياس في وضع قياس درجة حرارة السطح.
- استخدم وضع قياس درجة حرارة الجبين.
- تم إجراء القياس خلال فترة قصيرة من قيام الشخص من الخارج وكان الطقس بارداً.
- انتظر حتى يدفأ الجبين.
- تم إجراء القياس عند مكان آخر غير الجبين.
- تأكد من القياس عند الجبين بالضبط وليس عند المناطق المحيطة، مثل منابت الشعر.

٤. الصيانة وتحري الأخطاء وإصلاحها

شاشة عرض الخطأ	السبب	الحل
	تشير الأخطاء ٩-٥ إلى عطل في الجهاز.	أخرج البطارية، وانتظر لمدة دقيقة واحدة (١)، وأعد إدخال البطارية، ثم أعد تشغيل الجهاز. إذا ظهرت الرسالة مرة أخرى، فالرجاء الاتصال بمنفذ بيع بالتجزئةتابع لشركة OMRON، أو الموزع لفحص الجهاز.
	<ul style="list-style-type: none"> وضع قياس درجة حرارة البيبين: درجة الحرارة المقيسة أعلى من ٢٤ + ٥ مئوية (٥٠٨ فهرنهايت). وضع قياس درجة حرارة السطح: درجة الحرارة المقيسة أعلى من ٧٦ + ٥ مئوية (٥٧٦ فهرنهايت). 	استخدم الجهاز في نطاق القياس الخاص به. وإذا استمر العطل، فيرجى الاتصال بأحد بائعي التجزئة التابعين لشركة OMRON.
	<ul style="list-style-type: none"> وضع قياس درجة حرارة السطح: درجة الحرارة المقيسة أقل من ٤٣ + ٥ مئوية (٩٣,١ فهرنهايت). وضع قياس درجة حرارة البيبين: درجة الحرارة المقيسة أقل من ٦٢ - ٥ مئوية (٥٧,٦ فهرنهايت). 	استخدم الجهاز في نطاق القياس الخاص به. وإذا استمر العطل، فيرجى الاتصال بأحد بائعي التجزئة التابعين لشركة OMRON.
	يتعذر تشغيل الجهاز على حالة الاستعداد.	قم باستبدال البطارية بأخرى جديدة. (راجع قسم ٤-٤)

١٢

٤. الصيانة وتحري الأخطاء وإصلاحها

١-٤ الرموز ورسائل الخطأ

في حالة حدوث أي من المشكلات التالية أثناء القياس، فتحقق أولاً من عدم وجود أي جهاز كهربائي آخر في نطاق ٣٠ سم، إذا استمرت المشكلة ، فيرجي الرجوع إلى الجدول أدناه.

الحل	السبب	شاشة عرض الخطأ
استبدل البطارية. (راجع قسم ٤،٤)	البطارية منخفضة.	
انتظر حتى تتوقف جميع الرموز عن الوميض.	القياس قبل تثبيت الجهاز.	
اترك مقياس الحرارة في غرفة لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل في درجة حرارة الغرفة: -٥١٠، -٤٠، ٥٠ مئوية (-٥٥٠، ٥٠ فهرنهايت).	يعرض الجهاز تغيراً سريعاً في درجة الحرارة المحيطة.	
اترك مقياس الحرارة في غرفة لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل في درجة حرارة الغرفة: -٥١٠، -٤٠، ٥٠ مئوية (-٥٥٠، ٥٠ فهرنهايت).	درجة الحرارة المحيطة ليست في نطاق -٥١٠، -٤٠، ٥٠ مئوية (-٥٥٠، ٥٠ فهرنهايت).	

٣. استخدام الجهاز


٢-٣ استخدام خاصية الذاكرة

يخزن الجهاز تلقائياً آخر ٢٥ نتيجة قياس (باستثناء نتائج درجات الحرارة Hi (مرتفعة) / Lo (منخفضة)).

ملاحظات:

- في حالة امتلاء الذاكرة، سيحذف الجهاز أقدم قراءة.
- وبمجرد تحويل درجة الحرارة على الجهاز من الدرجة المئوية إلى درجة فهرنهايت، يتم حذف جميع القراءات من على الذاكرة.

١. اضغط على زر التشغيل/الذاكرة لتشغيل الجهاز.



٢. اضغط على زر التشغيل/الذاكرة مرة أخرى.

ويظهر رقم الذاكرة على الشاشة.



٣. اترك زر التشغيل/الذاكرة.

ستظهر أحدث نتيجة على الشاشة.
كرر الضغط على زر التشغيل/الذاكرة لعرض أقدم النتائج.

٤. اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر التشغيل/الذاكرة حتى تظهر "OFF" (إيقاف) على الشاشة لإيقاف تشغيل الجهاز.

AR

١٠

يتم إيقاف تشغيل الجهاز مع عرض درجة حرارة الغرفة على الشاشة.

٣. استخدام الجهاز

وضع قياس درجة حرارة السطح

عرض وضع قياس درجة حرارة السطح الفعلية وغير المعدلة للأشخاص، والتي تكون مختلفة عن درجة حرارة الجسم. يمكن هنا الوضع مساعدتك على تحديد ما إذا كانت درجة حرارة الأشخاص مبنية المرض أو للأطفال أم لا (مثل حليب الأطفال).
هذا الجهاز مصمبوب على وضع قياس درجة حرارة الجنين بشكل افتراضي. اتبع الخطوات أدناه للتبديل إلى وضع قياس درجة حرارة السطح.

١. اضغط على زر التشغيل/الذاكرة لتشغيل الجهاز.



٢. اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر التشغيل/الذاكرة. وأنشاء الضغط عليه مع الاستمرار، اضغط على الزر START (بدء).

يظهر الرمز "⌚" على الشاشة.

٣. قرب الجهاز إلى الشيء المراد قياس درجة حرارته، ثم اضغط على الزر START (بدء).



سيبدأ الجهاز بقياس بصورة متواصلة حتى تتوقف عن الضغط على زر START (بدء).

ملاحظات:

- قرب عضة المستشعر إلى الشيء المراد قياس درجة حرارته يقدر الإمكان عند استخدام الجهاز في وضع قياس درجة حرارة السطح (يوصى بأن يكون على مسافة ١ سم). لا تضع عضة المستشعر على الشيء المراد قياس درجة حرارته مباشرةً.
- سرعضاً وضع قياس درجة حرارة السطح نتيجة عملية القياس، قد تختلف درجة حرارة السطح عن درجة الحرارة الداخلية، تأكيد من مدى الأمان عند قياس درجة حرارة الأشخاص ذات درجة الحرارة شديدة الارتفاع أو شديدة الانخفاض.
- لا تضيء الشاشة، كما لا تعمل خاصية التبيه عند استخدام هذا الوضع.
- للتبديل إلى وضع قياس درجة حرارة الجنين، ارجع إلى الخطوة ٢، وتأكد من تغيير الرمز ⌚ إلى الرمز ⌚. يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً في حالة عدم القيام بأية عملية عليه لمدة دقيقة واحدة (١) مع عرض درجة الحرارة على الشاشة. لإيقاف تشغيل الوحدة يدوياً، يمكنك الضغط مع الاستمرار على زر ON/MEM (تشغيل/ذاكرة) حتى يظهر OFF (إيقاف تشغيل) على الشاشة.
- وضع قياس درجة حرارة السطح غير مخصص لقياس درجة حرارة الجسم أو للاستخدام الطبي.


٣. استخدام الجهاز

٥. أبعد الجهاز عن الجbin، وراجع نتيجة القياس.

تضيء الشاشة لمدة تصل إلى ٥ ثوانٍ.

ملاحظات:

- إذا كانت النتيجة أعلى من ٤٢,٢ ° مئوية (١٠٨,٠٠ فهرنهايت)، تظهر كلمة "Hi" (مرتفعة) على الشاشة.
- إذا كانت النتيجة أقل من ٤٤,٤ ° مئوية (٩٣,٢ فهرنهايت)، تظهر كلمة "Lo" (منخفضة) على الشاشة.
- يمكنك تسجيل قياس آخر بعد انطفاء ضوء الشاشة مع إصدار صوت صغيرين. وتأكد من بقاء الرمز "Lo" ماضياً.
- بعد القياس الثاني، يتم عرض القياس الأول في الركن الأيمن، بينما يتم عرض القياس الثاني في المنتصف.



٦. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الذاكرة حتى تظهر "OFF" (إيقاف) على الشاشة لإيقاف تشغيل الجهاز.

يخزن الجهاز القياس في الذاكرة، ثم يتم إيقاف تشغيله مع عرض درجة حرارة الغرفة على الشاشة.

يتم أيضاً إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً في حالة عدم القيام بأية عملية عليه لمدة دقيقة واحدة (١).

AR

٨

٣. استخدام الجهاز

٣. أمسك عدسة المستشعر على مسافة ١ إلى ٣ سم من منتصف الجبين.



ملاحظات:

- قد يؤدي امساك الجهاز في اليد لمدة طويلة إلى تسجيل قراءة أعلى لدرجة الحرارة على المستشعر. وبالتالي يصبح قياس درجة حرارة الجسم أقل من الدرجة الحرارة الطبيعية.
- ابق ثالثاً أثناء القياس.

٤. اضغط على زر **START** (البدء).

وتكتمل عملية قياس درجة الحرارة في خلال ثانية واحدة مع إصدار صوت صفير طويل.



٧

٣. استخدام الجهاز

١-٣ قراءة درجة الحرارة

وضع قياس درجة حرارة الجبين


يعرض هذا الوضع قيمة درجة حرارة الجبين المكافحة لدرجة حرارة الفم. تأكيد دائمًا من نظافة عدسة المستشعر وعدم تلفها، ومن نظافة الجبين وخلوه من أي عرق، أو مستحضرات تجميلية، أو ندبات، إلخ. قبل القياس، تأكيد من عدم استخدام المريض أو ممارسته للتمارين الرياضية لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل، ومن بقائه في مكان درجة حرارته مستقرة لمدة ٥ دقائق على الأقل.

يوصى بإجراء القياس لثلاث مرات. وفي حالة وجود اختلاف بين القياسات الثلاثة، اختر أعلى قياس بينها.

١. انزع غطاء عدسة المستشعر لإزالته.

٢. اضغط على زر التشغيل/الذاكرة.

تظهر جميع المؤشرات على الشاشة لمدة ثانية واحدة (١). ثم تظهر الشاشة الموضحة على أقصى اليسار مع إصدار صوت صغير مرتين.



AR

٦


٢. الإعداد

٣-٢ ضبط خاصية التنبية

يتم تنشيط خاصية التنبية بشكل افتراضي، ولكن لا يمكن إلغاء تنشيطها.


ملاحظة: لا تكون خاصية التنبية متحركة إلا في وضع قياس درجة حرارة الجبين.

١. اضغط على زر التشغيل/الذاكرة لتشغيل الجهاز.



٢. اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر التشغيل/الذاكرة لمدة ٣ ثوان.

يومض الرمز " 🔍 " على الشاشة.



٣. اترك زر التشغيل/الذاكرة.

يظل الرمز " 🔍 " مضيئة، ويتم إلغاء تنشيط خاصية التنبية.


ملاحظات:

- إذا تم الضغط على الزر ON/MEM (التشغيل/الذاكرة) لمدة ٥ ثوان بعد إضافة الرمز " 🔍 "، يتم إيقاف تشغيل الجهاز دون إلغاء تنشيط خاصية التنبية.
- لتنشيط خاصية التنبية مرة أخرى، ابدأ من الخطوة ١.

٢. الإعداد


١-٢ إزالة الشريط العازل

عند استخدام ميزان الحرارة لأول مرة، انزع الشريط العازل من حبيرة البطاريات.



الجانب الخلفي من الجهاز

يتم تشغيل الجهاز وبعد دقيقة واحدة (١) ستظهر درجة حرارة الغرفة على الشاشة.



ملاحظات:

- تبقى درجة حرارة الغرفة ظاهرة على الشاشة حتى بعد إغلاق الجهاز.
- وضع الجهاز على سطح مستوٍ في مكان بدرجة حرارة الغرفة (بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو تكيف الهواء، إلخ).

٢-٢ التحويل بين نظام درجات الحرارة المئوية وفهرنهait

تم ضبط الجهاز على الدرجة المئوية كوضع افتراضي.

١.

وبينما يتم عرض درجة الحرارة على الشاشة، اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر **START** (البدء).



ويبينما تضغط على الزر، اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر **ON/MEM** (التشغيل/الذاكرة) حتى تظهر **°F** (درجة فهرنهait) على الشاشة مع سماع صوت الصفير مررتين.

ملاحظات:

- لاختيار وضع **°C** (درجة مئوية) مرة أخرى، ابدأ من الخطوة ١.
- وبمجرد تحويل درجة الحرارة على الجهاز من الدرجة المئوية إلى درجة فهرنهait، يتم حذف جميع القراءات من على الذاكرة.

AR

٤

١. نظرة عامة:



معلومات هامة حول السلامة

- إذا كان الجبين بارداً، فانتظر حتى يدأ قبل إجراء قياس درجة الحرارة. قد تثير نتيجة القياس إلى انخفاض درجة الحرارة عندما تستخدم كيينا من اللاتج، أو مباشرةً بعد القدوء من الخارج في فصل الشتاء.
- لا تستخدم الجهاز عندما تكون مبتلاً بعد السباحة، أو الاستحمام، أو أثناء التعرق بعد ممارسة التمارين الرياضية، فربما تكون درجة حرارة البشرة قد انخفضت. امسح البال، وانتظر لمدة ٣٠ دقيقة حتى يتاقلجم الجسم مع درجة حرارة الغرفة قبل إجراء القياس.
- لا تلمس عدسة المستشعر بإصبعك أو تتنفس عليها.
- لا تحاول قياس درجة الحرارة عندما تكون الوحدة مبتلة، فقد ينتح عن ذلك قراءة غير دقيقة لدرجة الحرارة.
- راجع الرمز الموجود على الشاشة قبل وبعد قياس درجة الحرارة، لضمان قياس درجة الحرارة في ظل وضع صحيح.
- في حالة قياس درجة الحرارة لأنبياء منخفضة الانساعية، مثل الذهب أو الألومنيوم، قد تنتج قراءات غير دقيقة.
- عند قياس درجة حرارة شيء ما منخفض الانساعية (الحليب) في وضع قياس درجة حرارة السطح، قد تنتج قراءات منخفضة بشكل بسيط عن القراءات الحقيقية.
- عندما تخبر طبيبك بدرجة الحرارة، تأكّد من إخباره بقيامك بقياس درجة الحرارة من الجبين.

AR

٢

معلومات هامة حول السلامة

لضمان استخدام المنتج بشكل صحيح، ينبغي اتباع إجراءات السلامة الأساسية، والتي تتضمن الاحتياطات المدرجة أدناه.

تحذير: المواقف التالية ربما تكون خطيرة، وقد تؤدي إلى الوفاة أو التعرض لإصابة خطيرة في حالة عدم تجنبها.

- إن إجراء أي تشخيص ذاتي بناءً على نتائج قياس درجة الحرارة و/أو العلاج يمكن أن يكون خطيراً. براءء اتباع توجيهات طبيك. فالتشخيص الذاتي قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.
- لابد من طلب العناية الطبية في حالة الإصابة بحمى حادة أو إذا استمرت لمدة طويلة خاصة بالنسبة للأطفال الصغار. الرجاء استشارة الطبيب.
- قم بتخزين الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.
- يحتوي على قطع صغيرة يمكن التسبب في حدوث خطر الاختناق في حال ابتلعها الأطفال الرضع.
- لا تلقى البطاريات في النار. فقد تنفجر البطاريات.
- قم بزيارة الطوارئ في حالة عدم استخدام الجهاز لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تسرب السائل أو توليد الحرارة أو الانفجار، وبالتالي تلف الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز قياس أي عنصر تزيد درجة حرارته عن ٤٠٠ مئوية (٩٣,٦ فهرنهايت).
- أثناء القيام، تأكّن من عدم وجود أي هالق محمول أو أي أجهزة كهربائية أخرى تبعد منها مجالات كهرومغناطيسية ضمن نطاق ٣٠ سم من هذا الجهاز. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث خطأ في تشغيل الجهاز و/أو يتسبب في وجود قراءة غير دقيقة.

احتياطات عامة

- لا تستخدم هذا الجهاز إلا في قياس درجة حرارة جبين البشر أو قياس درجة حرارة السطح.
- لا تعرّض الوحدة الرئيسية للجهاز لأصدمة شديدة أو تضغط عليه أو تعرّضه للاهتزاز.
- الجهاز ليس مقاوماً للماء. فكن حذراً عند التعامل مع هذا الجهاز بحيث لا ينفذ سائل (إكحول، أو ماء، أو ماء ساخن) داخل الجهاز. في حالة تعرّض الجهاز للرطوبة بسبب البخار، انتظر حتى يجف أو امسحه بجذب بواسطة قطعة قماش ناعمة جافة.
- لا تقم بذلك أو إصلاح أو تعديل الجهاز.
- عندما تصبح عدسة المستشعر متنة، فامسحها برق بقماشة جافة وناعمة أو ممسحة قطن. لا تمسح عدسة المستشعر بمنديل أو منشفة ورقية.
- إذا كان هناك فرق في درجة الحرارة بين الأماكن التي يتم فيها تخزين الجهاز والأماكن التي يتم فيها قياس درجة الحرارة، فاترك الجهاز في الغرفة التي ستقوم فيها بقياس درجة الحرارة لمدة أكثر من ثلاثين دقيقة للوصول إلى درجة حرارة الغرفة أولاً، ثم قم بالقياس.

المحتويات

نشكرك على شراء ميزان حرارة الجبين بالأشعة تحت الحمراء OMRON Gentle Temp 720.

دواعي الاستخدام:

يُوفّر لك ميزان حرارة الجبين الرقمي OMRON Gentle Temp 720 إمكانية قياس درجة الحرارة من الجبين على نحو يتسم بالأمان، والراحة، والسرعة.

بعد الجهاز مناسباً لقياس درجة حرارة الأسطح أو درجة حرارة الغرفة.

المستخدم المقصود:

شخص لا يقل عمره عن 11 عاماً (يرصيده مكتف من الخبرة في القراءة لا يقل عن 5 أعوام)، دون حد أقصى للسن.
وهو مصمم في الأساس للاستخدام المنزلي.

معلومات هامة حول السلامة	1
١. نظرة عامة	٣
٢. الإعداد	٤
١.٢ إزالة الشريط العازل	٤
٢.٢ التحويل بين نظام درجات الحرارة المئوية وفهرنهايت	٤
٣. ضبط خاصية التنبية	٥
٣. استخدام الجهاز	٦
٤. الصيانة وتحري الأخطاء وصلاحها	٦
٤.١ الرموز ورسائل الخطأ	٦
٤.٢ أسلطة وأجروبة	٧
٤.٣ الصيانة	٧
٤.٤ استبدال البطارية	٧
٥. البيانات الفنية	٨
٦. بعض المعلومات الهامة	٨
١١. الصيانة وتحري الأخطاء وصلاحها	٩
١٢. الرموز ورسائل الخطأ	٩
١٣. أسلطة وأجروبة	٩
١٤. الصيانة	٩
١٥. استبدال البطارية	٩
١٦. البيانات الفنية	٩
٢٠. بعض المعلومات الهامة	٩

الرجاء قراءة كتيب الإرشادات بتمعن قبل استخدام هذا الجهاز.
الرجاء الاحتفاظ به كمرجع لك في المستقبل. للاطلاع على معلومات محددة عن درجة حرارتك، استشر طبيبك.



— | MC-720-E_A_M_AR.indb 1

05/06/2018 13:30:31